Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	CASA LA ESPERANZA			SEDE		CAJICA		
NOMBRE DEL EQUIPO:	fonendoscopio							
MARCA:	generico		MODELO:	adulto (Rojo)				
NÚMERO DE SERIE:	no reporta		No INVENTARIO	NO APLICA				
EQUIPO BIOMEDICO:	aplica							
MAQUINAS Y EQUIPOS:								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO		
	CLASE IIA	x		NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		
	CLASE IIB			MECÁNICO	x	ÓPTICO		
	CLASE III			OTRO				
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO	x	QUIRÚRGICO		
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN		FOTOGRAFIA
FECHA DE ADQUISICIÓN:	02-02-2020			IMAGENOLOGÍA		OTRO		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE	x	ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE			PERA	x	BATERÍAS		
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA			OTRO				
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	x	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	no reporta		
DIRECCION:	no reporta	Nombre del Fabricante:	no reporta
TELEFONO:	no reporta	E-MAIL:	no reporta

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	diagfragma sin roctura o golpes olivas bien situadas perilla de paso de sonido abierto

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

ubicar diagfragma con el paso del sonido adecuadamente
no generar fuerza en el diafragma
ubicar en sona para escultar

FUNCION

uso con las personas mayores

ELEMENTOS DE PROTECCION

LIMPIEZA Y DESINFECCION

las olivas se le realiza limpieza con un copo y alcohol
con un paño humedo se realiza limpiez y desnfeccion a las mangeras y diafragma
no exponer al agua directamente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

mantenimiento preventivo anual
verifica funcionamiento de las pesas

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

verificar que el diafragma este en buen estado
realizar un colpe suave al diafragma par verificar apertura del sonido
ubicarlo en lugar correspondiente
realizar limpieza entre paciente

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
1	16-03-2015	X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
2	14-05-2015	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
3	12-05-2016	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
4	11-05-2017	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
5	16-05-2018	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
6	30-05-2019	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
7	31-08-2020	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Luz Balaguera
8	26-08-2021	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Mauricio Mosquera
9	24-02-2022	x		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Mauricio Mosquera