Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	CASA LA ESPERANZA			SEDE		CAJICA		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro digital de punzon 1							
MARCA:	Digital termometer		MODELO:	TP3001				
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO		
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO		
	CLASE III			OTRO	X			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO		
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN		FOTOGRAFIA
FECHA DE ADQUISICIÓN:	ND			IMAGENOLOGÍA		OTRO	X	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS		
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA			OTRO	X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	Digital termometer		
DIRECCION:	ND	Nombre del Fabricante:	Digital termometer
TELEFONO:	ND	E-MAIL:	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

TIPO DE SERVICIO		
	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	/
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA
NIT: 1018446915-5
Mantenimiento, venta y reparaciòn de equipos de medicina, cirugìa, odontologìa, oftalmologìa, otorrinolaringologìa, terapia, laboratorio clinico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

FECHA		
24	02	2021

Cliente: Casa la esperanza	Contacto:
Dependencia: Cocina	Ciudad: Cajica.

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Otro:
Femometo Digital	De Punzan	Tp301	2672.		

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO

/ NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
IRREGULAR	
FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS

ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		/	Inspeccion de sistema optico.	/	
Inspección de sistema eléctrico.	/		Inspeccion de fugas.	/	
Inspección de sistema electrónico.	/		Inspección de bombillos.	/	
Inspección de sistema mecánico.	/		Inspección de alarmas.	/	/
Inspección de sistema hidraulico.	/		Pruebas de funcionamiento.		/
Inspección de sistema neumático.	/		Configuración/actualización de software.	/	/
Inspección de sistema de refrigeración.	/		Limpieza externa.		/
Inspección de escobillas.	/		Limpieza Interna.	/	
Inspección de conexiones.	/		Lubricación.	/	
Inspección de motores/bombas.	/		reemplazo de repuestos/ insumos.	/	

Verificacion eléctrica (Si Aplica):								
Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Osciloscopio		Multimetro		Termometro		Manómetro		Pínza Amperimétrica		Pesas Patrón	
Analizador de RX		Tacometro		Balanza Analitica		Datalogger		Herramienta de mano		Otra: _____	

Descripción de labores / Observaciones:
Se realiza mantenimiento preventivo limpieza interna y externa.
Equipo apto para su uso.

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS

Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
Javier M. Mosquera B ING. BIOMEDICO RH INVIMA 201304-242 MP 25244-417894 CND	Firma y/o sello: Nombre: Cargo:

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	CASA LA ESPERANZA			SEDE		CAJICA		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro digital de punzon 2							
MARCA:	Digital termometer		MODELO:	TP3001				
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO		
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO		
	CLASE III			OTRO	X			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO		FOTOGRAFIA
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN		
FECHA DE ADQUISICIÓN:	ND			IMAGENOLOGÍA		OTRO	X	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS		
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA			OTRO	X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	Digital termometer		
DIRECCION:	ND	Nombre del Fabricante:	Digital termometer
TELEFONO:	ND	E-MAIL:	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

TIPO DE SERVICIO		
	Garantía	
	Instalación	/
	Mtto. Preventivo	
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA
NIT: 1018446915-5

Mantenimiento, venta y reparaciòn de equipos de medicina, cirugìa, odontologìa, oftalmologìa, otorrinolaringologìa, terapia, laboratorio clinico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

FECHA		
24	02	2021

Cliente: Casa la esperanza	Contacto:
Dependencia: Cocina	Ciudad: Cajica

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Otro:
Termometo Digital	De Punton	TP 3001			

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO		
/	NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
	IRREGULAR	
	FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS

ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		/	Inspeccion de sistema optico.	/	
Inspección de sistema eléctrico.	/		Inspeccion de fugas.	/	
Inspección de sistema electrónico.	/		Inspección de bombillos.	/	
Inspección de sistema mecánico.	/		Inspección de alarmas.	/	
Inspección de sistema hidraulico.	/		Pruebas de funcionamiento.		/
Inspección de sistema neumático.	/		Configuración/actualización de software.	/	/
Inspección de sistema de refrigeración.	/		Limpieza externa.		/
Inspección de escobillas.	/		Limpieza Interna.	/	
Inspección de conexiones.	/		Lubricación.	/	
Inspección de motores/bombas.	/		reemplazo de repuestos/ insumos.	/	

Verificacion eléctrica (Si Aplica):									
	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Osciloscopio		Multimetro		Termometro		Manómetro		Pínza Amperimétrica		Pesas Patrón	
Analizador de RX		Tacometro		Balanza Analitica		Datalogger		Herramienta de mano		Otra: _____	

Descripción de labores / Observaciones:
Equipo apto para su uso, Se realiza mantenimiento preventivo.
Limpieza interna y externa

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS

Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
Javier M. Mosquera B. ING. BIOMÉDICO RH INVIMA 201304-242 MP 25244-417894 CND	Firma y/o sello: Nombre: Cargo:

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	CASA LA ESPERANZA			SEDE		CAJICA		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Gramera							
MARCA:	ND		MODELO:	ND				
NÚMERO DE SERIE:	ND		No INVENTARIO					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO	X	
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO		
	CLASE III			OTRO				
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO		
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN		FOTOGRAFIA
FECHA DE ADQUISICIÓN:	ND			IMAGENOLOGÍA		OTRO	X	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	NA	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE	NA		PERA		BATERÍAS		
	POTENCIA	NA		MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA	NA		OTRO	X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	ND		
DIRECCION:	ND	Nombre del Fabricante:	ND
TELEFONO:	ND	E-MAIL:	ND

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	ND

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la gramera y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Gramera para pesaje de alimentos con capacidad de 5Kg, precision de 1g

ELEMENTOS DE PROTECCION

NA

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza diaria en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y retire la fuente de energía hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

TIPO DE SERVICIO		
	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	✓
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA
NIT: 1018446915-5
Mantenimiento, venta y reparaciòn de equipos de medicina, cirugìa, odontologìa, oftalmologìa, otorrinolaringologìa, terapia, laboratorio clinico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

FECHA		
24	02	2022.

Cliente: Casa de la esperanza	Contacto:
Dependencia: Fisioterapia. Nutricion.	Ciudad: Cajica.

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Otro:
Gramera.	Generica.	Digital.	CE004		

	CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO	
✓	NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
	IRREGULAR	
	FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS

ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.	✓	✓	Inspeccion de sistema optico.	✓	
Inspección de sistema eléctrico.	✓	✓	Inspeccion de fugas.	✓	
Inspección de sistema electrónico.		✓	Inspección de bombillos.	✓	✓
Inspección de sistema mecánico.	✓		Inspección de alarmas.	✓	✓
Inspección de sistema hidraulico.	✓		Pruebas de funcionamiento.		✓
Inspección de sistema neumático.	✓		Configuración/actualización de software.	✓	
Inspección de sistema de refrigeración.	✓		Limpieza externa.		✓
Inspección de escobillas.	✓		Limpieza Interna.		✓
Inspección de conexiones.	✓	✓	Lubricación.	✓	
Inspección de motores/bombas.	✓		reemplazo de repuestos/ insumos.	✓	

Verificacion eléctrica (Si Aplica):									
	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Osciloscopio		Multimetro		Termometro		Manómetro		Pínza Amperimétrica		Pesas Patrón	
Analizador de RX		Tacometro		Balanza Analitica		Datalogger		Herramienta de mano		Otra: _____	

Descripción de labores / Observaciones:
Se realiza mantenimiento. Preventivo. Limpieza interna y externa
Se realiza pruebas de funcionamiento. Equipo. apto para su uso.

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS

Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
Javier M. Mosquera B. ING. BIOMEDICO RM INVIMA 201304-242 MP 25244-417894 CND	Firma y/o sello: Nombre: Cargo:

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	CASA LA ESPERANZA			SEDE		CAJICA		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Báscula electronica digital para alimentos							
MARCA:	Pesatronics		MODELO:	TCS-K1				
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO	X	
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO		
	CLASE III			OTRO				
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO		
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN		FOTOGRAFIA
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLOGÍA		OTRO	X	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	ND	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE	ND		PERA		BATERÍAS		
	POTENCIA	ND		MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA			OTRO	X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:			
DIRECCION:		Nombre del Fabricante:	Pesatronics SA.
TELEFONO:		E-MAIL:	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Bascula electrónica digital con capacidad de 100 Kg, rango de error 50g, batería recargable, con plataforma en aluminio.

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la báscula y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Bascula electrónica digital para el pesaje de alimentos

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos electrónicos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

TIPO DE SERVICIO		
	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	✓
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA
NIT: 1018446915-5

Mantenimiento, venta y reparaciòn de equipos de medicina, cirugìa, odontologìa, oftalmologìa, otorrinolaringologìa, terapia, laboratorio clinico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

FECHA

24 | 02 | 2022

Cliente: Casa la esperanza	Contacto:
Dependencia: Cocina	Ciudad: Cajica.

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Otro:
Bascula. Digital. Electronica.	Pesatronics	TCS-K1.			

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO

✓ NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
IRREGULAR	
FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS

ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		✓	Inspeccion de sistema optico.	✓	
Inspección de sistema eléctrico.	✓		Inspeccion de fugas.	✓	
Inspección de sistema electrónico.		✓	Inspección de bombillos.	✓	
Inspección de sistema mecánico.	✓	✓	Inspección de alarmas.	✓	
Inspección de sistema hidraulico.	✓		Pruebas de funcionamiento.		
Inspección de sistema neumático.	✓		Configuración/actualización de software.		
Inspección de sistema de refrigeración.	✓		Limpieza externa.		
Inspección de escobillas.	✓		Limpieza Interna.		
Inspección de conexiones.	✓	✓	Lubricación.		
Inspección de motores/bombas.	✓		reemplazo de repuestos/ insumos.		

Verificacion eléctrica (Si Aplica):								
Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		Ω
Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Osciloscopio		Multimetro		Termometro		Manómetro		Pínza Amperimétrica		Pesas Patrón	
Analizador de RX		Tacometro		Balanza Analitica		Datalogger		Herramienta de mano		Otra: _____	

Descripción de labores / Observaciones:

Se realiza mantenimiento preventivo. Limpieza interna y externa.
Se realiza pruebas de funcionamiento. Equipo apta para su uso.

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS

Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón


REPUESTOS UTILIZADOS

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
Javier M. Mosquera S. ING. BIOMEDICO RH INVIMA 201304-242 MP 25744-417894 CND	Firma y/o sello: Nombre: Cargo:

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	CASA LA ESPERANZA			SEDE		CAJICA		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Báscula electronica digital para personas mayores							
MARCA:	BBG Colombia SAS.		MODELO:	INDUSTRY20 INOX + BP-INOX				
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO					
EQUIPO BIOMEDICO:	X							
MAQUINAS Y EQUIPOS:								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I	X	TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO	X	
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO		
	CLASE III			OTRO				
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO	X	QUIRÚRGICO		FOTOGRAFIA
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN		
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLOGÍA		OTRO		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	8,2V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE	0,3A		PERA		BATERÍAS		
	POTENCIA	100 - 240 VAC		MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA	60Hz		OTRO	X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:			
DIRECCION:	DIRECCION Calle 13 # 24 - 19 Bogotá	Nombre del Fabricante:	BBG Colombia SAS.
TELEFONO:	7457700	E-MAIL:	ventas@basculasbbg.com

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Bascula electrónica digital con capacidad de 500 Kg, rango de error 200g, batería recargable, con plataforma en acero inoxidable.

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la báscula y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Bascula electrónica digital para el pesaje de personas mayores

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos electrónicos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

TIPO DE SERVICIO		
	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	✓
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA
NIT: 1018446915-5

Mantenimiento, venta y reparaciòn de equipos de medicina, cirugìa, odontologìa, oftalmologìa, otorrinolaringologìa, terapia, laboratorio clinico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

FECHA

24	02	2022.

Cliente: Casa la esperanza	Contacto:
Dependencia: Nutricion - Fisioterapia	Ciudad: Cajica

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Otro:
Bascula Electronica	BBG-Colombia	HBP-INOX Industry 20 INOX.			

	CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO	
✓	NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
	IRREGULAR	
	FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS

ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		✓	Inspeccion de sistema optico.	✓	✓
Inspección de sistema eléctrico.		✓	Inspeccion de fugas.	✓	
Inspección de sistema electrónico.		✓	Inspección de bombillos.	✓	
Inspección de sistema mecánico.	✓		Inspección de alarmas.		✓
Inspección de sistema hidraulico.	✓		Pruebas de funcionamiento.		✓
Inspección de sistema neumático.	✓		Configuración/actualización de software.	✓	
Inspección de sistema de refrigeración.	✓		Limpieza externa.		✓
Inspección de escobillas.	✓		Limpieza Interna.		✓
Inspección de conexiones.		✓	Lubricación.	✓	
Inspección de motores/bombas.	✓		reemplazo de repuestos/ insumos.	✓	

Verificacion eléctrica (Si Aplica):									
	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Osciloscopio		Multimetro		Termometro		Manómetro		Pínza Amperimétrica		Pesas Patrón	
Analizador de RX		Tacometro		Balanza Analitica		Datalogger		Herramienta de mano		Otra: _____	

Descripción de labores / Observaciones:

Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa.
Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo apto para su uso.

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS

Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
Javier M. Mosquera B.	Firma y/o sello:
	Nombre:
	Cargo:

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Batidora eléctrica de pedestal							
MARCA:	Black and decker		**MODELO:**	**MX900**				
NÚMERO DE SERIE:			**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**120 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA	**250 W**		**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**	**X**	**NO**		

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**ALMACEN Y TALLER DE LA LICUADORA**		
DIRECCION:	Calle 7 # 8-08, ZIPAQUIRA	**Nombre del Fabricante:**	**Black and decker**
TELEFONO:	8512934	**E-MAIL:**	memogonzalez03@hotmail.com

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Batidora eléctrica stand mixer de pedestal

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la batidora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Mezcla alimentos con facilidad, cuenta con 5 velocidades

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza después de cada uso y desinfección al final del día, no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento


- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador vertical en acero inoxidable							
MARCA:	Refriformax		**MODELO:**	**TP1413YS**				
NÚMERO DE SERIE:			**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**115 -127 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Refriformax**		
DIRECCION:	KR 18A 19-32, Bogotá D.C.	**Nombre del Fabricante:**	**Refriforma**
TELEFONO:	5512923	**E-MAIL:**	induformax@hotmail.com

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Congelador vertical de una puerta

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el congelador y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Congelador eléctrico vertical

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Refrigerador vertical en acero inoxidable							
MARCA:	Refriformax		**MODELO:**	**TP1413YS**				
NÚMERO DE SERIE:			**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		**FOTOGRAFIA**
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**115 -127 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Refriformax**		
DIRECCION:	KR 18A 19-32, Bogotá D.C.	**Nombre del Fabricante:**	**Refriforma**
TELEFONO:	5512923	**E-MAIL:**	induformax@hotmail.com

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Congelador vertical de una puerta

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el congelador y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Congelador eléctrico vertical

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Estufa enana en acero inoxidable							
MARCA:	ND		**MODELO:**	**ND**				
NÚMERO DE SERIE:	ND		**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**		**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**	**X**			
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**		**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA			**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Joserrago**		
DIRECCION:	ND	**Nombre del Fabricante:**	**ND**
TELEFONO:	ND	**E-MAIL:**	ND

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Estufa enana de 1 puesto

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la estufa y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Estufa enana a gas

ELEMENTOS DE PROTECCION

Evite el contacto directo de la piel con las superficies de la estufa, al manipular utilice guantes resistentes al calor.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza y desinfección diaria, retirando totalmente los restos de alimentos, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor a gas que proviene del producto
- Se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora eléctrica							
MARCA:	Imusa		**MODELO:**	**INFINYFORCE**				
NÚMERO DE SERIE:	LM802556		**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**120 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA	**600 W**		**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Imusa**		
DIRECCION:		**Nombre del Fabricante:**	**Imusa**
TELEFONO:	18000520022	**E-MAIL:**	atencionalcliente@groupeseb.com

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Licuadora con vaso removible, acoples plásticos, capacidad de 4 litros

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Licuadora eléctrica de 12 velocidades, con vaso removible de vidrio.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora eléctrica industrial							
MARCA:	Joserrago		**MODELO:**	**LAS-04MB**				
NÚMERO DE SERIE:	473901		**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**110 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**	**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**	
	POTENCIA	**368 W**		**MEMBRANA**		**PAPEL**	
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**		
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Joserrago**		
DIRECCION:	Av. Caracas # 17-40 Bogotá, Colombia.	**Nombre del Fabricante:**	**Joserrago**
TELEFONO:	2436035	**E-MAIL:**	ventas@joserrago.com.co

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Fabricada en acero inoxidable, vaso removible, 1 velocidad, acoples metálicos, capacidad de 4 litros

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Licuadora eléctrica industrial de 1 velocidad, con vaso removible.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora eléctrica industrial 2							
MARCA:	Joserrago		**MODELO:**	**LAS-04MB**				
NÚMERO DE SERIE:	473901		**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**110 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA	**368 W**		**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Joserrago**		
DIRECCION:	Av. Caracas # 17-40 Bogotá, Colombia.	**Nombre del Fabricante:**	**Joserrago**
TELEFONO:	2436035	**E-MAIL:**	ventas@joserrago.com.co

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Fabricada en acero inoxidable, vaso removible, 1 velocidad, acoples metálicos, capacidad de 4 litros

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Licuadora eléctrica industrial de 1 velocidad, con vaso removible.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Microondas							
MARCA:	Haceb		**MODELO:**	**UCC128**				
NÚMERO DE SERIE:	1601NFBL03837		**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**		**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN	**X**		**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	



FOTOGRAFIA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**120 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA	**700 W**		**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Haceb**		
DIRECCION:	Calle 59 No. 55 – 80 Copacabana, Antioquia	**Nombre del Fabricante:**	**Haceb**
TELEFONO:	4897979	**E-MAIL:**	asesor.servicio@haceb.com

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Microondas eléctrico

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el microondas y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Calentar alimentos con ondas electromagnéticas

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza después de cada uso y desinfección al final del día, no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera mixta							
MARCA:	Samsung		**MODELO:**	**RT6CWNPP1/SCL**				
NÚMERO DE SERIE:			**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**X**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**110 -120 V**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE	**1,8A**		**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA	**60 Hz**		**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Samsung**		
DIRECCION:	Carrera 7 # 113 - 43 Of 607 (Torre Samsung)	**Nombre del Fabricante:**	**Samsung**
TELEFONO:	600 12 72	**E-MAIL:**	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Nevera mista, hecha en México, con volumen de 421 L, volumen de almacenamiento 408 L y una carga de refrigerante de 180g

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia la nevera y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo. Intrucir alimentos evitando tapar las salidad de aire y evitando sobrecargar puertas.

FUNCION

Nevera mixta, congelador y refrigerador

ELEMENTOS DE PROTECCION

Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro digital de punzon 4							
MARCA:	Digital termometer		**MODELO:**	**TP3001**				
NÚMERO DE SERIE:			**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**		**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**	**X**			
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:	**ND**			**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**		**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA			**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Digital termometer**		
DIRECCION:	ND	**Nombre del Fabricante:**	**Digital termometer**
TELEFONO:	ND	**E-MAIL:**	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Amplio rango de temperatura -300ºC a 300ºC, con una exactitud de 0.4ºC, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza y desinfección diaria con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso tal de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y apáguelo hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Pantalla led que este quebrada, rota o dañada.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro digital de punzon 4							
MARCA:	Digital termometer		**MODELO:**	**TP3001**				
NÚMERO DE SERIE:			**No INVENTARIO**					
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**X**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**		**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**	**X**			
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:	**ND**			**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**	**X**	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**		**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA			**OTRO**	**X**			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**X**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	**Digital termometer**		
DIRECCION:	ND	**Nombre del Fabricante:**	**Digital termometer**
TELEFONO:	ND	**E-MAIL:**	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	Amplio rango de temperatura -300ºC a 300ºC, con una exactitud de 0.4ºC, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Se debe realizar limpieza y desinfección diaria con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

En caso tal de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y apáguelo hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Pantalla led que este quebrada, rota o dañada.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			