

***RELACIÓN HOJAS DE VIDA Y CALIBRACIÓN DEL
COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD***

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

***CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR
CLARITA SANTOS***

NOVIEMBRE 2023



Gobierno
General

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Página: 2

DATOS GENERALES									
SEDE:	CASA LA ESPERANZA								
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termómetro digital de punzon 1	MODELO:	TP3001						
MARCA:	Digital termometer								
NÚMERO DE SERIE:									
EQUIPO BIOMÉDICO:									
MÁQUINAS Y EQUIPOS:	X								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I	ELECTRICO		ELECTRÓNICO					
	CLASE IIA	NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB	MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE IIB	OTRO		X					
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRÁ	TIPO		DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO			
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN			
FECHA DE ADQUISICIÓN:	ND			IMAGENOLÓGICA		OTRO		X	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS									
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE	PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA	MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	OTRO		X					
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO									
DATOS FABRICANTE									
Nombre del Proveedor:									
DIRECCIÓN:	ND	Nombre del Fabricante:		Digital thermometer					
TELÉFONO:	ND	E-MAIL:		Digital thermometer					
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA									
VIDA ÚTIL:	Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.1°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)								
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO									
Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el control de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.									
FUNCIÓN									
Funciona introduciendo el punzón en el alimento frío o caliente; se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN									
Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.									
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN									



Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
 ING. BIOPOLÍMEDO RH INVISSA 201304-242 MP 25744 417894 CND	Firma y/o sello:
ING JAVIER MAURICIO MOSQUERA RH INVISSA 201304242 TP 25244 417894 CND TEL 3007057329	Nombre: Cargo:



Bogotá, 28 de agosto de 2023

A QUIEN INTERESE

Por medio de este comunicado damos constancia de que la Fundación COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CLARITA SANTOS identificado con NIT 860.007.314-1 se encuentra realizando la calibración de los equipos médicos de su sede en Cajicá con nuestra empresa entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023.

Firmado a los 28 días del mes de Agosto de 2023.

Atentamente:

Edwin Alberto Mesa Agudelo
Repo. Legal

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Página: 2

DATOS GENERALES

SEDE: CASA LA ESPERANZA		SEDE		CAJICA																																											
NOMBRE DEL EQUIPO: Termómetro digital de punzon 2		MODELO: TP9001																																													
MARCA: Digital thermometer																																															
NÚMERO DE SERIE:		No INVENTARIO																																													
EQUIPO BIOMÉDICO:																																															
MÁQUINAS Y EQUIPOS: X																																															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		<table border="1"> <tr> <td>CLASE I</td> <td></td> <td>ELECTRICO</td> <td></td> <td>ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLASE IIA</td> <td></td> <td>NEUMÁTICO</td> <td></td> <td>HIDRÁULICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLASE IIB</td> <td></td> <td>MECÁNICO</td> <td></td> <td>ÓPTICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLASE IIB</td> <td></td> <td>OTRO</td> <td>X</td> <td>QUIRÚRGICO</td> <td></td> </tr> </table>		CLASE I		ELECTRICO		ELECTRÓNICO		CLASE IIA		NEUMÁTICO		HIDRÁULICO		CLASE IIB		MECÁNICO		ÓPTICO		CLASE IIB		OTRO	X	QUIRÚRGICO		<table border="1"> <tr> <td>TIPO</td> <td></td> <td>DIAGNÓSTICO</td> <td></td> <td>REHABILITACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TRATAMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IMAGENOLOGIA</td> <td></td> <td>OTRO</td> <td>X</td> </tr> </table>		TIPO		DIAGNÓSTICO		REHABILITACIÓN				TRATAMIENTO						IMAGENOLOGIA		OTRO	X
CLASE I		ELECTRICO		ELECTRÓNICO																																											
CLASE IIA		NEUMÁTICO		HIDRÁULICO																																											
CLASE IIB		MECÁNICO		ÓPTICO																																											
CLASE IIB		OTRO	X	QUIRÚRGICO																																											
TIPO		DIAGNÓSTICO		REHABILITACIÓN																																											
		TRATAMIENTO																																													
		IMAGENOLOGIA		OTRO	X																																										
FORMA DE ADQUISICIÓN		<table border="1"> <tr> <td>COMPRAS</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DONACIÓN</td> <td></td> </tr> </table>		COMPRAS	X	DONACIÓN																																									
COMPRAS	X																																														
DONACIÓN																																															
FECHA DE ADQUISICIÓN: ND																																															

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES
	CORRIENTE		PERA		BATERÍAS		
	POTENCIA		MEMBRANA		PAPEL		
	FRECUENCIA		OTRO	X	NO	X	

CUENTA CON MANUAL DE USUARIO

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:		Nombre del Fabricante:		Digital thermometer	
DIRECCIÓN: ND		E-MAIL:		Digital thermometer	
TELÉFONO: ND					

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)

INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Funciona introduciendo el punzón en el alimento frío o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TIPO DE SERVICIO	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	☒
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

TECNOVET SAS NIT: 901.387.850-3
Mantenimiento, venta y reparación de equipos de medicina, cirugía, odontología, laboratorio clínico, banco de sangre, y veterinaria

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO
FECHA
04 / 01 / 2023.

Cliente: <u>hacer denta Santos</u>	Contacto:
Dependencia:	Ciudad: <u>Cajica</u>

Equipo <u>Termómetros de Razon</u>	Marca <u>Digital Thermometer</u>	Modelo <u>TP3001</u>	Serie	Inventario <u>Negros</u>	Otro:
------------------------------------	----------------------------------	----------------------	-------	--------------------------	-------

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO	
☒ NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
☐ IRREGULAR	
☐ FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS					
ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		/	Inspección de sistema óptico.		
Inspección de sistema eléctrico.		/	Inspección de fugas.		
Inspección de sistema electrónico.			Inspección de bombillos.		
Inspección de sistema mecánico.			Inspección de alarmas.		
Inspección de sistema hidráulico.			Pruebas de funcionamiento.		/
Inspección de sistema neumático.			Configuración/actualización de software.		/
Inspección de sistema de refrigeración.			Limpieza externa.		
Inspección de escobillas.			Limpieza interna.		
Inspección de conexiones.			Lubricación.		
Inspección de motores/bombas.			reemplazo de repuestos/ insumos.		

Verificación eléctrica (Si Aplica):	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC	Resistencia	Ω
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Tierra	

HERRAMIENTAS UTILIZADAS							
Osciloscopio	Multímetro	Termómetro	Manómetro	Pinza Amperimétrica	Pesas Patrón		
Analizador de RX	Tacómetro	Balanza Analítica	Datalogger	Herramienta de mano	Otra:		

Descripción de labores / Observaciones:
<u>Equipo apto para su uso.</u>

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS					
Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS			
Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
<u>Javier M. Mosquera</u> ING. BIOMÉDICO RH INVIISA 201304-242 MP 25744 417094 CND	Firma y/o sello:
ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA RH INVIISA 201304-242 MP 25744 417094 CND TEL 3007057329	Nombre:
	Cargo:



Bogotá, 28 de agosto de 2023

A QUIEN INTERESE

Por medio de este comunicado damos constancia de que la Fundación COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CLARITA SANTOS identificado con NIT 860.007.314-1 se encuentra realizando la calibración de los equipos médicos de su sede en Cajicá con nuestra empresa entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023.

Firmado a los 28 días del mes de Agosto de 2023.

Atentamente:

Edwin Alberto Mesa Agudelo
Repo. Legal



Gobierno
General

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS


Página: 2

DATOS GENERALES									
SEDE	CASA LA ESPERANZA	SEDE				CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Gramera								
MARCA:	ND								
NÚMERO DE SERIE:	ND								
EQUIPO BIOMÉDICO:	ND								
MÁQUINAS Y EQUIPOS:	X								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I								
	CLASE II A								
	CLASE II B								
	CLASE III								
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X							
FECHA DE ADQUISICIÓN:	DONACIÓN	ND							
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS									
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	NA	BRAZALETE	ELECTRODOS					
	CORRIENTE	NA	PERA	BATERÍAS					
	POTENCIA	NA	MEMBRANA	PAPEL					
	FRECUENCIA	NA	OTRO	X	NO	X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO									
DATOS FABRICANTE									
Nombre del Proveedor:									
DIRECCIÓN:	ND	Nombre del Fabricante:							
TELÉFONO:	ND	E-MAIL:							
VIDA ÚTIL:									
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO									
Inspeccione con frecuencia la gramera y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.									
FUNCIÓN									
Gramera para pesaje de alimentos con capacidad de 35g, precisión de 1g									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN									
NA									
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN									
Se debe realizar limpieza diaria en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos.									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO									
Anual									
CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO									
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y retire la fuente de energía hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento									
• Sonido de crujido, sibilido o estallido u olor fuerte que proviene del producto									
• Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera									



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
 INC BIOMEDICO RH INVIMA 201304 242 RH INVIMA: 201304242 TP25244-17894 CNO MP 25244-17894 CNO	Firma y/o sello:
	Nombre: Cargo:



Bogotá, 28 de agosto de 2023

A QUIEN INTERESE

Por medio de este comunicado damos constancia de que la Fundación COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CLARITA SANTOS identificado con NIT 860.007.314-1 se encuentra realizando la calibración de los equipos médicos de su sede en Cajicá con nuestra empresa entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023.

Firmado a los 28 días del mes de Agosto de 2023.

Atentamente:

Edwin Alberto Mesa Agudelo
Repo. Legal

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Versión: 002	
		HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS				Paginas: 2	
		DATOS GENERALES					
SEDE:	CASA LA ESPERANZA	SEDE		CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Báscula electrónica digital para alimentos	MODELO:		TCS-K1			
MARCA:	Pesatronics	No INVENTARIO					
NÚMERO DE SERIE:		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE					
EQUIPO BIOMÉDICO:		TIPO					
MÁQUINAS Y EQUIPOS:		CLASE I		ELECTRÓNICO			
		CLASE IIA		HIDRÁULICO			
		CLASE IIB		ÓPTICO			
		CLASE IIC					
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		COMPRAS		QUIRÚRGICO			
		DONACIÓN		REHABILITACIÓN			
FORMA DE ADQUISICIÓN		IMAGENOLÓGICA		OTRO			
FECHA DE ADQUISICIÓN:				X			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						FOTOGRAFÍA	
		BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES	
		PERA		BATERÍAS			
		MEMBRANA		PAPEL			
		OTRO		X			
		SI		NO		X	
		CUENTA CON MANUAL DE USUARIO					
Nombre del Proveedor:		Nombre del Fabricante:		Pesatronics S.A.			
DIRECCIÓN:		E-MAIL:					
TELÉFONO:							
VIDA ÚTIL:							
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO							
Báscula electrónica digital con capacidad de 100 Kg. rango de error 50g. batería recargable, con plataforma en aluminio.							
Inspeccione con frecuencia la báscula y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.							
FUNCIÓN							
Báscula electrónica digital para el pesaje de alimentos							
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN							
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.							
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN							
Se debe realizar limpieza en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos electrónicos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos							



Bogotá, 28 de agosto de 2023

A QUIEN INTERESE

Por medio de este comunicado damos constancia de que la Fundación COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CLARITA SANTOS identificado con NIT 860.007.314-1 se encuentra realizando la calibración de los equipos médicos de su sede en Cajicá con nuestra empresa entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023.

Firmado a los 28 días del mes de Agosto de 2023.

Atentamente:

Edwin Alberto Mesa Agudelo
Repo. Legal



HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MAQUINAS Y EQUIPOS

SEDE:		CASA LA ESPERANZA		SEDE:		CAJICA					
NOMBRE DEL EQUIPO:		Báscula electrónica digital para personas mayores		INDUSTRY20 INOX + BP-INOX							
MARCA:		BBC Colombia SAS		MODELO:							
NÚMERO DE SERIE:		X		No INVENTARIO							
EQUIPO BIOMÉDICO:											
MÁQUINAS Y EQUIPOS:											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		X		ELECTRICO		ELECTRÓNICO		X	
		CLASE IIA				NEUMÁTICO		HIDRÁULICO			
		CLASE IIB				MECÁNICO		ÓPTICO			
		CLASE IIC				OTRO					
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO		X	
		DONACIÓN						TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN	
FECHA DE ADQUISICIÓN:						IMAGENOLÓGIA				OTRO	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		8,2V		BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES	
		CORRIENTE		0,3A		PERA		BATERÍAS			
		POTENCIA		100 - 240 VAC		MEMBRANA		PAPEL			
		FRECUENCIA		60Hz		OTRO		X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI				NO		X	
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:				Nombre del Fabricante:				BBC Colombia SAS.			
DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN Calle 13 # 24 - 19 Bogotá		E-MAIL:				ventas@basculasbbc.com			
TELÉFONO:		7457700		ESPECIFICACION TECNICA							
VIDA ÚTIL:				Báscula electrónica digital con capacidad de 500 Kg, rango de error 300g, batería recargable, con plataforma en acero inoxidable.							
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia la báscula y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Báscula electrónica digital para el pesaje de personas mayores											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o LPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos electrónicos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos											

	Cliente:
	Firma y/o sello:
Nombre:	
Cargo:	



Bogotá, 28 de agosto de 2023

A QUIEN INTERESE

Por medio de este comunicado damos constancia de que la Fundación COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CLARITA SANTOS identificado con NIT 860.007.314-1 se encuentra realizando la calibración de los equipos médicos de su sede en Cajicá con nuestra empresa entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023.

Firmado a los 28 días del mes de Agosto de 2023.

Atentamente:

Edwin Alberto Mesa Agudelo
Repo. Legal

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE				CAJICA							
NOMBRE DEL EQUIPO:		Batidora eléctrica de pedestal															
MARCA:		Black and decker		MODELO:		MX900											
NÚMERO DE SERIE:						No INVENTARIO											
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I				TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X		ELECTRÓNICO					
		CLASE IIA						NEUMÁTICO				HIDRAULICO					
		CLASE IIB						MECANICO				ÓPTICO					
		CLASE III						OTRO									
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO					
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:								IMAGENOLOGÍA				OTRO		X			
FOTOGRAFIA																	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		120 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA		250 W				MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI		X		NO							
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		ALMACEN Y TALLER DE LA LICUADORA															
DIRECCION:		Calle 7 # 8-08, ZIPAQUIRA				Nombre del Fabricante:		Black and decker									
TELEFONO:		8512934				E-MAIL:		memogonzalez03@hotmail.com									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Batidora eléctrica stand mixer de pedestal															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia la batidora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																	
FUNCION																	
Mezcla alimentos con facilidad, cuenta con 5 velocidades																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Se debe realizar limpieza después de cada uso y desinfección al final del día, no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA								
NOMBRE DEL EQUIPO:		Congelador vertical en acero inoxidable															
MARCA:		Refriformax		MODELO:		TP1413YS											
NUMERO DE SERIE:				No INVENTARIO													
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X		ELECTRÓNICO							
		CLASE IIA				NEUMÁTICO		HIDRAULICO									
		CLASE IIB				MECÁNICO		ÓPTICO									
		CLASE III				OTRO											
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO							
		DONACIÓN				TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN									
FECHA DE ADQUISICIÓN:						IMAGENOLOGÍA				OTRO		X	FOTOGRAFIA				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		115 -127 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA						MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		Refriformax															
DIRECCION:		KR 18A 19-32, Bogotá D.C.				Nombre del Fabricante:		Refriforma									
TELEFONO:		5512923				E-MAIL:		induformax@hotmail.com									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Congelador vertical de una puerta															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia el congelador y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																	
FUNCION																	
Congelador eléctrico vertical																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2	
DATOS GENERALES												
SEDE:	CASA LA ESPERANZA					SEDE		CAJICA				
NOMBRE DEL EQUIPO:	Refrigerador vertical en acero inoxidable											
MARCA:	Refriformax				MODELO:		TP1413YS					
NUMERO DE SERIE:					No INVENTARIO							
EQUIPO BIOMEDICO:												
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I			TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO					
	CLASE IIA				NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB				MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III				OTRO							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X		TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN				TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:						IMAGENOLÓGÍA		OTRO	X	FOTOGRAFIA		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS												
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	115 -127 V		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE				PERA		BATERIAS					
	POTENCIA				MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz			OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO					SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE												
Nombre del Proveedor:		Refriformax										
DIRECCION:	KR 18A 19-32, Bogotá D.C.				Nombre del Fabricante:		Refriforma					
TELEFONO:	5512923				E-MAIL:		induformax@hotmail.com					
ESPECIFICACION TECNICA												
VIDA UTIL:	Congelador vertical de una puerta											
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO												
Inspeccione con frecuencia el congelador y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.												
FUNCION												
Congelador eléctrico vertical												
ELEMENTOS DE PROTECCION												
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.												
LIMPIEZA Y DESINFECCION												
Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.												
MANTENIMIENTO PREVENTIVO												
Semestral												
CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO												
<p>En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados• Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego• Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto• La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua• Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera												

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002				
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2		
DATOS GENERALES															
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE				CAJICA					
NOMBRE DEL EQUIPO:		Estufa enana en acero inoxidable													
MARCA:		ND		MODELO:		ND									
NÚMERO DE SERIE:		ND		No INVENTARIO											
EQUIPO BIOMEDICO:															
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X													
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO				ELECTRÓNICO					
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRAULICO					
		CLASE IIB				MECANICO				ÓPTICO					
		CLASE III				OTRO		X							
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO			
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN			
FECHA DE ADQUISICIÓN:						IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS															
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE				PERA		BATERÍAS							
		POTENCIA				MEMBRANA		PAPEL							
		FRECUENCIA				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X			
DATOS FABRICANTE															
Nombre del Proveedor:		Joserrago													
DIRECCION:		ND				Nombre del Fabricante:		ND							
TELEFONO:		ND				E-MAIL:		ND							
ESPECIFICACION TECNICA															
VIDA UTIL:		Estufa enana de 1 puesto													
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO															
Inspeccione con frecuencia la estufa y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.															
FUNCION															
Estufa enana a gas															
ELEMENTOS DE PROTECCION															
Evite el contacto directo de la piel con las superficies de la estufa, al manipular utilice guantes resistentes al calor.															
LIMPIEZA Y DESINFECCION															

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE				CAJICA							
NOMBRE DEL EQUIPO:		Licuadora eléctrica															
MARCA:		Imusa		MODELO:		INFINYFORCE											
NÚMERO DE SERIE:		LM802556		No INVENTARIO													
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X		ELECTRÓNICO							
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRAULICO							
		CLASE IIB				MECANICO				ÓPTICO							
		CLASE III				OTRO											
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO					
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:								IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		120 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA		600 W				MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		Imusa															
DIRECCION:						Nombre del Fabricante:		Imusa									
TELEFONO:		18000520022				E-MAIL:		atencionalcliente@groupeseb.com									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Licuadora con vaso removible, acoples plásticos, capacidad de 4 litros															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																	
FUNCION																	
Licuadora eléctrica de 12 velocidades, con vaso removible de vidrio.																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar en contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2						
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE		CAJICA									
NOMBRE DEL EQUIPO:		Licuadora eléctrica industrial				MODELO:		LAS-04MB									
MARCA:		Joserrago		MODELO:		LAS-04MB											
NÚMERO DE SERIE:		473901		No INVENTARIO													
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X				ELECTRÓNICO					
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRAULICO							
		CLASE IIB				MECANICO				ÓPTICO							
		CLASE III				OTRO											
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO					
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:						IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		110 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA		368 W				MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		Joserrago															
DIRECCION:		Av. Caracas # 17-40 Bogotá, Colombia.				Nombre del Fabricante:		Joserrago									
TELEFONO:		2436035				E-MAIL:		ventas@joserrago.com.co									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Fabricada en acero inoxidable, vaso removible, 1 velocidad, acoples metálicos, capacidad de 4 litros															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																	
FUNCION																	
Licuadora eléctrica industrial de 1 velocidad, con vaso removible.																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar en contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA								
NOMBRE DEL EQUIPO:		Licuadora eléctrica industrial 2															
MARCA:		Joserrago		MODELO:		LAS-04MB											
NÚMERO DE SERIE:		473901		No INVENTARIO													
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X		ELECTRÓNICO							
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRAULICO							
		CLASE IIB				MECANICO				ÓPTICO							
		CLASE III				OTRO											
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO							
		DONACIÓN						TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN							
FECHA DE ADQUISICIÓN:						IMAGENOLOGÍA				OTRO X							
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		110 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA		368 W				MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		Joserrago															
DIRECCION:		Av. Caracas # 17-40 Bogotá, Colombia.				Nombre del Fabricante:		Joserrago									
TELEFONO:		2436035				E-MAIL:		ventas@joserrago.com.co									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Fabricada en acero inoxidable, vaso removible, 1 velocidad, acoples metálicos, capacidad de 4 litros															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																	
FUNCION																	
Licuadora eléctrica industrial de 1 velocidad, con vaso removible.																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar en contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Páginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA					SEDE			CAJICA							
NOMBRE DEL EQUIPO:		Microondas															
MARCA:		Haceb			MODELO:		UCC128										
NÚMERO DE SERIE:		1601NFBL03837			No INVENTARIO												
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I				TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X		ELECTRÓNICO					
		CLASE IIA						NEUMÁTICO				HIDRAULICO					
		CLASE IIB						MECÁNICO				ÓPTICO					
		CLASE III						OTRO									
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA				TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO					
		DONACIÓN		X				TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:								IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		120 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA		700 W				MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		Haceb															
DIRECCION:		Calle 59 No. 55 – 80 Copacabana, Antioquia				Nombre del Fabricante:		Haceb									
TELEFONO:		4897979				E-MAIL:		asesor.servicio@haceb.com									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Microondas eléctrico															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia el microondas y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																	
FUNCION																	
Calentar alimentos con ondas electromagnéticas																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Se debe realizar limpieza después de cada uso y desinfección al final del día, no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA					SEDE			CAJICA							
NOMBRE DEL EQUIPO:		Nevera mixta															
MARCA:		Samsung			MODELO:		RT6CWNPP1/SCL										
NÚMERO DE SERIE:					No INVENTARIO												
EQUIPO BIOMEDICO:																	
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X															
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I				TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		X		ELECTRÓNICO					
		CLASE IIA						NEUMÁTICO				HIDRAULICO					
		CLASE IIB						MECANICO				ÓPTICO					
		CLASE III						OTRO									
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO					
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:								IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		110 -120 V		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE		1,8A				PERA				BATERÍAS					
		POTENCIA						MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA		60 Hz				OTRO		X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		Samsung															
DIRECCION:		Carrera 7 # 113 - 43 Of 607 (Torre Samsung)				Nombre del Fabricante:		Samsung									
TELEFONO:		600 12 72				E-MAIL:											
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		Nevera mixta, hecha en México, con volumen de 421 L, volumen de almacenamiento 408 L y una carga de refrigerante de 180g															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
Inspeccione con frecuencia la nevera y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo. Intrucir alimentos evitando tapar las salidad de aire y evitando sobrecargar puertas.																	
FUNCION																	
Nevera mixta, congelador y refrigerador																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002					
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2			
DATOS GENERALES																
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE				CAJICA						
NOMBRE DEL EQUIPO:		Termometro digital de punzon 4														
MARCA:		Digital thermometer		MODELO:		TP3001										
NÚMERO DE SERIE:				No INVENTARIO												
EQUIPO BIOMEDICO:																
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X														
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO				ELECTRÓNICO						
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRAULICO						
		CLASE IIB				MECANICO				ÓPTICO						
		CLASE III				OTRO		X								
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO				
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN				
FECHA DE ADQUISICIÓN:		ND						IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES		
		CORRIENTE				PERA		BATERÍAS								
		POTENCIA				MEMBRANA		PAPEL								
		FRECUENCIA				OTRO		X								
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X				
DATOS FABRICANTE																
Nombre del Proveedor:		Digital thermometer														
DIRECCION:		ND				Nombre del Fabricante:		Digital thermometer								
TELEFONO:		ND				E-MAIL:										
ESPECIFICACION TECNICA																
VIDA UTIL:		Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)														
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																
Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																
FUNCION																
Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.																
ELEMENTOS DE PROTECCION																
Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.																
LIMPIEZA Y DESINFECCION																

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002					
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2			
DATOS GENERALES																
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE				CAJICA						
NOMBRE DEL EQUIPO:		Termometro digital de punzon 4														
MARCA:		Digital thermometer		MODELO:		TP3001										
NÚMERO DE SERIE:				No INVENTARIO												
EQUIPO BIOMEDICO:																
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X														
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO				ELECTRÓNICO						
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRAULICO						
		CLASE IIB				MECANICO				ÓPTICO						
		CLASE III				OTRO		X								
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO				QUIRÚRGICO				
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN				
FECHA DE ADQUISICIÓN:				ND				IMAGENOLOGÍA				OTRO		X		FOTOGRAFIA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES		
		CORRIENTE				PERA				BATERÍAS						
		POTENCIA				MEMBRANA				PAPEL						
		FRECUENCIA				OTRO		X								
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		X				
DATOS FABRICANTE																
Nombre del Proveedor:		Digital thermometer														
DIRECCION:		ND				Nombre del Fabricante:		Digital thermometer								
TELEFONO:		ND				E-MAIL:										
ESPECIFICACION TECNICA																
VIDA UTIL:		Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)														
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																
Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.																
FUNCION																
Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.																
ELEMENTOS DE PROTECCION																
Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.																
LIMPIEZA Y DESINFECCION																