

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
	Clasificación de la Información: Pública					

Balanza Pesa Alimentos ____

Balanza Pesa Personas X

Balanza Pesa Bebés ____



No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	803	88030701 151615	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH20-39353	29/10/2020	CUMPLE	SH20-39353	29/10/2020	CUMPLE	SD
			SH22-47542	12/06/2022	CUMPLE	SD
			SH23-55159	10/05/2023	CUMPLE	may-27

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	150 Kg	Juego de pesas clase	Paralelepípedo Metroglobal	5/11/2024	5/02/2025
Carga mínima (Min)	2 Kg	Número de Certificado	D3710-23 19-10-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 Kg			Nutricionista Alejandra Vargas	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kennedy			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1				

PRUEBAS		
EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 35 KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	35	0
3	35	0
4	35	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 35KG-20KG-15KG-10KG-5KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	34,9	-0,1
2	20	0
3	15	0
4	10	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		-0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,1
RESULTADO	CUMPLE	
RESULTADO: Cumple o no cumple		

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 35 KG		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	34,9	-0,1
2	35	0
3	35	0
4	35	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		-0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,1
RESULTADO	CUMPLE	

GUIA EXCENTRICIDAD	
	

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE
----------------	---------------

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.