



**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA**

**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
TERMÓMETRO DE CALIENTE**

Termómetro Bimetálico de punzón Brixco	
Nombre del equipo	Termómetro Bimetálico de punzón
Tipo de equipo	Balanza Digital 5kg Imperial Houseware Soporte De Vidrio
Marca	Brixco
Modelo	Brixco 4112
Ubicación	CDI – Servicio de alimentación
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista y/o manipuladoras de alimentos
Fecha de ingreso	Marzo de 2018
Fecha de calibración	Mayo 17 2022 - SH22-47640 / Abril 22 2023 - SH23-55254 / Abril 22 2024 SH23-55254
Instrucciones de uso	Medición: <ul style="list-style-type: none">- Tener el termómetro limpio y desinfectado.- Introducir el punzón en el alimento (parte central) y esperar que la aguja se estabilice en el reloj.- Realizar la lectura.
Datos técnicos	Tipo Industrial 3x6" Rango de temperatura: -10+110°C:1°C Diámetro de la carátula 1" Largo del punzón 5" Recalibrable Sellado hermético Fabricado totalmente en acero inoxidable Con husillo plástico de protección y clip Marca BRIXCO
Sensibilidad	1 grado centígrado
Capacidad	-10+110°C

TRAZABILIDAD VERIFICACIÓN INTERMEDIA

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	08/03/2024	Cumple	Punto de hielo
2	08/05/2024	Cumple	Punto de hielo
3	06/08/2024	Cumple	Punto De ebullición
4	01/11/2024	Cumple	Punto de ebullición
5	10/02/2025	Cumple	Punto de ebullición
6	07/05/2025	Cumple	Punto de ebullición



**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA**

TRAZABILIDAD INSPECCIONES

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	08-03-24	EN BUEN ESTADO	
2	08-04-24	EN BUEN ESTADO	
3	08-05-24	EN BUEN ESTADO	
4	05-06-24	EN BUEN ESTADO	
5	08-07-24	EN BUEN ESTADO	
6	06-08-24	EN BUEN ESTADO	
7	10-09-24	EN BUEN ESTADO	
8	08-10-24	EN BUEN ESTADO	
9	01-11-24	EN BUEN ESTADO	
10	03-12-24	EN BUEN ESTADO	
11	10-02-25	EN BUEN ESTADO	
12	04-03-25	EN BUEN ESTADO	
13	02-04-25	EN BUEN ESTADO	
14	07-05-25	EN BUEN ESTADO	
15	04-06-25	EN BUEN ESTADO	
16	08-07-25	EN BUEN ESTADO	