

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025																																			
					Versión 5	Página 1 de 1																																			
					Clasificación de la Información: Pública																																				
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO																																				
NO APLICA	BRIXCO	SD	SD	CDI SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)</th> <th colspan="4">CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>RESULTADO</th> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>RESULTADO</th> <th>FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN</th> </tr> <tr> <td>SH22-47640</td> <td>17/05/2022</td> <td>CUMPLE</td> <td>SH22-47640</td> <td>17/05/2022</td> <td>CUMPLE</td> <td>may-23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SH23-55254</td> <td>22/04/2023</td> <td>CUMPLE</td> <td>abr-24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SH24-60914</td> <td>24/04/2024</td> <td>CUMPLE</td> <td>abr-25</td> </tr> </table>							CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)				No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN	SH22-47640	17/05/2022	CUMPLE	SH22-47640	17/05/2022	CUMPLE	may-23				SH23-55254	22/04/2023	CUMPLE	abr-24				SH24-60914	24/04/2024	CUMPLE	abr-25
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)																																						
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN																																			
SH22-47640	17/05/2022	CUMPLE	SH22-47640	17/05/2022	CUMPLE	may-23																																			
			SH23-55254	22/04/2023	CUMPLE	abr-24																																			
			SH24-60914	24/04/2024	CUMPLE	abr-25																																			
FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición)	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA																																		
8/03/2024	0	1	1	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	may-24																																		
8/05/2024	0	1	1	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	ago-24																																		
6/08/2024	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	nov-24																																		
1/11/2024	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	feb-25																																		
10/02/2025	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	may-25																																		
7/05/2025	91	91	0	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia punto de ebullición	ago-25																																		
RESULTADO: Cumple o no cumple																																									
FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA:																																									

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.