



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH24-63119

LABORATORIO
TEMPERATURA

2024-07

Certificado No.

SH24-63119

Instrumento de medición:

TERMÓMETRO DIGITAL

Fabricante:

NO PORTA

Modelo:

TP 300

Número de serie:

SN 24 - 95

Código interno:**

NO PORTA

Intervalo de medición:

-50 °C a 300 °C

Intervalo de calibración:

0 °C a 100 °C

Resolución:

0,1 °C

División de escala:

No aplica

Cliente:**

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

Dirección:**

CARRERA 11 No. 94 - 02 OF 505 / BOGOTÁ

Método utilizado:

Nordtest method NT VVS 103 Thermometers, contact, direct reading: Calibration
1994-09

Lugar de calibración e

Instalación:**

EN SITIO CARRERA 49 No. 127 D - 48 - BOGOTÁ /

Observaciones:

El usuario es el responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo. El presente documento expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

Este certificado de calibración no puede reproducirse más que en su totalidad, excepto con el permiso del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y solamente se relacionan con los ítems descritos. Los resultados de este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) a través de las calibraciones de sus patrones realizadas por Institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados por organismos de acreditación firmantes de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Multilateral.

"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor."

Autorizado por:

Miguel Angel Melo
Coordinador de operaciones

Sello:



ISO/IEC 17025:2017
09-LAC-009



Fecha de recepción:

2024-07-23

Fecha de calibración:

2024-07-23

Fecha de emisión:

2024-07-24

Próxima calibración:**

NO APLICA

** Datos suministrados por el cliente.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH24-63119

LABORATORIO
TEMPERATURA

2024-07

Trazabilidad Metrológica:

SH-LAB-TER-02-1 TERMÓMETRO DIGITAL Fecha de calibración:2023-11-02 Certificado No. T-30110-001 R0 Emitido por: PINZUAR

SH-LAB-BLSC-07 MEDIO ISOTERMO Fecha de calibración:2022-11-28/2022-11-28 Certificado No. TE-2281-22/SH23-55509 Emitido por: VALMET L&M/VALMET L&M

Resultados

Condiciones ambientales:

22,27 °C ± 0,77 °C

57,23 %hr ± 0,3 %hr

Errores de indicación


Temp. (°C)	Patrón (°C)	IBC (°C)	Error (°C)	k	U (°C)
0	0,24	-0,6	-0,84	1,65	0,23
50	50,17	49,3	-0,87	1,65	0,23
100	100,05	99,1	-0,95	1,65	0,23

Temp: Corresponde a la temperatura a calibrar

Patrón: Lectura corregida del patrón IBC: Lecturas promedias del instrumento bajo calibración

k = Factor de cobertura U = Incertidumbre expandida

Errores de indicación (°C)



FIN DEL CERTIFICADO