Guante Látex Con Polvo X 100 Unds.



Registro Sanitario Colombia 2016DM-0014884
Registro Sanitario Ecuador 2591-DME-0617

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Talla XS	Talla S	Talla M	Talla L
Código del producto	*3010314*	*3010303*	*3010304*	*3010305*
Código de barras plegadiza	*770-7304660833*	*770-7304660055*	*770-7304660062*	*770-7304660079*
Código de barras corrugada	*1770-7304660830*	*1770-7304660052*	*1770-7304660069*	*1770-7304660076*
Calibre en milímetros	*Palma 0.10 ± 0.02mm Dedo 0.12 ± 0.02mm*	*Palma 0.10 ± 0.02mm Dedo 0.12 ± 0.02mm*	*Palma 0.10 ± 0.02mm Dedo 0.12 ± 0.02mm*	*Palma 0.10 ± 0.02mm Dedo 0.12 ± 0.02mm*
Peso unidad de guante	*5.0g ± 0,2g*	*5.6g ± 0,2g*	*6.0g ± 0,2g*	*6.5g ± 0,2g*
Dimensiones en centímetros	*Ancho 7.6 ± 0.3cm Largo 24cm ± 1cm*	*Ancho 8.4 ± 0.3cm Largo 24cm ± 1cm*	*Ancho 9.4 ± 0.3cm Largo 24cm ± 1cm*	*Ancho 10.5 ± 0.3cm Largo 24cm ± 1 cm*

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Material de los guantes	Látex natural con polvo
Color	Blanco cremoso
Liberación de calidad	AQL 1.5
Empaque primario	Plegadiza x 100 unds
Dimensiones empaque primario	21,5cm x 12cm x 7cm
Empaque final	Corrugada x 10 plegadizas
Dimensiones empaque final	36cm x 24.5cm x 22.5cm



EMPAQUE PRIMARIO



EMPAQUE FINAL

OBSERVACIONES

- Producto desechable. **NO ESTÉRIL**, de un solo uso.
- Producto calificado por el INVIMA en la categoría llA mediano riesgo.
- Apto para uso médico, odontológico, industrial, hogar y profesional de la belleza.
- Fabricado bajo los estándares de la norma ISO 9001.
- Producto certificado con la norma EN 374-1, EN 374-5.
- Guantes ambidiestros, dedo recto, **ligeramente entalcados.**
- Después de usados no deben ser reutilizados, desinfectados, lavados o esterilizados.
- Vida útil 5 años.

RECOMENDACIONES

- Verificar que los guantes sean compatibles con sus aplicaciones específicas, procesos y materiales antes de ser utilizados.
- Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos ultravioleta.

LAS PROTEINAS DEL LATEX PUEDEN PRODUCIR REACCIONES ALERGICAS EN PERSONAS SENSIBLES.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Nombre: Aurianis Arenas	Nombre: Liliana Maturana	Nombre: Alejandro Butnaru	01/NOV/2022 Fecha Actualización.
Cargo: Aux. Diseño y Desarrollo	Cargo: Analista Desarrollo	Cargo: Gte. mercadeo	Versión de los registros: # 2
Fecha: 01/NOV/2022	Fecha: 04/11/22	Fecha: Noviembre 2 de 2022	