Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48325**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Licuadora Industrial	Serie:	Servicio: UCI Neonatal
Código-Placa: IMLIC-01/42565	Código ECRI:	Ubicación: Lactario
Marca: JTC	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo: JTC	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
73009	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Viernes 14, Marzo 2025	16:04 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	TRIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificar voltaje de alimentación	**Realizado**	Ninguna
Verificar consumo del equipo	**Realizado**	Ninguna
Revisión de sellos mecánicos	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizado**	Ninguna
Verificar estado de botones de velocidad	**Buen Estado**	Ninguna
Funcionamiento	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 127.7 v

consumo: 4.3 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-03-14 16:04:38	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)

2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-03-17 09:43:27	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-03-17 09:43:35	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025