INFUSO INGENIERÍA S.A.S

NIT: 901378311-7

INGENIERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

INFORME TECNICO

Nº 1430

Hora Inicial:	3:00 pm	Hora Final:	4:00 pm	Fecha:	10	03	2025
Cliente:	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						
Dirección:	CRA 33 #28-126			Teléfono:			
Ciudad:	BUCARAMANGA		INVENTARIO:	30812 - 24104			
Marca:	GJE	Modelo	NT	Serie:	NT		
Ubicación:	PEDIATRIA PISO 10		Equipo:	EYECTORES DOS.			
Preventivo:		Correctivo:	X	Instalación:		Evaluación Técnica:	Garantia:

FALLA REPORTADA

NO FUNCIONAN.

TRABAJO REALIZADO

SE REVISAN DOS EYECTORES, TENIAN LAS VALVULAS DE ABRIR Y CERRAR LA PRESION SUELTAS, SE ARREGLAN Y SE DEJAN FUNCIONANDO.

EQUIPOS OK.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT:	DESCRIPCIÓN	CANT:	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

LOS EYECTORES QUEDARON FUNCIONANDO NORMAL.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

HERRAMIENTA DE MANO.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe conformidad

C.C 1090508084.

Carrera 4 #47-19 Floridablanca / Telefono: 316 677 6057 / Email: Admin.Infuso@gmail.com

PlayDesign