FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	05	Día:	23	Hora inicial:	11:00 Pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	05	Día:	23	Hora final:	12:00 Pm

Marca: GTE	Modelo: N/A	Serie: N/A	Inventario: N/A
Ubicación: Urgencias Piz 2	Tipo de Equipo: Toma Oxigeno / Flujometro		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace Cambio de Orin toma de oxigeno Viga 50 que en funcionamiento y mantenimiento de Flujometro Queda Funcionado OK

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Fuga Oxigeno Urgencias Adultos piso 2 Cy Viga 50

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC.

Mayely A Rojas Florez
Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	06	Día:	4	Hora inicial:	9:30 am
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	06	Día:	4	Hora final:	10:30 am

Marca: Eta	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Urgencias 5-9	Tipo de Equipo: Electrocs		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realiza Revision y Limpieza General de electrocs
Se cambian Reloj y Perillas

hus 44632

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

No funcionan

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Reloj	1	Perilla Dime.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta de mano.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nemecio Eyca.
Nombre del técnico
CC.

Virgilio Lázaro López
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 91425306

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	06	Día:	05	Hora inicial:	9:00 am
Fecha de terminación:	Año:		Mes:	06	Día:	05	Hora final:	10:00 am

Marca: GTE	Modelo: NA	Serie: NA	Inventario: NA
Ubicación: URGENCIAS ADULTO	Tipo de Equipo: EYECTORES		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SE HACE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACOPLES DE AGA A CHEMETRON TRES. (PARA AIRE)

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

NO FUNCIONAN

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	ACOPLES CHEMETRON PARA AIRE		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

LOS TRES EYECTORES QUEDAN FUNCIONANDO

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

HERRAMIENTA DE MANO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC. 91233189 Bga

Virgilio Lázaro López
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 91425306

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN RED DE GASES MEDICINALES OXIGENO Y AIRE. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025

FUSO INGENIERIA S.A.S

UBICACIÓN	OXIGENO			VACIO			OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
ESE HUS	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA		
CENTRAL DE GASES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PRIMER PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEGUNDO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TERCER PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CUARTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
QUINTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEXTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEPTIMO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OCTAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NOVENO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DECIMO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ONCEAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DOCEAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
URG-NUEVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ONCOLOGIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES:MAYO/2025						MFUSO INGENIERIA S.A.S
	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
CENTRAL URGENCIAS NUEVA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA ERA PRIMER PISO	4					
TRIAGE ADULTOS PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO 4 PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES 1 PRIMER PISO	1					
SALA REANIMACION 1-2-3-4	4		4			
CONSULTA Y PROCE.GINECOOBSTRETICIA	3					
SALA REANIMACION PEDIATRICA	1		1			
TRAUMA URG-P 11-12-13	2		2			
SALA YESOS URGP-15	1					
OBSERVACION PEDIATRICA URGP 01-06	**6**		**6**			
OBS. PEDIATRIA SALA ERA	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO 1	1					
CONSULTOIO PEDIATRICO 2	1					
FASE 2 -C4-C8	62		62			
PANALES URG A H-M-N 01-37	37		14 PANEL	1ERE PISO		
PANEL SALA PROCEDIMIENTO PEDIATRICA	1		32 PANEL	2DO PISO		
PANEL SALA REHIDRATACION	2					
PANEL AREA POLICIA	6					
fase 3	23		23			
presion manometro oxigeno	60					
presion manometro aire	62					
presion vacio	2.5					
falla tomas medicinales						
	Se retiran 2 ejectores para cuidados, tomas funcionando correctamente.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: MAYO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PRIMER PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
BIOMEDICOS	2		3			
UCI INTERMEDIA	27		27			
TOMAS TOTAL	29		30			
PRESION TOMA OXIGENO	60					
PRESION TOMA AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales, Se Realiza Revisión de toma Oxigeno con fuga.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES : MAYO/2025						FUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
C9-URG.PEDIATRICA ANTIGUA						
SALA 1	2		1		RETIRADA	
REANIMACION	5		5		RETIRADA	
SALA2	2		3		RETIRADA	
CONSULTORIOS	2		2		RETIRADA	
C10-TRIAJE	3		3		RETIRADA	
C-11	5		5		RETIRADA	
HEMOCENTRO						
FLEBOTOMIA	3					
SALA DONANTES	4					
SALA HEMOTERAPIA	4					
TOMAS TOTALES	11		0			
PRESION MANOMETRO OXIGENO						
PRESION MANOMETRO AIRE						
FALLAS TOMAS MEDICINALES						

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES: MAYO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO-IMAGENOLOGIA	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
SALA DE RAYOS X-IMAGENOLOGIA		1		1		
SALA 2-RAYOS X	2		1			
SALA 3-RAYOS X	1		1			
RECUPERACION ANGIOGRAFO	3		3			
SALA ANGIOGRAFO		1		1		
RESONADOR		1		1		
TOMOGRAFO 2	1		1			
TOMOGRAFO 1	1		2			
ECOGRAFO 4	1					
MAMOGRAFO	2					
ECOGRAFO 3	1					
ECOGRAFO 2	1					
ECOGRAFO 1	1					
SALA PASILLO ESTACION	3					
SALA ANGOGRAFO 2	2		2			
TOMA TOTAL	**19**	**3**	**10**	**3**		
PRESION MANOMETRO OXIGENO	60					
PRESIONMANOMETRO AIRES	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales de funcionamiento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. -- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: MAYO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
UCI ADULTOS PISO 3	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
UCI CUBICULOS 18	36		36		19	Sindy
CUBICULO MONITORES	2		2		2	
TOMAS TOTALES	38		38		21	
PRESION MANOMETROS RED DE OXIGENO	12					
PRESION MANOMETROS RED DE AIRE	8					
PRESION VACIO	2.6					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de Tomas Gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO /2025

UBICACIÓN	CIELITICA		CIELITICA		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCI-NEO/RECIEN NACIDOS-P:4	PARED	OXIGENO	AIRE	VACIO		
UCI-NEO		44	44	44		
RECIEN NACIDOS		48	48	48		
COLUMNAS CIELITICAS		46	46	46		
TOMAS TOTALES		92	92	92		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION RED VACIO	2.5 mb					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025						IMFUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		VACIO	FIRMA VISITA
UCIS CUARTO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS PISO 4	48		48		48	Angela A
TOTAL TOMAS	48		48		48	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	2.5 kg					
OBSERVACION FALLAS DE TOMAS	Tomas de gases medicinales fun					
	cionando bien.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO QUEMADOS	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 5	2	1	4	1		
SALA 6	2	1	4			
ZONA AMARILLA	1		2			
CUARTO AISLAMIENTO	1		1			
CAFETERIA	1		1			
SALA HOMBRES	4		4			
SALA MUJERES	4		4			
SALA PEDIATRIA	4		4			
CURACIONES	2		2			
SALA RESIDENTES	2		2			
TOMAS TOTALES	**23**		**28**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Faltan elementos para arreglo de 2 Tomas de aire agga					
	El resto de Tomas Oxigeno y aire funcionando bien.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025						IMFUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO PARTOS Y U.M.F.	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 7	2		4			
SALA 8	3		3			
SALA NEONATAL	2		4			
SALA DE VACUNA	1		2			
SALA TRABAJOS PARTOS	2		4			
SALA RECUPERACION	4		4			
AREA CONTROL	5		5			
AREA AMARILLA	2		2			
SALA ALTO RIESGO	6		6			
CONSULTORIOS	5		5			
UNIDAD MATERNO FETAL						
CONSULTORIOS	2		2			
ECOGRAFIAS	2		2			
TOMAS TOTALES	**36**		**43**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Faltan Elementos para toma agga					

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-RELACION DE TOMAS DE GASES MEDICINALES -MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MES : MAYO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUIROFANOS PISO 6	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 1	2	1	2	1		
SALA 2	2	1	2	1		
SALA 3	2	1	2	1		
SALA 4	2	1	2	1		
CENTRO CIRUGIA	1		1			
SALA RECUPERACION	12		12			
AREA VERDE	1		1			
ESTERILIZACION	2		2			
SUBFARMACIA	1		1			
TOMAS TOTALES	**25**	**4**	**25**	**4**		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS EN TOMAS	Se Retiran para Revision 3 eyectores Area Quirofanos. Tomas Gases medicinales funcionan bien					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEXTO PISO HEMATOLOGIA	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
MEDH 01-02	2		2			
MEDH 03-04	2		2			
MEDH 05-06	2		2			
MEDH 07-08	2		2			
MEDH 09	1		1			
MEDH 10	1		1			
MEDH 11	1		1			
MEDH REANIMACION	1		1			
MEDICINA INTERNA PISO:6						
MEDI 01-02	2		2			
MEDI 03-04	2		2			
MEDI 05-06	2		2			
MEDI 07-08	2		2			
MEDI 09-10	2		2			
MEDI 11-12	2		2			
TOMAS TOTALES	**24**		**24**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	66					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION MANOMETRO RED VACIO	2,5					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento de Fomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO /2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEPTIMO PISO-MEDICINA INTERNA	PARED	CIALITICA	PARED	VACIO		
AISLADO S 1	1		1			
AISLADO 2 AREA DERECHA	1		1			
MEDI 1	2		2			
MEDI 2	4		4			
MEDI 3	4		4			
MEDI 51 AL 52	2		2			
MEDI 50	2		2			
MEDI 49	2		2			
MEDI 47 AL 48	2		2			
PROCEDIMIENTO	1		1			
MEDI 43 AL 46	4		4			
MEDI 41 AL 42	2		2			
MEDI 37 AL 40	4		4			
COSTADO OCCIDENTE	AGGA					
MEDI 32 AL 36 - 13	4		4			
MEDI 27 AL 31 - 14	5		5			
MEDI 22 AL 26 -15	5		5			
MEDI 21 - 16	2		2			
MEDI 20 - 17	2		2			
MEDI 15 AL 19 -18	5		5			
MEDI 14 - 19 - Aislado	1		1			
MEDI 13 - 20 Aislado	1		1			
TOMAS TOTALES	56		25	31		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	61					
PRESION VACUOMETRO RED DE VACIO	2.7					
FALLAS EN TOMA	Tomas gases medicinales en Condiciones normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO OCTAVO	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
CIRUGIA GENERAL						
CIRU -46-47	4		4			
CIRU -48	2		2			
CIRU -49	2		2			
CIRU 42-45	2		2			
CIRU -50	2		2			
CIRU -38-41	2		2			
CIRU-34-37	2		2			
CIRU-30-33	1		1			
CIRU-26-29	1		1			
CIRU-23-25	1		1			
CIRU-19-22	4		4			
CIRUGIA GENERAL						
CIRU-15-18	4		4			
CIRU-13-14	4		4			
CIRU-11-12	4		4			
CIRU-09-10	2		2			
CIRU-07-08	2		2			
CIRU-05-06	2		2			
CIRU-04	2		2			
CIRU-03	2		2			
CIRU-02	2		2			
CIRU-01						
TOMAS TOTALES	**47**		**47**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE VACIO	2,5					
FALLAS EN TOMAS	Tomas funcionando Correctamente					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025						MFUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCIS PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS						
QUINCE CUBICULOS 1 AL 15	30		30			
UCI PEDIATRICA						
OCHO CUBICULOS	16		16			
UCI NEONATAL	4		4			
TOMAS TOTALES	**50**		**50**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	50					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
Vacio	2.5					
FALLAS TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento Tomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: MAYO/2025

	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO NUEVE	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
CARDIOLOGIA	3		1			Yeyen N
SALA PROCEDIMIENTOS	1		1			Yeyen A
FUNCION PULMONAR	1		1			Yeyen A
NEUROLOGIA-ELECTROENCEFALOGRAFIA	1		1			Yeyen A.
NEUMOLOGIA	3		3			Yeyen A.
TOTALES TOMAS	**9**		**7**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Tomas gases medicinales funcionan					
	lo Correctamente.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025

IMFUSO INGENIERÍA S.A.S

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
PISO DIEZ	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
HOSPITALIZACION PEDIATRIA						
L-08	1		1			
PEDM-09 AISLADO	1		1			
PEDM-10 AISLADO	1		1			
L01-L04	4		4			
L05-L07	4		4			
PEDM-03-08	4		4			
PEDQ 01-04 Y PEDM 01-02	4		4			
PEDL 01-06	4		4			
ENTREGA DE BIBERONES			1			
AREA RECIEN NACIDOS						
UNEO-01-UNEO-30	30		11		30	ESTA UCI NEO P:4
TOTAL TOMAS	53		35		30	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento Tomas Gases medicinales					
	Se retiran 2 flujometros y leyeron					
	Para revision					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MAYO/2025						FUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO ONCE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CIRU-85-86	2		2			
CIRU-82-84	3		3			
CIRU-78-81	4		4			
CIRU-75-77	3		3			
CIRU-73-74	2		2			
CIRU-70-72	3		3			
CIRU-68-69	2		2			
CIRU-65-67	3		3			
CIRU-63-64	2		2			
CIRU-59-62	4		4			
CIRU-55-58	4		4			
CIRU-52	1		1			
CIRU-53-54	2		2			
GASTROENTEROLOGIA	2		2			
GINECOBSTRETICA						
GINE 17-21	7		7			
GINE 22-24	4		4			
GINE 25-26	**2**		**2**			
SALA PROCEDIMIENTOS	1		11			
GINE 06-16	10		10			
GINE 04-05	2		2			
GINE 02-03	2		2			
GINE 01	1		1			
PRESION VACIO						
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMA	Tomas de gases medicinales funcionando bien					

Laura Valentina Arteaga

Ana Beatriz Bolaño C.