Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50595**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Horno (Ind)	Serie 07-29556	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 8403/IMOP-05	Código ECRI	Ubicación OrtesisyProtesis
Marca Otto Bock	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo FD-240		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69667	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Martes 20, Mayo 2025	10:29 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	TRIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISAR CLAVIJA Y TOMA DE PARED	**realizado**	Ninguna
REVISAR AJUSTE DE PUERTA	**revisado condiciones normales**	Ninguna
REVISAR INDICADOR DE TEMPERATURA	**prueba de funcionamiento con el operador del equipo**	Ninguna
VERIFICAR COMPUERTA DE DESFOGUE	**realizado**	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**funcionamiento correcto**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 126.2 v

consumo: 8.3 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico marlon hernandez	2025-05-20 10:29:58	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-21 11:24:15	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-21 11:24:19	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025