Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50604**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Extractor De Residuos (Ind)	Serie 24333333495	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 8411/IMOP-16	Código ECRI	Ubicación OrtesisyProtesis
Marca Otto Bock	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo MOBIL POWER		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69672	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Martes 20, Mayo 2025	11:39 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISAR DUCTO DE MANGUERA , AJUSTAR ABRAZADERA	**realizado**	Ninguna
REVISAR BORNERA DEL MOTOR	**realizado ajuste tornillos**	Ninguna
LIMPIAR FILTRO, SOPLAR CON AIRE SI ES NECESARIO	**realizado**	Ninguna
SACAR POLVO DE TOLVA Y LIMPIAR	**realizado**	Ninguna
REVISAR SISTEMA ELECTRICO GUARDAMOTOR	**realizado**	Ninguna
REVISAR RODAMIENTOS DEL MOTOR	**realizado**	Ninguna
AJUSTAR ESTRUCTURA GENERAL	**realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 223.8 v

consumo: 6.1 a

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-05-20 11:39:30	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-21 11:22:41	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-21 11:22:50	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025