Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50739**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Cocina Eléctrica (Industrial)	Serie	Servicio Laboratorio Clínico
Código-Placa IMCOC-03/21623	Código ECRI Riesgo	Ubicación LaboratorioClínico
Marca Haceb	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
74992	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Lunes 26, Mayo 2025	13:17 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MODO FALLA	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificación de voltaje de alimentación	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de resistencia	**Realizado**	condiciones de deterioro de elementos tanto resistencia ,termostatos y botones,mal manejo
Limpieza general	**Realizadi**	Ninguna
Revisión estado de perillas	**Buen Estado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 126.6 v

consumo: 3.3 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: jesus soto	2025-05-26 13:17:33	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-27 17:38:50	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-27 17:38:55	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025