Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50761**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Cocina Eléctrica	Serie:	Servicio: UCI Neonatal
Código-Placa: IMCOC-01/36377	Código ECRI:	Ubicación: Lactario
Marca: Haceb	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo:	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
74990	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Martes 27, Mayo 2025	8:53 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MODO FALLA	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificación de voltaje de alimentación	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de resistencia	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizadi**	Ninguna
Revisión estado de perillas	**Buen Estado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 126 v

consumo: 3.7 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-05-27 08:53:58	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-27 17:38:14	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-27 17:38:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025