Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50495**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Autoclave (Ind)	Serie 071210003-002	Servicio Patología
Código-Placa IMAUT-0101/24940	Código ECRI	Ubicación Patología
Marca Sturdy	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo SA-232-B-A100		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69629	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Jueves 15, Mayo 2025	15:28 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento Preventivo	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (escribir lectura)	**Realizado**	Ninguna
VERIFICAR NIVEL DE AGUA Y TEMPERATURA DE AGUA	**Realizado**	Ninguna
VERIFICAR PRESIÓN DEL CALDERIN	**Realizado**	Ninguna
Realizar pruebas de disparo de la válvula de seguridad.	**Realizado**	Ninguna
Limpiar filtros y trampas.	**Realizado**	Ninguna
Hacer pruebas a los procesos para certificar funcionamiento.	**Realizado**	Ninguna
Limpiar y ajustar tableros y controles eléctricos.	**Realizado**	Ninguna
Calibrar controles y temperaturas en los procesos de esterilización.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de bomba de agua.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de electroválvulas.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de elemento resistencia térmica	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 124.5 v

consumo: 14 amp

equipo funcionando bien

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-05-15 15:28:56	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-21 11:20:21	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-21 11:20:27	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025