Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50120**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Nevera (Industrial)	Serie BE03L 7E0N0 0QKJKB K0003	Servicio Laboratorio Clínico
Código-Placa 33489/IMN-100	Código ECRI	Ubicación PASILLO DE NEVERAS
	Riesgo	
Marca HAIER	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo HYC-940		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
68927	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Lunes 5, Mayo 2025	14:19 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento Preventivo	Respuesta	Observaciones
Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo	**Realizado**	Ninguna
Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta	**Realizado**	Ninguna
Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar	**Realizado**	Ninguna
Realice limpieza del equipo interior y exterior	**Realizado**	Ninguna
Revisión de fuga de gas refrigerante	**Realizado**	Ninguna
Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica	**Realizado**	Ninguna
Realice limpieza de la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Realice la limpieza de la unidad compresora	**Realizado**	Ninguna
Realice la limpieza de la unidad enfriadora	**Realizado**	Ninguna
Revisar estado de las instalaciones eléctricas	**Revisado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 126.9 v

consumo: 3.596 amp

temperatura equipo: 5.6°c

temperatura tomada: 5.7 °c

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
termometro				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-05-05 14:19:43	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-05-09 08:46:41	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-05-09 08:46:50	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025