Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **51876**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Maquina Excavadora (Ind)	Serie 708001001	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 8410/IMOP-04	Código ECRI	Ubicación OrtesisyProtesis
	Riesgo	
Marca Otto Bock	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 701F20		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77616	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Jueves 10, Julio 2025	11:22 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISAR SWICHE DE ENCENDIDO	**condiciones normales sistema electrico**	Ninguna
REVISAR VARIADOR DE VELOCIDAD	**funcionamiento correcto**	Ninguna
VERIFICAR AJUSTE GENERAL DE LA MAQUINA	**realizado**	Ninguna
VRIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE	**voltajes: L1: 219.9 V L2: 219.8 V L3: 220.0 V consumo por linea: 5.2 amp**	Ninguna
VERIFICAR SWICHE PEDAL	**realizado**	Ninguna
AJUSTAR ABRAZADERA DE MANGUERA	**realizado**	Ninguna
PRUEVA DE FUNCIONMIENTO	**condiciones normales de funcionamiento**	Ninguna
DESTAPAR TAPA DEL VARIADOR DE VELOCIDAD Y LIMPIAR	**realizado**	Ninguna
REVISAR AJUSTE DE EJE CONICO	**realizado**	Ninguna
REVISAR ACCESORIOS ACOPLES ROSCA	**realizado**	Ninguna
AJUSTAR EJE CONICO VERIFICAR AJUSTE	**realizado**	Ninguna
SI SE ENCUENTRAN PARTES AVERIADAS METALICAR, PINTAR Y ARREGLAR SI ES NECESARIO	**verificado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

condiciones normales de uso

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-07-10 11:22:28	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-14 11:50:44	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-14 11:53:10	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025