Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **51885**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Compresor (Ind)	Serie: N/T	Servicio: Órtesis y Prótesis
Código-Placa: 9910/IMOP-01	Código ECRI	Ubicación: OrtesisyProtesis
Marca: Surticompresor	Riesgo	Edicio: Edificio Principal
Modelo: N/T	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77618	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Jueves 10, Julio 2025	15:24 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
DRENAR TANQUE DE AGUA	**Realizado**	Ninguna
VERIFICAR PRESION MAXIMA Y PRESION MINIMA (escribir)	**Lecturas Tomadas**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO	**Verificado**	condiciones normales de funcionamiento
VERIFICAR NIVEL DE ACEITE CAMBIAR SI ES NECESARIO USAR 20W50 MOBIL O SHELL	**Verificado**	Ninguna
LIMPIAR FILTROS DE AIRE, CAMBIAR SI ES NECESARIO	**Limpieza Ok**	Ninguna
VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE (escribir lecturas)	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR CORREA, TENSIONAR SI ES NECESARIO	**Verificado**	Ninguna
REVISAR FUGAS DE AIRE Y ACEITE	**Optima**	Ninguna
REVISAR RUIDOS EN RODAMIENTOS	**Sin Ruido**	Ninguna
REVISAR ARRANCADOR CONTACTO Y TERMICO	**Revisado**	Ninguna
REVISION VOLTAJE TRIFASICO Y AMPERAJE	**Ok**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 220v

amperios. 3 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-07-10 15:24:47	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-14 10:54:38	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-14 10:57:47	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtek Todos los derechos reservados. ©2025