Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52179**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Licuadora Industrial	Serie:	Servicio: UCI Neonatal
Código-Placa: IMLIC-01/42565	Código ECRI:	Ubicación: Lactario
Marca: JTC	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo: JTC	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77428	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Miércoles 23, Julio 2025	10:25 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	TRIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificar voltaje de alimentación	**Realizado**	Ninguna
Verificar consumo del equipo	**Realizado**	Ninguna
Revisión de sellos mecánicos	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizado**	Ninguna
Verificar estado de botones de velocidad	**Buen Estado**	Ninguna
Funcionamiento	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 125.6 v

consumo: 2,2 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-07-23 10:25:32	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)

2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-24 10:48:14	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-24 11:00:53	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025