Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52239**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Autoclave (Ind) | Serie<br>071210003-002 | Servicio<br>Patología |
| Código-Placa<br>IMAUT-0101/24940 | Código ECRI | Ubicación<br>Patología |
| Marca<br>Sturdy | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>SA-232-B-A100 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69635 | Preventiva | Jueves 31, Julio 2025 | Viernes 25, Julio 2025 | 11:45 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| VERIFICAR VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (escribir lectura) | **Realizado** | Ninguna |
| VERIFICAR NIVEL DE AGUA Y TEMPERATURA DE AGUA | **Realizado** | Ninguna |
| VERIFICAR PRESIÓN DEL CALDERIN | **Realizado** | Ninguna |
| Realizar pruebas de disparo de la válvula de seguridad. | **Realizado** | Ninguna |
| Limpiar filtros y trampas. | **Realizado** | Ninguna |
| Hacer pruebas a los procesos para certificar funcionamiento. | **Realizado** | Ninguna |
| Limpiar y ajustar tableros y controles eléctricos. | **Realizado** | Ninguna |
| Calibrar controles y temperaturas en los procesos de esterilización. | **Realizado** | Ninguna |
| Verificar funcionamiento de bomba de agua. | **Realizado** | Ninguna |
| Verificar funcionamiento de electroválvulas. | **Realizado** | Ninguna |
| Verificar funcionamiento de elemento resistencia térmica | **Realizado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

voltaje: 212.6 v

consumo: 8.9 amp

condiciones normales de servicio ,la utilizan cada vez que necesita proceso

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| bio clean chemi clean 0.1 lts | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: edgar murillo | 2025-07-25 11:45:27 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-07-28 08:46:47 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-07-28 08:46:57 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandtek Todos los derechos reservados. ©2025