FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	07	Día:	8	Hora inicial:	1:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	07	Día:	8	Hora final:	2:00 pm

Marca: Gentec	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: UCI Pediatricas	Tipo de Equipo: Tomas Oxigeno y Aire		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ✓	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Solicita la Compra de tomas de Oxigeno y Aire medicinal (chemetron) para la UCI Pediatrica ya que se encuentran en mal estado

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Tomas en mal estado (Santo Oxigeno y Aire)

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

Se Solicita Cambio Urgente de los Tomas por Seguridad de los pacientes.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta de mano.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Oliver Merin
Nombre del técnico
CC.

Alba Rocio Martinez
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 37-545-250.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	04	Hora inicial:	1:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	04	Hora final:	2:00 pm

Marca: atc	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Sala Procedimiento Neumología	Tipo de Equipo: Fluoroscopio.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza Cambio de elemento a Fluoroscopio área de procedimientos Neumología piso: 9 Queda bien

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Conector chemetron	2	oring

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Jair Ernesto Sanchez
Nombre del técnico
CC.

Yeyeri Ardila Altre
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 37720474

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN RED DE GASES MEDICINALES OXIGENO Y AIRE. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO			VACIO			OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
ESE HUS	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA		
CENTRAL DE GASES	√	√	√	√	√	√		
PRIMER PISO	√	√	√	√	√	√		
SEGUNDO PISO	√	√	√	√	√	√		
TERCER PISO	√	√	√	√	√	√		
CUARTO PISO	√	√	√	√	√	√		
QUINTO PISO	√	√	√	√	√	√		
SEXTO PISO	√	√	√	√	√	√		
SEPTIMO PISO	√	√	√	√	√	√		
OCTAVO PISO	√	√	√	√	√	√		
NOVENO PISO	√	√	√	√	√	√		
DECIMO PISO	√	√	√	√	√	√		
ONCEAVO PISO	√	√	√	√	√	√		
DOCEAVO PISO	√	√	√	√	√	√		
URG-NUEVA	√	√	√	√	√	√		
ONCOLOGIA	√	√	√	√	√	√		

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: JULIO/2025

FUSO INGENIERIA S.A.S

CENTRAL URGENCIAS NUEVA	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA ERA PRIMER PISO	4					
TRIAGE ADULTOS PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO 4 PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES 1 PRIMER PISO	1					
SALA REANIMACION 1-2-3-4	4		4			
CONSULTA Y PROCE.GINECOOBSTRETICIA	3					
SALA REANIMACION PEDIATRICA	1		1			
TRAUMA URG-P 11-12-13	2		2			
SALA YESOS URGP-15	1					
OBSERVACION PEDIATRICA URGP 01-06	6		6			
OBS. PEDIATRIA SALA ERA	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO 1	1					
CONSULTOIO PEDIATRICO 2	1					
FASE 2 -C4-C8	62		62			
PANALES URG A H-M-N 01-37	37		14 PANEL	1ERE PISO		
PANEL SALA PROCEDIMIENTO PEDIATRICA	1		32 PANEL	2DO PISO		
PANEL SALA REHIDRATACION	2					
PANEL AREA POLICIA	6					
fase 3	23		23			
presion manometro oxigeno	60					
presion manometro aire	62					
presion vacio	26					
falla tomas medicinales						
	Condiciones Normales de funcionamiento.					



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PRIMER PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
BIOMEDICOS	2		3			
UCI INTERMEDIA	27		27			
TOMAS TOTAL	29		30			
PRESION TOMA OXIGENO	62					
PRESION TOMA AIRE	60					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Funcionamiento Correcto de las Tomas de gases.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES : JULIO/2025						FUSO INGENIERIAS S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
C9-URG.PEDIATRICA ANTIGUA						
SALA 1	2		1		RETIRADA	
REANIMACION	5		5		RETIRADA	
SALA2	2		3		RETIRADA	
CONSULTORIOS	2		2		RETIRADA	
C10-TRIAJE	3		3		RETIRADA	
C-11	5		5		RETIRADA	
HEMOCENTRO						
FLEBOTOMIA	3					
SALA DONANTES	4					
SALA HEMOTERAPIA	4					
TOMAS TOTALES	11		0			
PRESION MANOMETRO OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO AIRE	62					
FALLAS TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales de funciona					
	miento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO-IMAGENOLOGIA	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
SALA DE RAYOS X-IMAGENOLOGIA		1		1		
SALA 2-RAYOS X	2		1			
SALA 3-RAYOS X	1		1			
RECUPERACION ANGIOGRAFO	3		3			
SALA ANGIOGRAFO		1		1		
RESONADOR		1		1		
TOMOGRAFO 2	1		1			
TOMOGRAFO 1	1		2			
ECOGRAFO 4	1					
MAMOGRAFO	2					
ECOGRAFO 3	1					
ECOGRAFO 2	1					
ECOGRAFO 1	1					
SALA PASILLO ESTACION	3					
SALA ANGOGRAFO 2	2		2			
TOMA TOTAL	**19**	**3**	**10**	**3**		
PRESION MANOMETRO OXIGENO	60					
PRESIONMANOMETRO AIRES	64					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. -- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
UCI ADULTOS PISO 3	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
UCI CUBICULOS 18	36		36		19	
CUBICULO MONITORES	2		2		2	
TOMAS TOTALES	38		38		21	
PRESION MANOMETROS RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETROS RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	26					
FALLAS EN TOMAS	Tomas Gases medicinales funcionando bien.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO /2025

UBICACIÓN	CIELITICA		CIELITICA		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCI-NEO/RECIEN NACIDOS-P:4	PARED	OXIGENO	AIRE	VACIO		
UCI-NEO		44	44	44		
RECIEN NACIDOS		48	48	48		
COLUMNAS CIELITICAS		46	46	46		
TOMAS TOTALES		92	92	92		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION RED VACIO	26					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025						FUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE		VACIO	FIRMA VISITA
UCIS CUARTO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS PISO 4	48		48		48	Stella Tapia
TOTAL TOMAS	48		48		48	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	26					
OBSERVACION FALLAS DE TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento de Tomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO QUEMADOS	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 5	2	1	4	1		
SALA 6	2	1	4			
ZONA AMARILLA	1		2			
CUARTO AISLAMIENTO	1		1			
CAFETERIA	1		1			
SALA HOMBRES	4		4			
SALA MUJERES	4		4			
SALA PEDIATRIA	4		4			
CURACIONES	2		2			
SALA RESIDENTES	2		2			
TOMAS TOTALES	23		28			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Tomas agua de aire y Oxigeno funcionando bien.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025

IMFUSO INGENIERIA S.A.S

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO PARTOS Y U.M.F.	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 7	2		4			
SALA 8	3		3			
SALA NEONATAL	2		4			
SALA DE VACUNA	1		2			
SALA TRABAJOS PARTOS	2		4			
SALA RECUPERACION	4		4			
AREA CONTROL	5		5			
AREA AMARILLA	2		2			
SALA ALTO RIESGO	6		6			
CONSULTORIOS	5		5			
UNIDAD MATERNO FETAL						
CONSULTORIOS	2		2			
ECOGRAFIAS	2		2			
TOMAS TOTALES	**36**		**43**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Se retira ayudo para revision					

Camila Ramirez

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-RELACION DE TOMAS DE GASES MEDICINALES -MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MES : JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUIROFANOS PISO 6	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 1	2	1	2	1		
SALA 2	2	1	2	1		
SALA 3	2	1	2	1		
SALA 4	2	1	2	1		
CENTRO CIRUGIA	1		1			
SALA RECUPERACION	12		12			
AREA VERDE	1		1			
ESTERILIZACION	2		2			
SUBFARMACIA	1		1			
TOMAS TOTALES	**25**	**4**	**25**	**4**		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Se Retira aspector Area de recupera					
	cion para revision.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEXTO PISO HEMATOLOGIA	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
MEDH 01-02 06/13	2		2			
MEDH 03-04 06/12	2		2			
MEDH 05-06 06/11	2		2			
MEDH 07-08 06/10	2		2			
MEDH 09 06/09	1		1			
MEDH 10 06/08	1		1			
MEDH 11 ~ 06/07	1		1			
MEDH REANIMACION	1		1			
MEDICINA INTERNA PISO:6						
MEDI 01-02 06/06	2		2			
MEDI 03-04 06/05	2		2			
MEDI 05-06 06/04	2		2			
MEDI 07-08 06/03	2		2			
MEDI 09-10 06/02	2		2			
MEDI 11-12 06/01	2		2			
TOMAS TOTALES	**24**		**24**			
06/14 706/15						
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	2.7					
PRESION MANOMETRO RED VACIO	2.7					
FALLAS EN TOMAS	Se retira flujometro para revision					
	Tomas funcionando bien					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO /2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEPTIMO PISO-MEDICINA INTERNA	PARED	CIALITICA	PARED	VACIO		
AISLADO S 1 07/13	1		1			
AISLADO 2 AREA DERECHA 07/12	1		1			
MEDI 1 07/11	2		2			
MEDI 2 07/10	4		4			
MEDI 3 07/09	4		4			
MEDI 51 AL 52 07/08	4		4			
MEDI 50 07/07	2		2			
MEDI 49 07/06	2		2			
MEDI 47 AL 48 07/05	2		2			
PROCEDIMIENTO 07/04	1		1			
MEDI 43 AL 46 07/03	4		4			
MEDI 41 AL 42 07/02	2		2			
MEDI 37 AL 40 34 al 37-07/01	4		4			
COSTADO OCCIDENTE	AGGA					
MEDI 32 AL 36 - 07/13	4		4			
MEDI 27 AL 31 - 07/14	5		5			
MEDI 22 AL 26 - 07/15	5		5			
MEDI 21 - 07/16	2		2			
MEDI 20 - 07/17	2		2			
MEDI 15 AL 19 - 07/18	5		5			
MEDI 14 - 07/20	1		1			
MEDI 13 - 07/19	1		1			
TOMAS TOTALES	56		25	31		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	61					
PRESION VACUOMETRO RED DE VACIO	60 -	2.4				
FALLAS EN TOMA	Funcionamiento correcto de Tomas gases medicinales					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO OCTAVO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CIRUGIA GENERAL						
CIRU -46-47 CIRU08/21	4		4			
CIRU -48 CIRU08/20	2		2			
CIRU -49 CIRU08/21	2		2			
CIRU 42-45 CIRU08/29	2		2			
CIRU -50 CIRU-08/06	2		2			
CIRU -38-41 CIRU-08/05	2		2			
CIRU-34-37 - CIRU 08/04	2		2			
CIRU-30-33 - CIRU 08/03	1		1			
CIRU-26-29 - CIRU 08/02	1		1			
CIRU-23-25 - CIRU 08/01	1		1			
CIRU-19-22 - CIRU 08/11	4		4			
CIRUGIA GENERAL						
CIRU-15-18 CIRU08/10	4		4			
CIRU-13-14 CIRU08/09	4		4			
CIRU-11-12 CIRU08/08	4		4			
CIRU-09-10 - CIRU08/07	2		2			
CIRU-07-08 - CIRU08/06	2		2			
CIRU-05-06 - CIRU08/05	2		2			
CIRU-04 - CIRU08/04	2		2			
CIRU-03 - CIRU08/03	2		2			
CIRU-02 CIRU 08/02	2		2			
CIRU-01 - CIRU 08/01	1		1			
TOMAS TOTALES	47		47			
CIRU 08/04 - 21						
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE VACIO	2.1					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento Tomas gases medicinales					

Katerine Apollo

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025						MFUSO INGENIERIAS S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCIS PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS						
QUINCE CUBICULOS 1 AL 15	30		30			Stella Tapias
UCI PEDIATRICA						Angelsrael
OCHO CUBICULOS	16		16			
UCI NEONATAL	4		4			Angeles
TOMAS TOTALES	50		50			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS TOMAS	Arreglo de ejectores y flujometro en uci pediatrica.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: JULIO/2025						MFUSO INGENIERIAS S.A.S
	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CARDIOLOGIA	3		1			Yeyei A.
SALA PROCEDIMIENTOS	1		1			Yeyei Andr
FUNCION PULMONAR	1		1			Elizabeth M
NEUROLOGIA-ELECTROENCEFALOGRAFIA	2		2			Elizabeth M
NEUMOLOGIA	3		3			Elizabeth M
TOTALES TOMAS	9		7			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	solicitan Un flujometros Neumologia					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
PISO DIEZ	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
HOSPITALIZACION PEDIATRIA						
L-08	1		1		10/01	
PEDM-09 AISLADO	1		1		10/02	
PEDM-10 AISLADO	1		1		10/03	
L01-L04	4		4		10/06	
L05-L07	4		4		10/07	
PEDM-03-08	4		4		10/08	
PEDQ 01-04 Y PEDM 01-02 - lactantes	4		4		10/09	
PEDL 01-06	4		4		10/10	
ENTREGA DE BIBERONES	4		4		10/05	
AREA RECIEN NACIDOS						
UNEO-01-UNEO-30	30		11		30	SIN SERVICIO
Pedm-07-04	4		4		10/04	
sala procedimiento	1		1			
TOTAL TOMAS	53		35		30	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO						
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE						
FALLAS TOMAS	Se retiran 2 eyectores y clynometro					
	para revision.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: JULIO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO ONCE Piso/Hab	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CIRU-85-86 - CIRU-84/85-11/20	2		2			
CIRU-82-84 - CIRU-81/83-11/19	3		3			
CIRU-78-81 - CIRU 77/80 - 11/18	4		4			
CIRU-75-77 - CIRU 74/76 - 11/17	3		3			
CIRU-73-74 - CIRU 72/73 - 11/16	2		2			
CIRU-70-72 - CIRU 69/71 - 11/15	3		3			
CIRU-68-69 - CIRU 67/68 - 11/14	2		2			
CIRU-65-67 - CIRU 64/66 - 11/13	3		3			
CIRU-63-64 - CIRU 62/63 - 11/12	2		2			
CIRU-59-62 - CIRU 58/61 - 11/11	4		4			
CIRU-55-58 - CIRU 54/57 - 11/10	4		4			
CIRU-52 - 53 - 11/09	2		2			
CIRU-53-54 - CIRU 51 - 11/08	2		2			
GASTROENTEROLOGIA	2		2			
GINECOBSTRETICA	OXIGENO		AIRE			
GINE 17-21 - 11/05	7		7			
GINE 22-24 - 11/06	4		4			
GINE 25-26 - 11/07	**2**		**2**			
SALA PROCEDIMIENTOS	1		11			
GINE 06-16 - 11/04	10		10			
GINE 04-05 - 11/03	2		2			
GINE 02-03 - 11/02	2		2			
GINE 01 - 11/01	1		1			
PRESION VACIO	26					
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento					
	Tomas gases medicinales.					

Paula Daniela Pabon Delgado

Cristian Corredor