Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53066**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo: Licuadora Industrial | Serie: | Servicio: UCI Neonatal |
| Código-Placa: IMLIC-01/42565 | Código ECRI: | Ubicación: Lactario |
| Marca: JTC | Riesgo: | Edicio: Edificio Principal |
| Modelo: JTC | Clasificación Biomédica: | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 77892 | Preventiva | Domingo 31, Agosto 2025 | Lunes 25, Agosto 2025 | 15:35 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | TRIMESTRAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Mantenimiento preventivo | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Verificar voltaje de alimentación | **Realizado** | Ninguna |
| Verificar consumo del equipo | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión de sellos mecánicos | **Realizado** | Ninguna |
| Limpieza general | **Realizado** | Ninguna |
| Verificar estado de botones de velocidad | **Buen Estado** | Ninguna |
| Funcionamiento | **Realizado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

volteje: 122.4 v

amperios: 3.3 amp

licuadora funcionando bien

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| bio clean chemi clean 0.1 lts | | | | |
| dw-40 | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez | 2025-08-25 15:35:38 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-08-27 14:56:55 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-08-27 14:57:01 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025