Audi Medical S.A.S.	**REPORTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS**	**Proceso** INGENIERÍA **Versión** 2.0 **REPORTE TÉCNICO Nº** RTM-00013_26

1. GENERALIDADES			
FECHA DE RECEPCIÒN	18/02/2026		
FECHA SERVICIO	18/02/2026	**FECHA DE SALIDA**	18/02/2026
2. INFORMACION DEL CLIENTE			
CLIENTE	REYVELT MEDICINA ESPECIALIZADA SAS NIT: 900.868.701-5		
DIRECCION DEL CLIENTE	CL 85 A 22 32 BOGOTÁ D.C.		
3. INFORMACION DEL EQUIPO BIOMEDICO			
EQUIPO	AUDIOMETRO	**MARCA**	AMPLIVOX
MODELO	240	**NÚMERO DE SERIE**	35429
ACCESORIOS	DIADEMA DE VÍA AÉREA	ADAPTADOR DE PODER	
	DIADEMA DE VÍA ÓSEA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

4. TIPO DE MANTENIMIENTO							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			
CALIBRACIÓN		**REVISIÓN**	**X**	**REPARACIÓN**		**ESTUDIO DE RUIDO**	

5. ESTADO DE RECEPCIÓN

Se recibe audiómetro para Mantenimiento Preventivo. Pulsador de – dB y +Hz fallando.

6. VERIFICACIÓN/ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza ingreso e inspección física y de funcionamiento del equipo. Revisión de tarjeta electrónica. Verificación de display Se realiza verificación de diadema de vía aérea y de vía ósea. Verificación de impedancia de transductores. Verificación de pulsadores y jacks de conexión. Se realiza cambio de Pulsador de – dB y +Hz fallando. Prueba de funcionamiento. Limpieza y rotulado.

7. DIAGNOSTICO FINAL

Audiómetro en Funcionamiento.

8. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda revisión periódica de rutina de acuerdo con cronograma de mantenimiento de la institución.

- Verificar periódicamente el nivel de tensión o voltaje suministrado por la red eléctrica
- Operar el equipo conectado a un sistema de alimentación interrumpido y regulado electrónicamente (ups)
- Verificar periódicamente el funcionamiento del equipo en términos de calibración y modalidades de operación.
- Mantener actualizada la hoja de vida del equipo biomédico
- El mantenimiento preventivo de equipos biomédicos debe realizarse periódicamente, cada tres (3) o seis (6) meses. La adecuada y cuidadosa manipulación del equipo, permite un correcto funcionamiento de este.

RECUERDE: la seguridad y confiabilidad del funcionamiento de su equipo, demuestra su profesionalismo

Alejandra Barahona García Ingeniería Biomédica 091030-0645960 CND RH-202211-01543	
ING.ALEJANDRA BARAHONA Proceso de Ingeniería	**RESPONSABLE DEL EQUIPO Y/O PROPIETARIO**

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de AUDIOMEDICAL SAS. Está prohibido usar esta información para propósitos diferentes. Esto es privado y en consecuencia confidencial y solamente para la persona o entidad a la que va dirigido. No debe revelar, copiar, distribuir o usar su contenido a personas externas o ajenas al contenido. Sin el consentimiento previo de su emisor, so pena de aplicar lo estipulado en la ley 1273 de 2009.