ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Objeto determinado:**

   "SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182 DE CACOM-2."

2. **Plazo de duración del acuerdo y de ejecución de las obligaciones:**

   A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.

3. **Lugar donde se prestan los servicios o se proveen las tecnologías en salud:**

   Instalaciones propias del contratista ubicadas en la ciudad de Villavicencio – Meta.

4. **Relación de los servicios de salud habilitados sujetos a contratación:**

   EL oferente deberá garantizar la adaptación y suministro de los siguientes audífonos de acuerdo a recomendación y autorización del médico tratante:

TIPO DE AUDÍFONOS:

Descripción del Elemento
Retroauricular (BTE)
Retroauricular receptor en el canal (RIC)
Completamente en el canal (CIC)
Intraauricular (ITC): Canal media concha y full concha

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- Audífonos con circuito multicanal desde 12 canales y 12 bandas o tecnología libre de canales
- Audífonos que cubran todos los modelos y tamaños, BTE, adaptación abierta con y sin receptor en el canal con opción micro molde, CIC, ITC y concha (con todo tipo de batería)
- Retro auriculares con molde blandos y duros.
- Audífonos con cobertura de todo tipo de pérdidas hasta 135 db. (Súper Power)
- Audífonos con tecnología para manejo de tinitus
- Multiprogramas
- Tecnología digital actualizada (especificar año)
- Circuito de compresión WDRC, AGCO, EWRC
- Sistema micrófono adaptativo
- Mínimo ruido interno audible
- Reductor de ruido

- Realce de habla
- Control automático de feedback
- Programa automático para uso del teléfono
- Sistema para alerta de batería baja, cambio de programa y tele bobina
- Conexión inalámbrica
- Compatible con otras tecnologías
- Opción de control remoto
- Audiometría IN SITU
- Compatible con sistema FM
- Registro de datos
- Audífonos con condiciones o aditamentos de seguridad para usuarios pediátricos
- Repuesto del receptor
- Versatilidad en reajustes (ajuste permanente de compresión y ganancia)

 MY. LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL **Gerente del Proyecto**	 AT. CASTELLANOS RODRIGUEZ BRAYAN ALEXANDER **Comité Estructurador Técnico**