ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
12 Años

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

N° 20201555

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	860.020.194-6	MARCA	ACB PESATRONIK
UBICACIÓN	CHINAUTA - NUTRICIÓN	MODELO	NO REGISTRA
ACCESORIOS		SERIE	1011T21
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO: Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACION DE ESTADO


Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores	X		
Mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	17	12	2020
Próximo mantenimiento	17	06	2021



Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
12 Años
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20201555

Fecha de calibración 2020-12-17

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

DIRECCIÓN: CHINAUTA

CIUDAD: CHINAUTA

EQUIPO: BASCULA

MARCA: ACB PESATRONIK

MODELO: NO REGISTRA

NÚMERO DE SERIE: 1011T21

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 23.5

Humedad Relativa %: 67.4

MEDICIÓN REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
MASA 5Kg	M1	PESATRONIK	JB01	M200441	2020-09-25
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	M200442	2020-09-25
MASA 20Kg	M1	PRODUPESAS	001 – 002 -003	M200439	2020-09-25



Calle 46 No. 15-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
12 Años
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20201555

Fecha de calibración 2020-12-17

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
20	20.7	0.7	1,97	0,34
40	40.6	0.6	1,97	0,34
60	60.2	0.2	1.97	0,34
75	75.2	0.2	1,97	0,50

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.7	0.7	1,97	0,34
2	20	20.7	0.7		
3	20	20.7	0.7		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.7	0.7	1,97	0,34
2	20	20.7	0.7		
3	20	20.7	0.7		
4	20	20.7	0.7		
5.	20	20.7	0.7		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

HOGAR CASA NOSTRA

HOJA DE VIDA EQUIPOS- MANTENIMIENTO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL PANORAMICO	**MARCA:** INDUCOL
SERIE: 39 BL2 DICD	**MODELO:** VV 1104 BLICDLC
COLOR: LAMINA GALVANIZADA	**CÓDIGO INTERNO:** 00002
UBICACIÓN DEL EQUIPO (Sede, Bodega o Oficina Principal): CASA NOSTRA	**PROVEEDOR:** INDUSTRIAS COLOMBIA SAS INDUCOL
VIDA ÚTIL ESTIMADA:	**MESES DE GARANTÍA:**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACIÓN DEL EQUIPO	TIPO DE MANTENIMIENTO		FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO O CALIBRACIÓN	FIRMA DEL TÉCNICO O PERSONA QUE LO REALIZA
	PREVENTIVO	CORRECTIVO			
Mantenimiento eléctrico	X		07/07/2021	Mejora capacidad de congelamiento	

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

HOGAR CASA NOSTRA

HOJA DE VIDA EQUIPOS- MANTENIMIENTO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO: CONGELADOR DE 3 PUERTAS	**MARCA:** CONGELAR
SERIE: 772.6-09	**MODELO:** SL-03 B
COLOR: ACERO INOXIDABLE	**CÓDIGO INTERNO:** 00001
UBICACIÓN DEL EQUIPO (Sede, Bodega o Oficina Principal): CASA NOSTRA	**PROVEEDOR:** CONGELAR SERVICIOS.
VIDA ÚTIL ESTIMADA:	**MESES DE GARANTÍA:**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACIÓN DEL EQUIPO	TIPO DE MANTENIMIENTO		FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO O CALIBRACIÓN	FIRMA DEL TÉCNICO O PERSONA QUE LO REALIZA
	PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

HOGAR CASA NOSTRA

HOJA DE VIDA EQUIPOS- MANTENIMIENTO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO: CUARTO FRÍO REFORZADO EN ACERO INOXIBABLE	**MARCA:** INSULPANEL
SERIE: HGFV790P99	**MODELO:** 2015
COLOR: ACERO INOXIDABLE / REFRIGERACIÓN ECOLOGICA	**CÓDIGO INTERNO:** 00003
UBICACIÓN DEL EQUIPO (Sede, Bodega o Oficina Principal): CASA NOSTRA	**PROVEEDOR:** ORLANDO MESA LOPERA
VIDA ÚTIL ESTIMADA:	**MESES DE GARANTÍA:** 36

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACIÓN DEL EQUIPO	TIPO DE MANTENIMIENTO		FECHA DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO O CALIBRACIÓN	FIRMA DEL TÉCNICO O PERSONA QUE LO REALIZA
	PREVENTIVO	CORRECTIVO			

Scanned with CamScanner

SOLICITUD PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.

Daniela Stefani Alarcón Mejía <nutricioncn@tecnologicodelsur.edu.co> 10:32 (hace 0 minutos)
para Guillermo

Buen día Señor Guillermo, caluroso saludo, la presente es para solicitarle amablemente la calibración de equipos, ya que se encuentran desactualizados, ya cumplieron con la vigencia programada, adjunto con los que contamos actualmente en la institución.

--
Daren José Anaya Pallares
Nutricionista Dietista, MND 07556
Hogar Casa Nostra
¡Dios te bendiga en abundancia!

