ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 Años

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOMETRO DE NEVERA **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: NO REGISTRA **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: País:
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 05 **Día:** 18
Ubicación del equipo: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA **NIT:** 860 020 194-6
DIR: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____1.5V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** -50°C 70°C **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION				
Agua: NA	Gas: NA	Aire: NA	Vapor: NA	Electricidad: NA
Energía solar: NA	Derivados del petróleo: NA		Otros: NA	Baterías: X

Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	Básico: NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		Clasificación
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	Hidráulicos: NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	Diagnósticos: NA Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
14 Años

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

Nº 20210844

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	TERMOMETRO DE NEVERA
NIT ò CC	860 020 194-6	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	MODELO	NO REGISTRA
UBICACIÓN	COCINA	SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO: Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
14 años

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210844

Fecha de calibración 2021-05-18

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO NEVERA

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: NO REGISTRA

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.5

Humedad Relativa %: 55.4

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 2 – 8°C (3 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	CLT 412020-1, CLH 135820 	2020/10/02 2020/10/09

Calle 46 No. B-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210844

Fecha de calibración 2021-05-18

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.1	2.3	0.2	1.97	0.87
5.2	5.5	0.3	1.97	0.87
7.1	7.3	0.2	1.97	0.87

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá. D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 Años

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOMETRO DE NEVERA **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: NO REGISTRA **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: País:
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 05 **Día:** 18
Ubicación del equipo: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA **NIT:** 860 020 194-6
DIR: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: _____1.5V___ Voltaje min de operación: _____NA_____ Corriente máx. ___NA_____
Corriente min: ___NA___ Consumo máximo de potencia en watts: _____NA____
Frecuencia: _____ Hertz. Peso: __NA____ Capacidad: -50°C 70°C RPM: ____NA____
Presión: _____ Temperatura: ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION				
Agua: NA	Gas: NA	Aire: NA	Vapor: NA	Electricidad: NA
Energía solar: NA	Derivados del petróleo: NA		Otros: NA	Baterías: X

Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: NA Hidráulicos. NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: X	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA Electrónicos: X Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: NA Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

14 años

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

Nº 20210845

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	**EQUIPO**	TERMOMETRO DE NEVERA
NIT ò CC	860 020 194-6	**MARCA**	NO REGISTRA
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	**MODELO**	NO REGISTRA
UBICACIÓN	COCINA	**SERIE**	NO REGISTRA
FALLAS		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210845

Fecha de calibración 2021-05-18

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO NEVERA

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: NO REGISTRA

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.5

Humedad Relativa %: 56.4

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 2 – 8°C (3 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	CLT 412020-1, CLH 135820 	2020/10/02 2020/10/09

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210845

Fecha de calibración 2021-05-18

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DÈ LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.1	2.5	0.4	1.97	0.87
5.2	5.5	0.3	1.97	0.87
7.1	7.4	0.3	1.97	0.87

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOMETRO DE NEVERA **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: FRIDGE/FREEZER **Tipo:** PORTATIL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: País:
Fecha: Año: 2021 **Mes:** 05 **Día:** 18
Ubicación del equipo: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA **NIT**: 860 020 194-6
DIR: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

2. Datos técnicos

Voltaje **máx. de operación:** _____1.5V___ **Voltaje min de operación:** _____NA_____ **Corriente máx.** ___NA_____
Corriente min: ___NA___ **Consumo máximo de potencia en watts:** _____NA____
Frecuencia: _____ **Hertz. Peso:** __NA____ **Capacidad:** -50°C 70°C **RPM:** ____NA____
Presión: _____ **Temperatura:** ___NA ____

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar: _____

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** NA **Medio:** X **Avanzado:** NA
Tecnología		Clasificación
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	Hidráulicos: NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	Diagnósticos: NA Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: X	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
14 Años

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

Nº 20210852

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	TERMOMETRO DE NEVERA
NIT ò CC	860 020 194-6	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	MODELO	FRIDGE/FREEZER
UBICACIÓN	COCINA	SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO: Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos NIT. 80764129-0 TEL 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. B-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210852

Fecha de calibración 2021-05-18

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO NEVERA

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: FRIDGE/FREEZER

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.9

Humedad Relativa %: 53.6

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 2 – 8°C (3 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	CLT 412020-1, CLH 135820 	2020/10/02 2020/10/09

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80764129-0 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO

14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210852

Fecha de calibración 2021-05-18

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.6	2.5	0.1	1.97	0.87
5.5	5.3	0.2	1.97	0.87
7.4	7.2	0.2	1.97	0.87

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
14 Años

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

Nº 20210847

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	**EQUIPO**	TERMOMETRO DE NEVERA
NIT ò CC	860 020 194-6	**MARCA**	BRIXCO
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	**MODELO**	NO REGISTRA
UBICACIÓN	FARMACIA	**SERIE**	NO REGISTRA
FALLAS		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210847

Fecha de calibración 2021-05-18

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO NEVERA

MARCA: BRIXCO

MODELO: NO REGISTRA

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.9

Humedad Relativa %: 53.6

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 2 – 8°C (3 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	CLT 412020-1, CLH 135820 	2020/10/02 2020/10/09

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210847

Fecha de calibración 2021-05-18

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.1	2.4	0.3	1.97	0.87
5.3	5.5	0.2	1.97	0.87
7.8	8.1	0.3	1.97	0.87

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

14 Años

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

Nº 20210849

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	**EQUIPO**	TERMOMETRO DE NEVERA
NIT ò CC	860 020 194-6	**MARCA**	NO REGISTRA
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	**MODELO**	NO REGISTRA
UBICACIÓN	ENFERMERIA	**SERIE**	NO REGISTRA
FALLAS		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO
14 años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210849

Fecha de calibración 2021-05-18

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO NEVERA

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: NO REGISTRA

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 18.7

Humedad Relativa %: 54.2

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 2 – 8°C (3 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	CLT 412020-1, CLH 135820 	2020/10/02 2020/10/09

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80764129-0 · RÉGIMEN SIMPLIFICADO

14 Años

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20210849

Fecha de calibración 2021-05-18

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.9	2.7	0.2	1.97	0.87
5.7	5.5	0.2	1.97	0.87
7.7	7.4	0.3	1.97	0.87

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia