

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: NEVERA Marca: HACEB
 Modelo: HS-65L (N) Tipo: ELECTRICO SN: UCC128
 Fabricante: INDUSTRIAS HACEB S.A País:
 Fecha: Año: 2021 Mes: 05 Día: 18
 Ubicación del equipo: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA NIT: 860 020 194-6
 DIR: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: 110V Voltaje min de operación: NA Corriente máx. 1.3A
 Corriente min: NA Consumo máximo de potencia en watts: 83
 Frecuencia: Hertz. Peso: NA Capacidad: RPM: NA
 Presión: Temperatura: 18°C 38°C

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA Gas: NA Aire: NA Vapor: NA Electricidad: X
 Energía solar: NA Derivados del petróleo: NA Otros: NA Baterías: NA
 Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: X Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: NA	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		Clasificación
Eléctricos: X Electrónicos: NA Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: NA Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: NA	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-81

Tel: 232 0685

Cel: 301 436 7547

josebocachica@yahoo.es

Bogotá, D.C. - Colombia

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☐ correctivo ☒

Garantía ☐ otros ☐

N° 20210850

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	NEVERA
NIT ó CC	860 020 194-6	MARCA	HACEB
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	MODELO	HS-65L (N)
UBICACIÓN	ENFERMERIA	SERIE	UCC128
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja: ☐	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685
Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: NEVERA **Marca:** SANYO
Modelo: SR-171X **Tipo:** ELECTRICO **SN:** 950528972
Fabricante: SANYO **País:** MEXICO
Fecha: Año: 2021 Mes: 05 Día: 18
Ubicación del equipo: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA NIT: 860 020 194-6
DIR: DIAG 52 B SUR No. 26 – 80

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación: 110V **Voltaje min de operación:** NA **Corriente máx.** 1.1A
Corriente mín: NA **Consumo máximo de potencia en watts:**
Frecuencia: Hertz. **Peso:** NA **Capacidad:** RPM: NA
Presión: **Temperatura:**

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** X
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** NA
Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
					X						X		

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X Mantenimiento: X Catálogo de partes: NA Otros: X	Eléctricos: X Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Mecánicos: NA Electrónicos: NA	Básico: NA Medio: X Avanzado: NA
Tecnología		Clasificación
Eléctricos: X Electrónicos: NA Mecánicos: NA Electromecánicos: NA	Hidráulicos: NA Neumáticos: NA Vapor: NA Energía solar: NA	Diagnósticos: NA Tratamiento: NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	Bombillos: NA	Interruptores: NA	Brazaletes: NA	Traductores de presión:
Filtros: NA	Bases: NA	Jeringas triples: NA	Pasadores: NA	Integrados: NA
Microfiltros: NA	Turbinas: NA	Fibra óptica: NA	Papel: NA	Tambores: NA
Sensores: NA	Fusibles: NA	Shuts: NA	Ventanillas: NA	Equipo de infusión: NA
Electrodos: NA	Cambia fresas: NA	Tubos de lámpara: NA	Transistores: NA	

Calle 46 No. 13-81

Tel: 232 0685

Cel: 301 436 7547

jose Luis bocachica@yahoo.es

Bogotá, D.C. - Colombia

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☐ correctivo ☒

Garantía ☐ otros ☐

N° 20210851

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR – HOGAR CASA NOSTRA	EQUIPO	NEVERA
NIT ò CC	860 020 194-6	MARCA	SANYO
DIRECCION	DIAG 52 B SUR No. 26 – 80	MODELO	SR-171X
UBICACIÓN	FARMACIA	SERIE	950528972
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	
		Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	18	05	2021
Próximo mantenimiento	18	05	2022

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80764129-0
TEL: 2320685

Firma y sello técnico

Calle 46 No. 13-81
Tel: 232 0685
Cel: 301 436 7547
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá, D.C. - Colombia