Outlook

RE: Solicitud apoyo refrigerador

Desde Orlando Torres Fernandez <otorresf@ins.gov.co>
Fecha Mar 10/03/2026 15:36
Para Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>; Lina Patricia Navarro Carrasco <lnavarro@ins.gov.co>
CC Gladys Maritza Gutierrez Sierra <ggutierrez@ins.gov.co>; Mauren Liced Lopez Pineda <mlopezp@ins.gov.co>

Buenas tardes,

Muchas gracias por la atención, el equipo acaba de regresar reparado al laboratorio. Vamos a dejarlo en observación uno o dos días y lo volvemos a cargar.

Cordial saludo,

Salud | Instituto Nacional de Salud

ORLANDO TORRES FERNÁNDEZ MSc. PhD.
Coordinador Grupo de Morfología Celular
Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica
Dirección de Investigación en Salud Pública

PBX: (601) 2207700 **ext. 1262**
Avenida Calle 26 # 51-20 / Bogotá, Colombia

Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. *¡Úsalas bien!*

De: Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 15:06
Para: Lina Patricia Navarro Carrasco <lnavarro@ins.gov.co>
Cc: Orlando Torres Fernandez <otorresf@ins.gov.co>; Gladys Maritza Gutierrez Sierra <ggutierrez@ins.gov.co>; Mauren Liced Lopez Pineda <mlopezp@ins.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud apoyo refrigerador

Buenas tardes, Lina:

El equipo esta siendo intervenido por el taller, se ha comportado correctamente, ya se encuentra en fase de pruebas funcionales, tan pronto este conforme se hará la devolución al laboratorio

Cordialmente,

GLORIA CECILIA MALAVER PEÑA
Ingeniera Biomédica - Profesional Contratista
Grupo de Equipos de Laboratorio y producción - Secretaría General

PBX: (601) 2207700 ext. **1273**
Avenida Calle 26 # 51-20 / Bogotá, Colombia



De: Lina Patricia Navarro Carrasco <lnavarro@ins.gov.co>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 14:07
Para: Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>
Cc: Orlando Torres Fernandez <otorresf@ins.gov.co>; Gladys Maritza Gutierrez Sierra <ggutierrez@ins.gov.co>; Mauren Liced Lopez Pineda <mlopezp@ins.gov.co>
Asunto: Solicitud apoyo refrigerador

Estimada Gloria, buenas tardes:

Amablemente solicito tu apoyo, ya que el pasado viernes el equipo con inventario **28289 de Morfología** presentó un incremento de temperatura. Desde el Taller del GELP se avanzó en la revisión del equipo; sin embargo, conforme a la comunicación preliminar, se identificó que el compresor presenta fallas.

Por lo anterior, quisiera solicitar tu apoyo para determinar la viabilidad de proceder con la reparación del equipo, así como el tiempo estimado para llevar a cabo dicha intervención.

De antemano agradezco mucho tu colaboración al respecto.

Cordialmente,

LINA PATRICIA NAVARRO CARRASCO
Ingeniera Biomédica - Contratista
Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica

PBX: (601) 2207700
Avenida Calle 26 # 51 – 20 / Bogotá, Colombia



Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. ***¡Úsalas bien!***