Outlook

Novedad mantenimiento tape station

Desde Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>
Fecha Mar 10/03/2026 12:10
Para Paula Andrea Moreno Arboleda <pmoreno@ins.gov.co>
CC Flavio Enrique Garzon Romero <fgarzon@ins.gov.co>

2 archivos adjuntos (648 KB)
Reporte servicio Tape DEDAB02293_10_03_2026 (1).pdf; System Verification10_03_2026.pdf;

Buenas tardes Laura,

Del servicio realizado a la Tape station se evidencio que el equipo no tenia la fecha actualizada cuando se corrió el test, razón por la que se esta solicitando al proveedor pasar un test con la fecha real por trazabilidad del servicio, por lo anterior el día de mañana 11 de marzo se realizara el nuevo test en el transcurso del día, para corregir el reporte realizado.

Quedo atenta,

Cordialmente,

Salud | Instituto Nacional de Salud

GLORIA CECILIA MALAVER PEÑA
Ingeniera Biomédica - Profesional Contratista
Grupo de Equipos de Laboratorio y producción - Secretaría General

PBX: (601) 2207700 ext. **1273**
Avenida Calle 26 # 51-20 / Bogotá, Colombia

Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. *¡Úsalas bien!*