AAAA	MM	DD
2026	03	09
HORA INICIAL	1:40 pm	
HORA FINAL	3:35 pm	

PROCESO-AREA- GRUPO
Investigación en Salud Pública- Subdirección de investigación científica y tecnológica- Grupo de equipos de Laboratorio
ACTIVIDAD- TEMA
Revisión y actualización información equipos de Laboratorio

Incluya el número de filas que requiera

*DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD


Se actualización de la información de equipos de la DISP como se relación a continuación:

No. METROLÓGICO	No. INVENTARIO	ESTADO REAL DEL EQUIPO	OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
10805	10805	Inactivo	Se actualiza ubicación quedando ubicado en RNA. Equipo inactivo ya que no se está realizando el experimento.
10810	10810	Inactivo	Se actualiza ubicación en biología molecular 1, el equipo no se está utilizando porque no se está ejecutando la prueba en el momento.
10811	10811	Inactivo	El equipo se encuentra inactivo, se va a solicitar revisión para definir el estado del equipo. Se debe colocar ticket por parte de la DISP
10812	10812	Activo	Se actualiza ubicación a Biología Molecular 2. Se solicitó informe de mantenimiento en 2025-04-25 No se ha recibido el informe (GELP-JA-062-25). GELP informa que el mismo se entregó el informe el 2026-01-29
10814	10814	Inactivo	El equipo se encuentra inactivo se desconoce su estado, se requiere revisión para definir el estado del equipo. Se debe colocar ticket por parte de la DISP
10815	10815	Inactivo	El equipo se encuentra inactivo se desconoce su estado, se requiere revisión para definir el estado del equipo.
10824	10824	Dado de baja	2026-01-28 Se dio de baja en octubre de 2025, actualizar seguimiento.
10840	10840	Inactivo	Se actualiza estado del equipo quedando inactivo, ya que no se está realizando el experimento.
10855	10855	Inactivo	Equipo ubicado en biología molecular 2. Equipo se encuentra inactivo, ya que no se está realizando el experimento.
11125	11125	Activo	Se actualiza estado pues el equipo está activo, se encuentra ubicado en biología molecular, se requiere mantenimiento de este.
15169	15169	Activo	Se actualiza ubicación, se solicita entrega del informe de fecha 06-05-2025 se hizo mantenimiento informe GELP-PA-176-25 GELP informa que el mismo se entregó el informe el 2026-01-29
15307	15307	Activo	Se actualiza ubicación a Bioquímica. Se solicita que se evalúe la posibilidad de que se haga mantenimiento por GELP. Teniendo en cuenta y las indicaciones del grupo se deja periodicidad de mantenimiento cada 24 meses.
15309	15309	Activo	Se actualiza ubicación quedando en microscopia. Teniendo en cuenta y las indicaciones del grupo se deja periodicidad de mantenimiento cada 24 meses. Se revisará la disponibilidad de la Hoja de vida por parte del GELP.
15315	15315	Activo	Se actualiza ubicación quedando en RNA, el año pasado se realizó revisión por parte del GELP, sin embargo, no se cuenta con el informe. Teniendo en cuenta y las indicaciones del grupo se deja periodicidad de mantenimiento cada 24 meses. Revisar número de informe para solicitar reporte
15333	15333	Inactivo	Se solicitará al GELP revisión del equipo.
21149	21149	Activo	Se solicita al GELP entrega de los informes de diagnóstico AI-ST-21149-007 y de mantenimiento AI-ST-21149, el GELP confirma que hizo entrega de estos 2026-01-29. Pendiente entrega de informe de cambio de batería realizada por el GELP y con respecto a la calificación el GELP confirma que se realizó el 24 de febrero, pendiente entrega de este. Se actualizan características metrológicas. Por favor actualizar pues se encuentra ubicado en Cuarto de refrigeradores.
21150	21150	Activo	Se actualiza ubicación y características metrológicas.
LFM-005	21772	Activo	Se actualiza ubicación quedando ubicado en Cardio. Teniendo en cuenta y las indicaciones del grupo se deja periodicidad de mantenimiento cada 24 meses. Se va a confirmar si el equipo tiene etiqueta de 2026-02-26
LFM-005	21773	Activo	Se actualiza ubicación quedando ubicado en Cardio. Teniendo en cuenta y las indicaciones del grupo se deja periodicidad de mantenimiento cada 12 meses.
25222	25222	Inactivo	Se actualiza estado y se colocará ticket para revisión.
26052	26052	Inactivo	Se actualiza estado del equipo en el PAME. Se encuentran como back-up en el grupo
26053	26053	Inactivo	Se actualiza estado del equipo en el PAME. Se encuentran como back-up en el grupo
26054	26054	Inactivo	Se actualiza estado del equipo en el PAME. Se encuentran como back-up en el grupo
26056	26056	Inactivo	Se actualiza estado del equipo en el PAME. Se encuentran como back-up en el grupo
26154	26154	Activo	Se solicitó incluir para intervenciones para este año. El GELP confirma que se realizó mantenimiento y calibración en febrero de 2026
26169	26169	Activo	Se actualizó estado del equipo, se solicitó inclusión para ejecución de servicios.
26170	26170	Activo	Se actualizó estado del equipo y la ubicación. Se solicitó inclusión para ejecución de servicios con periodicidad 12 meses.
26171	26171	Activo	El equipo no cuenta con intervenciones, requiere ser utilizado, se solicita al GELP incluir para mantenimiento.
26964	26964	Activo	Se solicita entrega de informe de mantenimiento de fecha 2025-11-10 informe GELP-II-080-25. Se actualiza la ubicación del equipo quedando en Biología Molecular 2
LFM-006	27159	Activo	Se actualiza información de ubicación, se actualiza periodicidad de mantenimiento para cada 12 meses y se actualiza equipo al que esta acoplada es al microscopio 27158. Ubicada en microscopía
27293	27293	Activo	Se actualiza la ubicación del equipo y se solicita inclusión para intervención.
27359	27359	Activo	Ubicado en Bioquímica. Se colocará un ticket para definir estado
LFM-004	27566	Activo	Se actualiza ubicación quedando en Biología Molecular 1, se solicita incluir para mantenimiento con periodicidad de 12 meses.

27567	27567	Activo	Se actualiza ubicación quedando en Biología Molecular 1, se solicita incluir para mantenimiento con periodicidad de 12 meses.
27631	27631	Activo	Se solicita entrega de informe de mantenimiento GELP-PA-177-25 en 2025-05-06. Se actualiza ubicación a Bioquímica
27632	27632	Activo	Se actualiza ubicación a cultivo, se colocará ticket para revisión del equipo.
27954	27954	Activo	Se actualiza ubicación a cultivo, se solicita mantenimiento del equipo con periodicidad de 12 meses.
28166	28166	Activo	Se solicita entrega de informes: mantenimiento el 2025-10-08 informe AI-C-28166 e informe de calificación 2025-12-29 por parte del GELP, se actualiza ubicación en Cuarto de refrigeradores. Se actualizan características metrológicas
28164	28164	Activo	Se actualiza ubicación y características metrológicas
28287	28287	Activo	Se actualiza ubicación y características metrológicas, se solicita incluir en calificación con periodicidad de 12 meses.
28293	28293	Activo	Se solicita entrega de informe de mantenimiento de fecha 2025-11-14 informe AI-ST-28293 pendiente el informe. Y entrega de informe de calificación de 2026-01-29. Se actualiza ubicación a Biología molecular 2. Se actualizan características metrológicas.
30412	30412	Activo	Se solicita entrega de informe de mantenimiento de fecha 2025-08-11 informe AI-ST-30412, informe de verificación del 2025-08-26 e informe de calificación de la última semana de enero de 2026. Se actualiza pues se encuentra ubicado en Cuarto de refrigeradores. Se actualizan características metrológicas

Los ticket y ajustes se gestionarán por parte de la ingeniera Biomédica, igualmente se continuarán haciendo rondas de verificación con el objetivo de mantener información actualizada.

*COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Las descritas en desarrollo y conclusiones de la actividad		

*NOMBRE ASISTENTES	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Gloria Cecilia Malaver	GELP	Contratista	
Lina Patricia Navarro	INS- SICT	Contratista	

Nota: Para el equipo 21149 se revisa con Taller GELP los cuales indican no haber realizado cambio de batería a la fecha.