Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57457**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Autoclave (Ind)	Serie NT	Servicio Laboratorio Clínico
Código-Placa IMAUT-0303/38503	Código ECRI	Ubicación Preparación medios de cultivos
Marca Paffor	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo NT		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81397	Preventiva	Sábado 7, Febrero 2026	Jueves 19, Febrero 2026	13:50 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento Preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificar temperaturas y presiones en los procesos de esterilización.	**Realizado**	Ninguna
Limpiar filtros de cámaras.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de las trampas de condensados.	**Realizado**	Ninguna
Realizar pruebas de disparo de la válvula de seguridad.	**Realizado**	Ninguna
Limpiar filtros y trampas.	**Realizado**	Ninguna
Hacer pruebas a los procesos para certificar funcionamiento.	**Realizado**	Ninguna
Limpiar y ajustar tableros y controles eléctricos.	**Realizado**	Ninguna
Calibrar controles y temperaturas en los procesos de esterilización.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de bomba de agua.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de electroválvulas.	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de elemento resistencia térmica	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Voltaje: 125.7 v

Consumo: 26.5 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Luis Ernesto	2026-02-19 13:50:07	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 09:40:14	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 09:40:35	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026