Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: ____ **INFORME PARCIAL:** ___X_ Marque con una (X) según corresponda

FECHA DEL INFORME : 24/02/2026

CONTRATO No. 5899-2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DAR SOLUCIONES SAS	NIT O C.C	900.336.119-5	Valor Contrato Inicial:		$15.679.440		12/08/2024	11/02/2025
Representante Legal:	PEDRO ANTONIO MEDINA ESPITIA	Cedula Representante	79.276.215	No. Adición	Fecha Registro	Valor Adición			
				Adición 1:	16621 11/02/2025	$7.839.720	Prórroga 1:	12/02/2025	11/05/2025
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LA CADENA DE FRIO DE LAS NEVERAS DE PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E"			Adición 2:	27753 29/05/2025	$7.839.720	Prórroga 2:	12/05/2025	31/05/2025
Duración Inicial	6 MESES			Adición 3:	32884 13/08/2025	$5.001.451	Prórroga 3:	01/06/2025	31/08/2025
Disponibilidades Números	1566 24/06/2024 368 01/02/2025 1198 23/05/2025 1584 31/07/2025 1984 30/09/2025 2281 21/11/2025 40 01/01/2026			Adición 4:	42504 16/10/2025	$5.226.480	Prórroga 4:	1/09/2025	31/10/2025
				Adición 5:	55987 1/12/2025	$1.742.160	Prórroga 5:	1/11/2025	31/12/2025
				Adición 6:	14/01/2026	$7.839.720	Prórroga 6:	1/01/2026	31/01/2026
				Adición 7:			Prórroga 7:	1/02/2026	31/03/2026
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
							Prórroga 10:		
				Adición 10:			Prórroga 11:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS	CÓDIGO	4245020801	Valor Total:		$51.168.691	Fecha Terminación actual:		31/03/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 30/05/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Prestar el servicio de monitoreo de temperatura para la cadena de frio de las neveras de vacunacion de la Subred integrada de servicios de salud SurOccidente E.S.E., según factura FE-1677	según adjunto	x			Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:		x	

Observaciones:

fact 1677

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO		ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE-1594	01-10-2024	12/08/2024 - 11/09/2024	29-10-2024	2.540.650		2.540.650	48.628.041	5%	
2	FE-1598	18-10-2024	12/09/2024 - 11/10/2024	29-10-2024	2.540.650		5.081.300	46.087.391	10%	
3	FE-1606	15-11-2024	12/10/2024 - 11/11/2024	27-11-2024	2.540.650		7.621.950	43.546.741	15%	
4	FE-1627	27-01-2025	12/11/2024 - 11/12/2024	30-01-2025	2.605.981		10.227.931	40.940.760	20%	
5	FE - 1626	21-01-2025	12/12/2024 - 11/01/2025	30-01-2025	2.613.240		12.841.171	38.327.520	25%	
6	FE - 1632	20-02-2025	12/01/2025 - 11/02/2025	28-02-2025	2.613.240		15.454.411	35.714.280	30%	
7	FE - 1641	21-03-2025	12/02/2025 - 11/03/2025	27-03-2025	2.613.240		18.067.651	33.101.040	35%	
8	FE - 1647	06-05-2025	12/03/2025 - 11/04/2025	14-05-2025	2.613.240		20.680.891	30.487.800	40%	
9	FE-1648	20-05-2025	12/04/2025-11/05/2025	27-05-2025	2.613.240		23.294.131	27.874.560	46%	
10	FE-1652	24-06-2025	12/05/2025-11/06/2025	24-06-2025	2.613.240		25.907.371	25.261.320	51%	
11	FE-1658	14-07-2025	12/06/2025-11/07/2025	14-07-2025	2.613.240		28.520.611	22.648.080	56%	
12	FE 1661	20-08-2025	12/07/2025-11/08/2025	20-08-2025	2.613.240		31.133.851	20.034.840	61%	
13	FE 1662	17-09-2025	12/08/2025-11/09/2025	23-09-2025	2.613.240		33.747.091	17.421.600	66%	
14	FE 1667	15-10-2025	12/09/2025-11/10/2025	16-10-2025	2.613.240		36.360.331	14.808.360	71%	
15	FE 1669	13-11-2025	12/10/2025-11/11/2025	13-11-2025	2.613.240		38.973.571	12.195.120	76%	
16	FE 1674	15-12-2025	12/11/2025-11/12/2025	15-12-2025	2.540.650		41.514.221	9.654.470	81%	
17	FE 1676	28-01-2026	12/12/2025-11/01/2026	28-01-2026	2.506.774		44.020.995	7.147.696	86%	
17	FE 1677	24-02-2026	12/01/2026-11/02/2026	24-02-2026	2.540.650		46.561.645	4.607.046	91%	
TOTAL					46.561.645		46.561.645	4.607.046	91%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI: X	v
		NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oportunidad

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Cuarenta y seis millones quinientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos MCTE.	$ 46.561.645
Saldo por ejecutar	Cuatro millones seiscientos siete mil cuarenta y seis pesos mcte	$ 4.607.046

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 1677	24/02/2026
VALOR A PAGAR	$ 2.540.650,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52.744.682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC

Factura electrónica de venta N°: FE 1677

DAR SOLUCIONES SAS
900.336.119-5
AK 45 108 A 50 P 6
Bogotá - Colombia
(1) 2322358
servicios@darsoluciones.net
www.darsoluciones.net

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (031) 4546800
Dirección: CL 9 39 46
Correo: gerencia@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 17:03
Expedición	24/02/2026, 17:03
Vencimiento	26/03/2026
Vendedor	Juan Olascoaga
Centro de costo	0001
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MONITOREO DE TEMPERATURA NEVERAS PAI	61,000.00	34.00	0.00	19 %	0 %	2,074,000.00	2,468,060.00
2	MONITOREO TEMPERATURA NEVERASVIGILANCIASANITARIA	61,000.00	1.00	0.00	19 %	0 %	61,000.00	72,590.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 2,540,650.00

Total Bruto	2,135,000.00
IVA 19%	405,650.00
Total a Pagar	2,540,650.00

Observaciones:
- PERIODO 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2026.
POR FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR EN LA CUENTA AHORROS BANCOIRIS100693260724 A NOMBRE DE DARSOLUCIONES SAS.
- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106284471 aprobado en 20260224 prefijo FE desde el número 1677 al 5000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa 9.66
CUFE: 2a1f9d67212a732380c0fa323b5fdd26d88820229277 2a2111144471ad6b3ced6cf3ce9756a17d17ced3f54a23d0a34b

Elaborado por

Firma recibido

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-007588-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 25/02/2026 12:55:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No FE 1677
FOLIOS 5 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: dVHSR6hwjb

CERTIFICACIÓN

Yo, **RUBEN DARIO OSORIO SEGURA.**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.423.709 de Bogotá, actuando en mi calidad de representante legal (S), de DAR SOLUCIONES S.A.S, identificada con el NIT No. 900.336.119-5, me permito certificar:

Que la firma DAR SOLUCIONES S.A.S en cumplimiento en los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, y demás leyes y decretos, certifico que la misma ha cumplido oportunamente, con la obligación de pagar los aportes parafiscales a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL, Aportes a las Cajas de compensación Familiar, y de todos los aportes parafiscales obligatorios, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos seis (06) meses hasta la fecha de firma de este documento.

Adicionalmente y en al no tener más de 10 empleados no estamos obligados a tener aprendices de formación del SENA. También en vista que ninguno de nuestros empleados devenga diez (10) o más salarios mínimos mensuales legales vigentes y al ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta **Del cual certificamos también encontrarnos al día,** informamos encontrarnos exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según articulo 25 Ley 1607 de 2012.

De igual forma certifico que desarrolla sus actividades en la ciudad de BOGOTÁ D.C., por lo tanto, NO se encuentra exenta de la retención del impuesto de Industria y Comercio en Bogotá.

Para constancia se firma en BOGOTÁ D.C., al dos (2) dia del mes de febrero de 2026.

RUBEN DARIO OSORIO SEGURA
C.C. 1.018.423.709
REPRESENTANTE LEGAL (S)
DAR SOLUCIONES S.A.S

$ 61.000,00

SUBRED SUR OCCIDENTE						SERVICIO DIA	$	2.033
DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2026								
ITEM	NEVERAS	FECHA INICIO	INICIO CORTE	CORTE COBRO	DIAS COBRADOS	MONITOREO		Monitoreo
1	PAPS INTERNACIONAL	FO06K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
2	UMHES FONTIBON	FO03K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
3	USS 48 SAN PABLO	FO05K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
4	USS TERMINAL AEREO	FO94K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
5	USS CENTRO DIA	FO04K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
6	USS TERMINAL TERRESTRE	FO93K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
7	USS PUERTA DE TEJA	FO07K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
8	USS 50 MEXICANA	SU50K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
9	CAPS ZONA FRANCA	FO08K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
10	HOSPITAL BOSA	BO37K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
11	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	PA35K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
12	CAPS PORVENIR	PA34K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
13	CAPS PABLO VI BOSA	PA16K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
14	USS ESTACION	PA29K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
15	USS OLARTE	PA31K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
16	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	PA35K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
17	USS CARBONEL	PA28K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
18	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	KE10K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
19	BOMBEROS	SU44K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
20	USS 79 CARVAJAL	SU57K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
21	CAPS 92 PATIOS	SU59K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
22	USS PATIO BONITO TINTAL	SU55K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
23	USS ABASTOS	SU39K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
24	USS BRITALIA	SU54K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
25	USS ALQUERIA	SU52K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
26	USS CATALINA	SU48K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
27	PUENTE ARANDA	SU40K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
28	EXTRAMURAL KENNEDY	KE10K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
29	EXTRAMURAL FONTIBON	KE10K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
30	EXTRAMURAL PTE ARANDA	KE10K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
31	PAPS ASUNCION BOCHICA	SU46K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
32	PAPS PUENTE ARANDA - CUARTO FRIO	SU40K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
33	PAPS PUENTE ARANDA - CT ACOPIO	SU40K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
34	USS ALCALA MUZU	SU42K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
35	CAPS TRINIDAD GALAN	SU41K33-6	12/01/2026	11/02/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
						$ 2.135.000,00	$ 405.650	$ 2.540.650,00

TOTAL MES			$ 2.135.000
TOTAL MES			$ 2.135.000
IVA			$ 405.650
TOTAL FACTURACION			$ 2.540.650

PBX (+57) 1-2322358
AK 45 No 108 A 50 piso 6
Bogotá / Colombia

Cliente: SECRETARIA DE SALUD SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E
Fecha de solicitud: 24 FEBRERO 2026
Bogotá

Ref.: INFORME MENSUAL

Objeto:
CONTRATAR EL SEVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LA CADENA DE FRIO DE LAS NEVERAS DE PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

Descripción del servicio:

- Se realiza verificación de los 36 sensores en las neveras de la entidad.
- Una vez validados de los 36 sensores se procede a realizar la activación de la plataforma las 24 horas del día durante el plazo de ejecución del contrato (incluye sábados, domingos y festivos) la administración y rastreo se desarrolla con tecnología GPRS.
- Una vez instalado los señores se inicia con la medición de las temperaturas que generan las neveras, pero no se garantiza la temperatura que genere la nevera.
- Se cuenta con servicio técnico especializado, disponible para cualquier solicitud que tenga la entidad o se requiera.

Distribución e instalación de equipos:

No	SEDE	N. MODULO DE COMUNICACIÓN	NOMBRE NEVERA
1	PAPS INTERNACIONAL	PAPS INTERNACIONAL	NEVERA VACUNAS
2	UMHES FONTIBON	UMHES FONTIBON	NEVERA VACUNAS
3	USS 48 SAN PABLO	USS 48 SAN PABLO	NEVERA VACUNAS
4	USS TERMINAL AEREO	USS TERMINAL AERERO	NEVERA VACUNAS
5	USS CENTRO DIA	USS CENTRO DIA	NEVERA VACUNAS
6	USS TERMINAL TERRESTRE	USS TERMINAL TERRESTRE	NEVERA VACUNAS
7	USS PUERTA DE TEJA	USS PUERTA DE TEJA	NEVERA VACUNAS
8	USS 50 MEXICANA	USS 50 MEXICANA	NEVERA VACUNAS
9	CAPS ZONA FRANCA	CAPS ZONA FRANCA	NEVERA VACUNAS
10	HOSPITAL BOSA	HOSPITAL BOSA	NEVERA VACUNAS
11	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	NEVERA VACUNAS
12	CAPS PORVENIR	CAPS PORVENIR	NEVERA VACUNAS
13	CAPS PABLO VI BOSA	CAPS PABLO VI BOSA	NEVERA VACUNAS

14	USS ESTACION	USS ESTACION	NEVERA VACUNAS
15	USS OLARTE	USS OLARTE	NEVERA VACUNAS
16	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	NEVERA VACUNAS
17	USS CARBONEL	USS CARBONEL	NEVERA VACUNAS
18	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	NEVERA VACUNAS
19	BOMBEROS	BOMBEROS	NEVERA VACUNAS
20	USS 79 CARVAJAL	USS 79 CARVAJAL	NEVERA VACUNAS
21	CAPS 92 PATIOS	CAPS 92 PATIOS	NEVERA VACUNAS
22	USS PATIO BONITO TINTAL	USS PATIOBONITO TINTAL	NEVERA VACUNAS
23	USS ABASTOS	USS ABASTOS	NEVERA VACUNAS
24	USS BRITALIA	USS BRITALIA	NEVERA VACUNAS
25	USS ALQUERIA	USS ALQUERIA	NEVERA VACUNAS
26	USS CATALINA	USS CATALINA	NEVERA VACUNAS
27	PUENTE ARANDA	UPA 11	ANTIRRABICAS
28	USS EXTRAMURAL KENNEDY	EXTRAMURAL	EXTRAMURAL 1
29			EXTRAMURAL 2
30			EXTRAMURAL 3
31	PAPS ASUNCION BOCHICA	PAPS ASUNCION BOCHICA	NEVERA VACUNAS
32	PUENTE ARANDA	PAPS PUENTE ARANDA	CUARTO FRIO
33		PTE ARANDA COVID-CT ACOPIO 2	CT ACOPIO 2
34	USS ALCALA MUZU	USS ALCALA MUZU	NEVERA VACUNAS
35	CAPS TRINIDAD GALAN	CAPS TRINIDAD GALAN	NEVERA VACUNAS
36	CENTRO DE SALUD TINTAL,	VACUNACION TINTAL	NEVERA VACUNAS

Reportes:

- Reporte en tiempo real de la temperatura
- Reporte de las variaciones de temperatura
- Reporte de historial de temperaturas
- Reporte de promedios de temperatura en diferentes tiempos.

PLATAFORMAS DE ACCESO PARA EL SISTEMA DE TEMPERATURA

WEB: https://monitoreo.geoscan.co/
Quedamos atentos a su información


PBX (+57) 1-2322358
AK 45 No 108 A 50 piso 6
Bogotá / Colombia

Gerente De Proyectos
PBX.: (57)(1) 2322358 Ext. 4100
Móvil: 317 510 7946
USA: (1) 731 3270807
Bogotá, Colombia


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > INTERNACIONAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS INTERNACIONAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.972 %	[29d 23h 47m 25s]	Fallo:	0.028 %	[12m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.97 %	[43187]	Fallo:	0.03 %	[13]
Promedio (Nevera 1):	4.3 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.3 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:39:32 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > UMHES FONTIBON (SUBRED SUR OCCIDENTE) > UMHE FONTIBON					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.613 %	[29d 21h 12m 07s]	Fallo:	0.387 %	[02h 47m 01s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.611 %	[43030]	Fallo:	0.389 %	[168]
Promedio (Nevera 1):	3.9 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.9 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS 48 SAN PABLO (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS SAN PABLO					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 48s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43214]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	3.2 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.2 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS TERMINAL AEREO (SUBRED SUR OCCIDENTE) > TERMINAL AEREO				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.713 %	[29d 21h 55m 44s]	Fallo:	0.287 % [02h 04m 01s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.699 %	[43072]	Fallo:	0.301 % [130]
Promedio (Nevera 1):	3.7 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS CENTRO DIA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CENTRO DIA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 25s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.0 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.0 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS TERMINAL TERRESTRE (SUBRED SUR OCCIDENTE) > TERMINAL TERRESTRE					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.34 %	[29d 19h 14m 02s]	Fallo:	0.66 %	[04h 45m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.322 %	[42909]	Fallo:	0.678 %	[293]
Promedio (Nevera 1):	4.6 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.6 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS PUERTA DE TEJA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS PUERTA DE TEJA				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.569 %	[29d 20h 53m 26s]	Fallo:	0.431 % [03h 06m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.56 %	[43011]	Fallo:	0.44 % [190]
Promedio (Nevera 1):	4.1 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.1 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:39:49 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS 50 MEXICANA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS MEXICANA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 36s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.8 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.8 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS ZONAFRANCA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CAPS ZONA FRANCA				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.343 %	[29d 19h 15m 38s]	Fallo:	0.657 % [04h 44m 01s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.34 %	[42915]	Fallo:	0.66 % [285]
Promedio (Nevera 1):	3.7 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > HPTAL BOSA (SUB_SUR_OCCIDENTE) > HOSP. BOSA				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.417 %	[29d 19h 47m 59s]	Fallo:	0.583 % [04h 12m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.401 %	[42946]	Fallo:	0.599 % [259]
Promedio (Nevera 1):	4.5 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.5 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:39:57 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CENTRO SALUD VILLA JAVIER (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CENTRO SALUD VILLA JAVIER					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 30s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.0 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.0 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS PORVENIR (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS PORVENIR				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.956 %	[29d 23h 40m 13s]	Fallo:	0.044 % [19m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.954 %	[43179]	Fallo:	0.046 % [20]
Promedio (Nevera 1):	4.0 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.0 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS PABLO VI BOSA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CAPS PABLO VI BOSA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	98.822 %	[29d 15h 30m 21s]	Fallo:	1.178 %	[08h 28m 50s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	98.808 %	[42684]	Fallo:	1.192 %	[515]
Promedio (Nevera 1):	4.5 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.5 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ESTACION (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS ESTACION				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.981 %	[29d 23h 51m 12s]	Fallo:	0.019 % [08m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.979 %	[43190]	Fallo:	0.021 % [9]
Promedio (Nevera 1):	4.3 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.3 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS OLARTE (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS OLARTE					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.975 %	[29d 23h 48m 05s]	Fallo:	0.025 %	[11m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.972 %	[43187]	Fallo:	0.028 %	[12]
Promedio (Nevera 1):	3.5 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.5 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS CARBONEL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CARBONEL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 18s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43198]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	5.2 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	5.2 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:40:16 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **EXTRA 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS EXTRAMURAL KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS EXTRAMURAL KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	97.998 %	[29d 09h 34m 55s]	Fallo:	2.002 %	[14h 25m 02s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	97.959 %	[42329]	Fallo:	2.041 %	[882]
Promedio (EXTRA 1):	5.2 °C					



EXTRA 1 (°C)




Canal	Promedio
EXTRA 1	5.2 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **EXTRA 2**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS EXTRAMURAL KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS EXTRAMURAL KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 52s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (EXTRA 2):	4.1 °C					



EXTRA 2 (°C)




Canal	Promedio
EXTRA 2	4.1 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **EXTRA 3**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS EXTRAMURAL KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS EXTRAMURAL KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.84 %	[29d 22h 50m 47s]	Fallo:	0.16 %	[01h 09m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.838 %	[43129]	Fallo:	0.162 %	[70]
Promedio (EXTRA 3):	4.0 °C					



EXTRA 3 (°C)




Canal	Promedio
EXTRA 3	4.0 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > UMHE OCCIDENTE KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > UMHE OCCIDENTE KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.854 %	[29d 22h 56m 54s]	Fallo:	0.146 %	[01h 03m 01s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.845 %	[43134]	Fallo:	0.155 %	[67]
Promedio (Nevera 1):	4.4 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.4 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > BOMBEROS (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS BOMBEROS					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.991 %	[29d 23h 55m 28s]	Fallo:	0.009 %	[04m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.988 %	[43195]	Fallo:	0.012 %	[5]
Promedio (Nevera 1):	4.7 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.7 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:40:28 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS 79 CARVAJAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CARVAJAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 35s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	2.7 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	2.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS 92 PATIOS (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS 92 PATIOS				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.926 %	[29d 23h 27m 53s]	Fallo:	0.074 % [32m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.917 %	[43166]	Fallo:	0.083 % [36]
Promedio (Nevera 1):	4.7 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS PATIO BONITO TINTAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS PATIO BONITO TINTAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.91 %	[29d 23h 20m 22s]	Fallo:	0.09 %	[39m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.907 %	[43159]	Fallo:	0.093 %	[40]
Promedio (Nevera 1):	4.4 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.4 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ABASTOS (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS ABASTOS					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.847 %	[29d 22h 53m 37s]	Fallo:	0.153 %	[01h 06m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.845 %	[43133]	Fallo:	0.155 %	[67]
Promedio (Nevera 1):	3.6 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.6 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS BRITALIA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS BRITALIA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	97.016 %	[29d 02h 30m 25s]	Fallo:	2.984 %	[21h 29m 04s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	97.012 %	[41914]	Fallo:	2.988 %	[1291]
Promedio (Nevera 1):	3.9 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.9 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ALQUERIA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS ALQUERIA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 08s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43198]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.2 °C					




Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.2 °C

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS CATALINA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CATALINA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.923 %	[29d 23h 26m 01s]	Fallo:	0.077 %	[33m 18s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.919 %	[43171]	Fallo:	0.081 %	[35]
Promedio (Nevera 5):	3.3 °C					



Nevera 5 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 5	3.3 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Antirrabica**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > UPA 11 (SUBRED SUR OCCIDENTE) > UPA 11					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.949 %	[29d 23h 37m 30s]	Fallo:	0.051 %	[22m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.947 %	[43177]	Fallo:	0.053 %	[23]
Promedio (Antirrabica):	5.2 °C					



Antirrabica (°C)




Canal	Promedio
Antirrabica	5.2 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ASUNCION BOCHICA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS ASUNCION BOCHICA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.898 %	[29d 23h 15m 01s]	Fallo:	0.102 %	[44m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.896 %	[43154]	Fallo:	0.104 %	[45]
Promedio (Nevera 1):	4.4 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.4 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **CUARTO FRIO**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > PUENTE ARANDA CUARTO FRIO (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS PUENTE ARANDA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.641 %	[29d 21h 24m 18s]	Fallo:	0.359 %	[02h 35m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.607 %	[43038]	Fallo:	0.393 %	[170]
Promedio (Cuarto Frio):	4.3 °C					



Cuarto Frio (°C)




Canal	Promedio
Cuarto Frio	4.3 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:40:56 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **CT ACOPIO 2**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > PTE ARANDA ACOPIO 2 > PTE ARANDA CT ACOPIO 2					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 38s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (CT Acopio 2):	4.8 °C					



CT Acopio 2 (°C)




Canal	Promedio
CT Acopio 2	4.8 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 2/24/2026 9:40:59 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ALCALA MUZU (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS MUZU				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	93 %	[27d 21h 14m 08s]	Fallo:	7 % [02d 02h 45m 03s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	93 %	[40151]	Fallo:	7 % [3051]
Promedio (Nevera 1):	3.7 °C				




Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.7 °C

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS TRINIDAD GALAN (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CAPS TRINIDAD GALAN				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.324 %	[29d 19h 07m 10s]	Fallo:	0.676 % [04h 52m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.317 %	[42905]	Fallo:	0.683 % [295]
Promedio (Nevera 5):	3.8 °C				



Nevera 5 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 5	3.8 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	1/12/2026 12:00:00 AM - 2/11/2026 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > C. SALUD TINTAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > C. SALUD TINTAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[29d 23h 59m 24s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[43199]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.5 °C					



Nevera 1 (°C)



Canal	Promedio
Nevera 1	4.5 °C