	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	**Febrero 18 de 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Neiva**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952710**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación de Formación Profesional se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Bloques patrón de dureza Rockwell en escala C - Bloque patrón de dureza Rockwell en escala C calibrados por una proveedor con acreditación vigente en la norma ISO 17034 en el intervalo de 25 HRC a 30 HRC. Cada bloque de prueba calibrado deberá ser suministrado con un certificado del laboratorio de calibración que indique al menos la siguiente información de estandarización: -Número de serie del bloque de prueba. -El valor de dureza calibrado, $\bar{H}$, del bloque de prueba con la designación de escala, redondeada a no menos de un decimal de acuerdo con la Práctica E29. -Valor de la incertidumbre del valor de referencia -Las mediciones de dureza calibradas individuales. -Fuente de trazabilidad metrológica -Fecha de calibración -Código de certificación -Se debe tener en cuenta la emisión del certificado de calibración, según ISO 17034 -El proveedor de los materiales de referencia debe tener la acreditación vigente en ISO 17034 por parte del organismo de acreditación del país de origen con validez en Colombia	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bloques patrón de dureza Rockwell en escala C - Bloque patrón de dureza Rockwell en escala C calibrados por una proveedor con acreditación vigente en la norma ISO 17034 en el intervalo de 60 HRC a 65 HRC Cada bloque de prueba calibrado deberá ser suministrado con un certificado del laboratorio de calibración que indique al menos la siguiente información de estandarización: -Número de serie del bloque de prueba. -El valor de dureza calibrado, $\bar{H}$, del bloque de prueba con la designación de escala, redondeada a no menos de un decimal de acuerdo con la Práctica E29. -Valor de la incertidumbre del valor de referencia -Las mediciones de dureza calibradas individuales. -Fuente de trazabilidad metrológica -Fecha de calibración -Código de certificación -Se debe tener en cuenta la emisión del certificado de calibración, según ISO 17034 -El proveedor de los materiales de referencia debe tener la acreditación vigente en ISO 17034 por parte del organismo de acreditación del país de origen con validez en Colombia	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

FIRMA ALMACENISTA	Firmado digitalmente por Germán Vargas Almario
NOMBRE COMPLETO	**Germán Vargas Almario**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12.134.221**
CORREO INSTITUCIONAL	gevargasa@sena.edu.co