# SONDAS CORFLO*

## Sondas NG/NI

Para pacientes adultos y pediátricos







Conector ENFit®

Poliuretano grado médico

Punta con diseño anti-obstrucción. Orificio de salida patentado en forma de “canoa”

# FICHA TÉCNICA

**Código DO-GT-01** Versión 01

Facebook.com/minervamedicalco

https://www.minervamedical.com.co

# SONDAS CORFLO*

## Sondas NG/NI

### Para pacientes adultos y pediátricos

La nutrición enteral se define como la técnica por la cual se administra una solución de nutrientes químicamente definidos, directamente al tracto gastrointestinal, a través de un tubo o sonda de alimentación especializada. Se instaura en aquellos casos en que la nutrición oral no es suficiente o esté contraindicada, puede ser como aporte exclusivo o complementario o, en ocasiones puede ser simultánea a una nutrición parenteral.

Las sondas son dispositivos flexibles que pueden introducirse a través de la nariz o la boca, pasando por el esófago hasta el estómago o al intestino delgado; de esta manera la ubicación puede ser nasogástrica, nasoyeyunal, orogástrica u oroyeyunal.

Las sondas empleadas para nutrición enteral son una solución mínimamente invasiva y comúnmente bien tolerada por los pacientes, que además permiten la administración de medicamentos y agua. Cuando la sonda se emplea para nutrición, se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, el tipo de conector, el calibre (Fr) y el material de la sonda.

Las sondas de nutrición de calibre inferior a 12 Fr, mejoran la comodidad del paciente y reducen el riesgo de aparición de complicaciones, como sinusitis, reflujo gastroesofágico, esofagitis y estenosis esofágica. Por tanto, los clínicos deben priorizar el uso de sondas de calibre pequeño siempre que sea posible (5). También hay que tener en cuenta que las sondas entre 8 Fr y 12 Fr son generalmente para la nutrición, mientras las más grandes (>12 Fr) son para el drenaje, ya que con su lumen más grande es menos probable que se obstruya.

La sonda de alimentación nasogástrica/nasointestinal AVANOS* CORFLO* está fabricada en poliuretano grado médico, que es un material que se ablanda al entrar en contacto con la temperatura corporal, diseñada específicamente para garantizar la comodidad y la seguridad del paciente durante la inserción y el uso de la misma. Cuenta con conector ENFit® especialmente diseñado para la nutrición enteral y contribuye a mejorar la seguridad del paciente, ya que es incompatible con los sistemas de administración IV y de otro tipo, lo que ayuda a evitar errores de conexión que pueden tener consecuencias graves para los pacientes.



## Bibliografía


**1.** AVANOS* CORFLO* IFU

**2.** ASPEN Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition Volume 41 Number 1 January 2017. 15–103© 2016 American Society for Parenteral and Enteral Nutrition DOI: 10.1177/0148607116673053

**3.** Bischoff SC, Austin P, Boeykens K, Chourdakis M, Cuerda C, Jonkers-chuitema C, et al. ESPEN practical guideline: Home enteral nutrition. Clin Nutr 2022;41:468-88 DOI: 10.1016/j.clnu.2021.10.018

**4.** Rodríguez Jasso, M.B. alimentación enteral por sonda y alimentación en el adulto. Universidad Nacional Autónoma de México. 2024.

**5.** University of Glasgow School of Medicine, Dentistry and Nursing. Nasogastric Tube Insertion Clinical Skills Guidance [online]. Available at: https://www.gla.ac.uk/media/Media_678213_smxx.pdf [Accessed 26 Apr. 2021].

**6.** Zdrahala, R. J., Spielvogel, D. E., & Strand, M. A. (1988). Softening of thermoplastic polyurethanes: a structure/property study. Journal of biomaterials applications, 2(4), 544–561. https://doi.org/10.1177/088532828700200403

# SONDAS CORFLO*
## Sondas NG/NI

Para pacientes adultos y pediátricos

| Características | Ventajas | Beneficios |
|---|---|---|
| 1. Material del tubo en Poliuretano grado médico. | 1.1. El diámetro interno de la sonda es mayor por tener paredes más delgadas.<br>1.2. Fabricadas en material suave y flexible que permanece durante todo el uso.<br>1.3. Biocompatible e inerte. | 1.1. DISMINUYE el riesgo de obstrucción y MEJORA el flujo para la nutrición.<br>1.2. Garantiza COMODIDAD y SEGURIDAD en la inserción de la sonda y durante el uso.<br>1.3. No irrita los tejidos. |
| 2. Punta con diseño anti-obstrucción. Orificio de salida patentado en forma de "canoa". | 2.1. Puerto de salida al menos tres veces más grande que el diámetro interno de la sonda. | 2.1. PERMITE un flujo óptimo de la nutrición.<br>2.2. Ayuda a PREVENIR el riesgo de obstrucción. |
| 3. Radiopaca 100% en toda la longitud de la sonda hasta la punta. Marcación numérica y línea cada centímetro. | 3.1. Completamente visible en radiografía y fluoroscopia. Seguridad en RM (sin estilete). | 3.1. Permite VERIFICAR la posición exacta de la sonda.<br>3.2. Facilita CONTROLAR la ubicación durante el uso de la sonda. |
| 4. Lubricante hidrofílico C-19 activado por agua, cubre la punta distal y el lumen interno de la sonda. | 4. Se activa al irrigar la sonda con agua para facilitar la inserción. | 4. Proporciona mayor COMODIDAD para el paciente, PROTEGE la fosa nasal y el tracto digestivo. |
| 5. Puerto en Y con conector ENFit®. | 5.1. Facilita administrar nutrición, irrigar o administrar medicamentos simultáneamente sin necesidad de desconexión.<br>5.2. Cumple con la norma ISO 80369-3 para dispositivos de nutrición enteral. | 5.1. DISMINUYE la manipulación durante los cuidados, la administración de nutrición y medicamentos.<br>5.2. GARANTIZA una conexión segura. |
| 6. Libre de látex, DEHP y BPA. | 6. Hipoalergénico. | 6. MINIMIZA el riesgo de toxicidad en el paciente. |
| 7. Disponible con estilete trenzado en algunas referencias. | 7.1. Facilita la inserción de la sonda<br>7.2. Diseñado para que la punta del estilete termine antes del orificio de salida<br>7.3. Evita la retracción de la sonda al retirar el estilete. | 7.1. DISMINUYE el riesgo de traumatismo nasal.<br>7.2. PROTEGE el tejido blando, EVITA perforaciones.<br>7.3. IMPIDE el desplazamiento de la sonda durante la inserción. |
| 8. Peso en tungsteno en algunas referencias (1.5g, 3g y 7g). | 8. El tungsteno puede evitar el desplazamiento del dispositivo. | 8. Proporciona SEGURIDAD tanto en la colocación de la sonda, como durante el tiempo de uso al mitigar la necesidad de reposicionamiento. |
| 9. Tiempo de uso recomendado 30 días. | 9. Uso alineado con las recomendaciones de guías de buenas prácticas clínicas (ASPEN, ESPEN, ASGE). | 9. GARANTIZA el uso continuo del dispositivo de manera SEGURA. |



# SONDAS CORFLO*

## Sondas NG/NI

Para pacientes adultos y pediátricos

| Referencia | Descripción | Estilete | Peso |
|---|---|---|---|
| 40-7438 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano con estilete 8 Fr 109 cm 3g CORFLO* | Si | 3g |
| 40-8368 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano con estilete 8 Fr 91cm 1.5g CORFLO* | Si | 1.5g |
| 40-1361 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano10 Fr 91cm CORFLO* | No | No |
| 40-4431 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano con estilete 10 Fr 109 cm 7g CORFLO* | Si | 7g |
| 40-7431 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano con estilete 10 Fr 109 cm 3g CORFLO* | Si | 3g |
| 40-1362 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano12 Fr 91cm CORFLO* | No | No |
| 40-4432 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano con estilete 12 Fr 109 cm 7g CORFLO* | Si | 7g |
| 40-5432 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano 12 Fr 109 cm 3g CORFLO* | No | 3g |
| 40-7432 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogastrica / Nasointestinal de Poliuretano 12 Fr 109 cm 3g con estilete CORFLO* | Si | 3g |
| 40-9432 | ENFit® Sonda de Alimentación Nasogástrica / Nasointestinal de Poliuretano 12 Fr 109 cm con estilete CORFLO* | Si | No |

| | |
|---|---|
| REGISTRO INVIMA: | 2018 DM-0018793. |
| ROTULADO: | De ley. |
| NIVEL DE RIESGO: | IIa. |
| DESECHO: | Incinerar despues de utilizar. No esterilizar. |
| ENVASE: | Bolsa por unidad. |
| ALMACENAMIENTO: | Conservar en lugar limpio y fresco. |
| EMPAQUE: | Empaque individual. |
| USO: | Recomendación de uso único por paciente. |

