

TRACH CARE® NEONATAL Y PEDIÁTRICO

SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA

FICHA TÉCNICA

TRACH CARE NEONATAL Y PEDIÁTRICO

—

ÚNICO CON SELLO DE PEEP PATENTADO

—

SISTEMA QUE PERMITE LIMPIEZA SEGURA DE SECRECIONES PULMONARES, SIN SUSPENDER OXIGENACIÓN Y PRESIONES DE LA VÍA AÉREA

—

SEGURIDAD PARA TUS PACIENTES Y PROTECCIÓN DE SU OXIGENACIÓN

www.minervamedical.com.co

Facebook.com/minervamedicalco

TRACH CARE ®

SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO NEONATAL Y PEDIÁTRICO

“Las guías de la Sociedad Americana de Cuidado Respiratorio sugieren realizar la succión sin desconectar el paciente del ventilador especialmente en neonatos y también en adultos con FIO2 o PEEP altos o con riesgo de des-reclutamiento pulmonar.”

AARC Clinical Practice Guidelines. Endotracheal Suctioning of Mechanically Ventilated Pateints with Artificial Airways.2010. Respiratory Care June 55 (6) 758-64

“El método de succión cerrada causó menos cambios en el estado hemodinámico de los lactantes. Por lo tanto, a fin de evitar complicaciones respiratorias en los recién nacidos, se recomienda la aspiración del tubo endotraqueal por método cerrado.”

The Effect of Open and Closed Endotracheal Tube Suctioning System on Respiratory Parameters of Infants Undergoing Mechanical Ventilation. Árvin Taheri, MDC, Narges Asgari, Majid Mohamma Dizadeh,MD and Mehri Golchin,MSC, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.2012 Jan-Feb;17(1):26-29

“La magnitud promedio de los cambios relativos a la velocidad de flujo cerebral en infantes ventilados de bajo peso al nacer, fue menor en succión cerrada + VG que en succión abierta + IMV”.

*The effects of closed tracheal suctioning plus volume guarantee on cerebral hemodynamics.J Perinatol.*R Kaiser, CH Gauss, and DK Williams 2011. Department of Biostatistics, University of Arkansas for Medical Sciences, LittleRock, AR, USA.*

“La SpO2 fue estable durante el procedimiento de succión cerrada. NO hay cambios significantes en presión media de la vía aérea y en frecuencia cardiaca. Se mantienen los volúmenes pulmonares y la presión positiva de la vía aérea durante la succión”.

Closed system endotracheal suctioning maintains lung volume during volume- controlled mechanical ventilation. Maurizio Cereda Federico Villa Enrico Colombo Gianluca Greco Mirco Nacoti Antonio Pesenti. Intensive Care Med 2001) 27: 648±654 DOI 10.1007/s001340100897



DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

CARACTERISTICAS

1. Sello de PEEP patentado.

2. Válvula de succión con siete piezas en su interior, con bloqueo de seguridad y diseño ergonómico.

3. Marcación precisa cada 0.5 cm.

4. Adaptador en "Y" y/o en codo para tubo endotraqueal o traqueostomía.

5. Variedad en calibres :

CONECTOR Y: 5fr , 6fr , 7fr , 8fr , 10 fr y 12 fr.

CONECTOR EN CODO PARA TRAQUEOSTOMÍA: 7fr, 8fr, 10fr, 12fr.

VENTAJAS

1. Asegura mantenimiento de presión de reclutamiento durante la succión.

* Eficacia en la limpieza de la sonda y menor crecimiento de gérmenes en el sistema.

2. Permite controlar la presión negativa durante la succión y bloquea el ingreso de gérmenes del entorno del paciente hacia la vía aérea .

3. Precisión en la profundidad y medición de la vía aérea para succión eficaz y segura.

4. Flexibilidad para adaptar la vía aérea artificial de acuerdo a la necesidad del paciente

5. Para todos los pacientes, sin exepción.

BENEFICIOS

1. Oxigenación y apertura alveolar sin interrupción.

* Menor riesgo de infecciones asociadas a la ventilación mecánica.

2. Protecci+on de la oxigenación, eficacia en la higiene y menor riesgo de sobreinfección para el paciente.

3. Minimiza riesgo de lesiones de la mucosa y atelectasias asociadas a succión profunda.

4. Conexión segura para mantener el soporte ventilatorio que el paciente necesita.

5. Evita ocupar más del 50% de la luz de la vía aérea en pacientes pediátricos y menos del 70% en neonatos.

TRACH CARE, LA ORIGINAL, LA DE SEGURIDAD Y EFICACIA, SIEMPRE



REFERENCIA EN Y	REFERENCIA EN CODO	CALIBRES
195-5, 196-5, 197-5, 198-5, 1910-5, 1912-5	207-5, 208-5, 210-5, 21603-5	EN Y: 5FR, 6FR, 7FR, 8FR, 10FR,12 FR EN CODO: 7FR, 8FR, 10FR

REGISTRO INVIMA: 2017DM-0015810
NIVEL DE RIESGO: IIa
ENVASE: BOLSA
EMPAQUE: INDIVIDUAL
ESTADO: ESTÉRIL. RAYOS GAMMA

ROTULADO: DE LEY
DESECHO: INCENERAR DESPUES DE UTILIZAR. NO ESTERILIZAR.
ALMACENMIENTO: CONSERVAR EN UN LUGAR LIMPIO Y FRESCO
USO: RECOMENDACIÓN DE USO 24 HORAS
CONTENIDO: TRACH CARE