Bogotá D.C., 27 de marzo de 2026

Señores:
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**Nit: 900959051-7**
Ciudad

Asunto: Aclaración ítems 232, 233 y 239 – Evaluación técnica


Respetados señores:

Con la presente queremos dar aclaración respecto a los ítems 232, 233 y 239 relacionados con la evaluación técnica.

Los dispositivos cotizados corresponden a sistemas para nutrición enteral y cuentan con conector **ENFit**, conforme a los estándares de seguridad y compatibilidad requeridos. Para mayor respaldo, se adjunta registro fotográfico que evidencia las características mencionadas.


Quedamos atentos a cualquier observación adicional.
ITEM 232 REFERENCIA 40-1361







Carrera 72 No. 127C-91
Bogotá, D.C. – Colombia
Pbx (601) 226 8111
E-mail info@minervamedical.com.co
Website minervamedical.com.co

ITEM 233 REFERENCIA 40-1362






ITEM 239 REFERENCIA PFTM8.0P-NC






**JHON EDISON RODRIGUEZ SANCHEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Carrera 72 No. 127C-91
Bogotá, D.C. – Colombia
Pbx (601) 226 8111
E-mail info@minervamedical.com.co
Website minervamedical.com.co