Tipo de Servicio Solicitado

Mtto. Prev [X] Mtto. Correc [ ] Revisión [ ] Instalación [ ] Otro Cuál: _____

OsmoTech
Expertos en Purificar Agua

REGISTRO OSMOTECH No.

FACTURA No. _____

Cliente	ITM	Equipo	Sistema de osmosis
Sede	Boston	Marca	OsmoTech
Ciudad	Medellin	Modelo	PLSØT2ØØBP
Teléfono		Serie No.	
Contacto		Ubicación	Laboratorio de polimeros

Fallos Reportados: SI ___ NO __Solicitado Por: _____ Registro Mtto. Preventivo

Cuáles _____

Espacio para USO INTERNO

Actividades Realizadas

Se hace entrega de los Filtros, se cambian los Filtros del sistema, se cambia el Filtro de 5Ø micras, 2 Filtros de carbón activado, 1 Filtro de 1Ø micras y el Filtro de 5 micras

Repuestos

CANT.	Descripción	CANT.	Descripción
6	Filtros 5Ø micras		
3	Filtros 1Ø micras		
2	Filtros carbón activado		
1	Filtro de 5 micras		
1	Filtro de 1 micra		
2	Membranas PRM 1ØØ G		

Observaciones

El sistema se deja conectado y funcionando, se recomienda usar el equipo más frecuente para que tenga buena circulación de agua y las lecturas no salgan tan altas.

Realizado Por	Tiempo Total Utilizado	Fecha de Ejecución
Yeisson Velasquez	1 hora	2/9/2025
Recibido Por(Nombre Legible)	**Firma**	**Céduía Número**
Hamilton Valon Villa		1179412.

Powered by CamScanner