Resolución DIAN No. 18764073423971 de fecha 21/06/2024, numeración autorizada con prefijo RADP del No. 10001 al 30000, vigencia 24 meses

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**RADP 15110**

Radproct
SAFERAY FOR ALL

**RADPROCT SAS Nit 800.162.425-3**

| FORMA DE PAGO | FECHA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 DIAS | FACTURA | | | VENCIMIENTO | | |
| 08:57:38 a. m. | 16 | 3 | 2026 | 15 | 04 | 2026 |
| **TIMBRADO** | 2026-03-16 08:56:11-05:00 | | | | | |

Actividad ICA 8699 Tarifa 9,66x1000

**Para efectos de ICA, se convienen el precio y la cosa vendida en la ciudad de BOGOTA**

No somos Grandres contribuyentes Ni Autorretenedores- Retenedores IVA

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
Nit 890700666 - 8
Centro 491 T Orden N° 0491
Dirección CL 9 AV CENTENARIO 16 38
Ciudad HONDA
Teléfonos

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DOSIMETRIA PERSONAL<br>TLD MENSUAL PERIODO FEBRERO 2026<br>CONTRATO 000116-2026 | 2.00 | 49,184.00 | 98,368.00 |

SON NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 98,368 |
| I.V.A. | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **98,368** |

Favor consignar : BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente # 062129663

CUFE:

0fad8c966a416695231522b344b6723280e32ad413a5bc921d608820827362a3e6faffa8601f21c9dd03aeca48be186e

Proveedor tecnológico, Ateb Colombia NIT 900965992 - 7

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8

Honda, 25 de marzo de 2026

Señoras:
Naslly Katherin Espitia Rodríguez
Vanessa Ordoñez Manrique
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Ciudad

Por medio de la presente, se hace entrega de dos dosímetros en que medirán la radiación emitida a las personas que utilizan el periapical, los cuales quedan bajo la responsabilidad del área de odontología, en caso de daño o perdida cada dosímetro tiene un valor de $80.000 cada uno. También se hace entrega del folleto donde informan las recomendaciones de uso.

Cordialmente:

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Recursos Físicos

Naslly Espitia
Vanessa Ordoñez

Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22
e-mail: ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co
Teléfono: 3102249692

# RADPROCT SAS

Nit 800.162.425-3 Lic. Min de Minas y Energia RL-006-M1*
Carrera 45 No. 93-15
Tels. 3157592171 - 3155150410
E-mail info@radproct.com

**REPORTE DE DOSIMETRIA**
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA TOLIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Centro | 491-0 | Fecha Recibo Dosimetria | 13/03/2026 |
| Nit Entidad | 890700666-8 | Fecha Ingreso Lectura | 24/03/2026 |
| Municipio/Ciudad | Honda | | |
| Contacto | Luis Fernando Santos Castro | Vo.Bo. / Firma del Resposable del Reporte | Uriel Chica Villegas |
| Cargo | Recursos Fisicos | | |

| Codigo | Nombres y Apellidos | Genero | Radiacion | Identificacion | Fecha de Ingreso al Servicio | Periodo de Uso | | Periodo Recambio | Ubicacion del Dosimetro | Dosis del Periodo (mSv) | | | | Dosis Acumulada del año (mSv) | | | | Dosis Acumulada desde Ingreso al Servicio (mSv) | | | | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Primer dia | Ultimo dia | | | Neutro | Profun. | Ojo | Super. | Neutro | Profun. | Ojo | Super. | Neutro | Profun. | Ojo | Super. | |
| 2481380 | Control C | Masculino | Rayos X | 1 | 10/01/2013 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | M | Torso | | ND | ND | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 15.39 | 15.40 | 1 |
| 62064 | naslly katherin espitia rodriguez | Femenino | Rayos X | 1105789131 | 01/10/2025 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | M | Torso | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| 62065 | vanessa ordoñez manrique | Femenino | Rayos X | 1105792300 | 01/10/2025 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | M | Torso | | ND | ND | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |

Para los dosimetros generados en las instalaciones de **RADPROCT SAS** La dosis del **DOSIMETRO DE CONTROL** no ha sido sustraida

**omenclatura: ER=Envio Registrado, EU=En Uso,RD=Recibido,NP=No Presentado, PPL= En Proceso Para Lectura,ND=No Detectable,DNL=Dosimetro No Leible, SL=Dosimetro Sin Lectura.**

**otas: 1.Ninguna, 2.Extraviado, 3.Llego nuevo, 4. Supera dosis permitida de 1,67 mSv (Torso),41,6 mSv (Anillo) y 12,5 mSv (Cristalino), 5. Emulcion Destruida, 6. Dosimetro Control No Leible, 7. Supera Tiempo para Lectura**

**a Nota Importante:** La razon por la cual la ICRP=Comision Internacional de Proteccion Radiologica, recomienda que el limite de dosis para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos sea de 20 mSv año obedece a estimar que la vidalaboral de una persona es de 50 años y que en toda la vida debe ibirse como maximo una dosis de un Sievert. El limite de dosis para trabajadores con ubicacion dosimetro extremidad (anillo) es de 500mSv año.

**formacion de interes general:**

Una dosis reportada como ND=No Detectable, significa que la lectura esta entre cero y el nivel de deteccion (0,01 mSv)

Hp(d), es la dosis equivalente personal a la profundidad indicada en milimetros. Asi: Hp(10) estima la dosis en tejidoprofundo, (0.07) estima la dosis en tejido superficial y Hp(3) estima la dosis al cristalino.

Los dosimetros de control, tienen por objeto la verificacion de irradiaciones incidentales o accidentales durante el ransporte y/o lugar de almacenamiento mientras es retornado para lectura. No deben utilizarse o ser asignados a usuario

* Toda dosis que sea igual o supere el valor de 1.67 mSv/mes debe ser investigada y documentada al interior de la instalacion.Tal registro, es una señal de alerta indicadora de la posibilidad de sobrepasar el limite anual, o indicadora de la necesidad de optimizar la practica.
* Toda dosis que sea igual o supere el valor de 12.0 mSv/mes debe ser inmediatamente reportada a la Autoridad Reguladora, con el fin de emprender acciones que reduzcan o eviten la exposicion o la probabilidad de exposicion.
* La periodicidad de recambio de los dosimetros, reviste importancia ante la necesidad de investigar registros de dosis fuera de los rangos recomendados, ante un incidente, un accidente o una situacion de emergencia.