
#	PLACA	DESCRIPCION - OBSERVACIONES	INFORME SERVICIO - PROCEDIMIENTO	FOTO	RECIBIDO
1	951160886	ULTRASONIDO BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - CABLES DETERIORADOS	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO- PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
2	951160876	ULTRASONIDO MI-01 BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - CABLES DETERIORADOS	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO- PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
3	951160884	ULTRASONIDO BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - CABLES DETERIORADOS -	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO- PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
4	951160874	ULTRASONIDO BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - SIN CABLES Y FALTAN ELEMENTOS DE MANO (1)	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO (1 PIEZA SE ENCUENTRA ROTA Y LA 3 NO FUE ENVIADA) - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		

5	951160801	ANALIZADOR FACIAL INTELIGENTE - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - TECLADO SIN TACLA BARRA ESPACIADORA	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA BOARD - LIMPIEZA DE ACCESORIOS TECLADO, MOUSE, LUPA - VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA - PRUEBA ELEMENTO DE MANO - CIERRE DE SESION - CIERRE DEL SERVICIO.		
6	951157837	LAMPARA DE WOOD - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CARCAZA - MANTENIMIENTO DE CIRCUITO - PRUEBAS DE CONTINUIDAD - CIERRE DEL SERVICIO.		
7	951160834	MULTIFUNCIONAL 8 EN 1 BIODERM EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - ELEMENTOS DE MANO SERIAMENTE DETERIORADOS	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO - PRUEBAS DE SALIDAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBA DE FUNCIONES - SE EVIDENCIA DAÑOS IRREPARABLES EN CIERTOS ELEMENTOS DE MANO - SE REPOSICIONAN LOS ELEMENTOS DE MANO - SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONES - EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE - SE CIERRA EL SERVICIO. NOTA TECNICA: AUNQUE EL EQUIPO FUNCIONA, SE EVIDENCIO QUE POR DETERIORO DE SUS ELEMENTOS DE MANO POR OBSOLECENCIA Y FALLAS IRREPARABLES EN LAS SALIDAS DE ALGUNAS FUNCIONES SE RECOMIENDA REEMPLAZAR ESTE EQUIPO		


8	951160835	MULTIFUNCIONAL 8 EN 1 BIODERM EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - ELEMENTOS DE MANO SERIAMENTE DETERIORADOS	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO - PRUEBAS DE SALIDAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE ELEMENTOS DE MANO AUNQUE ALGUNOS FUNCIONAN NO SE RECOMIENDA SU USO POR DETERIORO - PRUEBA DE FUNCIONES - SE REPOSICIONAN LOS ELEMENTOS DE MANO - SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONES - EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE - SE CIERRA EL SERVICIO. AUNQUE EL EQUIPO FUNCIONA, SE EVIDENCIO QUE POR DETERIORO DE SUS ELEMENTOS DE MANO POR OBSOLECENCIA Y FALLAS IRREPARABLES EN LAS SALIDAS DE ALGUNAS FUNCIONES SE RECOMIENDA REEMPLAZAR ESTE EQUIPO		
9	951160836	MULTIFUNCIONAL 8 EN 1 BIODERM EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - ELEMENTOS DE MANO SERIAMENTE DETERIORADOS Y OTROS NO SE RECIBEN	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO - PRUEBAS DE SALIDAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBA DE FUNCIONES - SE EVIDENCIA DAÑOS IRREPARABLES EN CIERTOS ELEMENTOS DE MANO - FALTAN ELEMENTOS DE MANO - SE REPOSICIONAN LOS ELEMENTOS DE MANO - SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONES - EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE - SE CIERRA EL SERVICIO. AUNQUE EL EQUIPO FUNCIONA, SE EVIDENCIO QUE POR DETERIORO DE SUS ELEMENTOS DE MANO POR OBSOLECENCIA Y FALLAS IRREPARABLES EN LAS SALIDAS DE ALGUNAS FUNCIONES SE RECOMIENDA REEMPLAZAR ESTE EQUIPO		

10	951157785	MESOTERAPIA BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIETO - NO SE ENVIAN TODOS LOS ELEMENTOS DE MANO Y FALTAN PARTES DE ALGUNOS	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO. SE RECOMIENDA SU ACTUALIZACION POR TIEMPO DE USO.		
11	951157816	ENDOSONIC BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - SE EVIDENCIA SERIO DETERIORO	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO. SE RECOMIENDA ACTUALIZACION DE ESTE EQUIPO POR TIEMPO DE USO .		
12	951157774	FACIAL SORISA ACCURA - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - FALTAN ELEMENTOS DE MANO	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO. FALTA UN ELEMENTO DE MANO QUE IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO DE VARIAS FUNCIONES Y EL PROVEEDOR NO CUENTA CON ESTOS REPUESTOS.		
13	951119755	DERMOCELL - VERSAT - EQIPO PARA MANTENIMIETO INCLUYE BASE	LIMPIEZA CARCAZA Y SOPORTE - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		

14	951157820	VAPOR OZONO F100 DE MESA - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO . SE RECIBE CON EL VASO ROTO	LIMPIEZA CARCAZA Y TUBOS DE SALIDA- LIMPIEZA CIRCUITO Y TARJETA -ALINEACION DE RESISTENCIA - REPARACION DE VASO - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
15	951157830	ESTERILIZADOR UV CHS-208A - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITO -REVISION STARTED - REEMPLAZO TUBO UV BANDA C - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
16	951157815	CAVITACION + RADIOFRECUENCIA BIODERM -EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA BOARDS - RECUPERACION SISTEMA DE PRESION Y MANGUERAS DE SALIDA - CAMBIO DE FILTRO AIRE - REVISION DE CONTINUIDAD DE ELEMENTOS DE MANO - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
17	951157784	GIMNASIA PASIVA EVIDENCE 12 ELECTRODOS - SER RECIBEN 11 ELECTRODOS Y 1 CABLE DE REFERENCIA - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO Y TARJETAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE SALIDA - PRUEBAS DE CONTINUIDAD ELECTRODOS - PRUEBA FUNCIONES - CIERRE DE SERVICIO.		
18	951160830	GIMNASIA PASIVA BIODERM 8 ELECTRODOS - SER RECIBEN 8 ELECTRODOS - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO Y TARJETAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE SALIDA - PRUEBAS DE CONTINUIDAD ELECTRODOS - PRUEBA FUNCIONES - CIERRE DE SERVICIO.		

19	951157805	HORNO MICROHONDAS WHIRPOOL - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO. PRENDE PERO NO CALIENTA.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS - CAMBIO DE FUSIBLE - CONDENSADOR Y MAGNETRON - LIMPIEZA PARTES MOVILES - ASPIRADO DE TARJETA TACTIL - LIMPIEZA BANDEJA - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO.		
20	951157806	HORNO MICROHONDAS WHIRPOOL - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS - LIMPIEZA PARTES MOVILES - ASPIRADO DE TARJETA TACTIL - LIMPIEZA BANDEJA - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO.		
21		VAPOR OZONO - B002 SILVER FOX PEDESTAL - PARA MANTENIMIENTO. CON VASO ROTO	LIMPIEZA CARCAZA -LIMPIEZA CIRCUITO - PRUEBA DE LAMPARA DE OZONO - LIMPIEZA DE TUBOS - LIMPIEZA Y REPARACION DE VASO - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO		
22		VAPOR OZONO - B002 SILVER FOX PEDESTAL - PARA MANTENIMIENTO. CON VASO	LIMPIEZA CARCAZA -LIMPIEZA CIRCUITO - PRUEBA DE LAMPARA DE OZONO - LIMPIEZA DE TUBOS - LIMPIEZA DE VASO - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO		
23		VAPOR OZONO - B002 SILVER FOX PEDESTAL - PARA MANTENIMIENTO. CON VASO	LIMPIEZA CARCAZA -LIMPIEZA CIRCUITO - PRUEBA DE LAMPARA DE OZONO - LIMPIEZA DE TUBOS - LIMPIEZA DE VASO - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO		
24		VAPOR OZONO - B002 SILVER FOX PEDESTAL - PARA MANTENIMIENTO. CON VASO	LIMPIEZA CARCAZA -LIMPIEZA CIRCUITO - PRUEBA DE LAMPARA DE OZONO - LIMPIEZA DE TUBOS - LIMPIEZA DE VASO - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO		

25		VAPOR OZONO - B002 SILVER FOX PEDESTAL - PARA MANTENIMIENTO. CON VASO	LIMPIEZA CARCAZA -LIMPIEZA CIRCUITO - PRUEBA DE LAMPARA DE OZONO - LIMPIEZA DE TUBOS - LIMPIEZA DE VASO - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DE SERVICIO		
26	951160827	GIMNASIA PASIVA BIODERM 8 ELECTRODOS - SER RECIBEN 8 ELECTRODOS - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO Y TARJETAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE SALIDA - PRUEBAS DE CONTINUIDAD ELECTRODOS - PRUEBA FUNCIONES - CIERRE DE SERVICIO.		
27	951160829	GIMNASIA PASIVA BIODERM 8 ELECTRODOS - SER RECIBEN 8 ELECTRODOS - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO Y TARJETAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE SALIDA - PRUEBAS DE CONTINUIDAD ELECTRODOS - PRUEBA FUNCIONES - CIERRE DE SERVICIO.		
28	951160885	ULTRASONIDO MI-01 BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - CABLES DETERIORADOS	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO- PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
29	951160875	ULTRASONIDO MI-01 BIODERM - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO - CABLES DETERIORADOS	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITOS Y TARJETA - COMPROBACION CONTINUIDAD CABLES DE ELEMENTOS DE MANO - REPOSISIONAMIENTO ELEMENTOS DE MANO- PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE SALIDA Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		

30	951160831	ESTERILIZADOR UV CHS-208A - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITO -REVISION STARTED - REVISION TUBO UV BANDA C - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
31	951160832	ESTERILIZADOR UV CHS-208A - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA CARCAZA - LIMPIEZA CIRCUITO -REVISION STARTED - REVISION TUBO UV BANDA C - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS DE EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL - CIERRE DEL SERVICIO.		
32	951157788	ALTA FRECUENCIA Y IONIZACION BIODERM - SE RECIBE SIN ELEMENTOS DE MANO - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO Y TARJETAS - PRUEBA FUNCIONES - NO EMITE SALIDA DE IONIZACION POR FALLA EN EL CIRCUITO - CIERRE DE SERVICIO. SE RECOMIENDA SU ACTUALIZACION POR OBSOLESCENCIA.		
33	951160828	GIMNASIA PASIVA BIODERM 8 ELECTRODOS - SER RECIBEN 8 ELECTRODOS FALTA 1 PUNTA DE 1 ELECTRODO - EQUIPO PARA MANTENIMIENTO.	LIMPIEZA DE CARCAZA - LIMPIEZA DE CIRCUITO Y TARJETAS - LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MANO - PRUEBAS DE SALIDA - PRUEBAS DE CONTINUIDAD ELECTRODOS - PRUEBA FUNCIONES - CIERRE DE SERVICIO.		
34	951161807	MODELO DE ANATOMIA CUERPO HUMANO - PARA LIMPIEZA Y EMBALAJE	LIMPIEZA DE PARTES - EMBALAJE EN PAPEL PARAFINADO PARA CONSERVACION DE PROPIEDADES DEL MATERIAL - EMPAQUE EN CAJA DE ENVIO - FIN DE SERVICIO		
35	951161808	MODELO DE ANATOMIA CUERPO HUMANO - PARA LIMPIEZA Y EMBALAJE	LIMPIEZA DE PARTES - EMBALAJE EN PAPEL PARAFINADO PARA CONSERVACION DE PROPIEDADES DEL MATERIAL - EMPAQUE EN CAJA DE ENVIO - FIN DE SERVICIO		

36	951160858	JACUZZI - TOTALMENTE DESCONECTADO Y CON MANGUERAS ROTAS	MANTENIMIENTO MOTOR - CALENTADOR - LLAVE SALIDA - CONEXIÓN DE MANGUERAS DE ENTRADA - SALIDA E HIDORJETS - RECONEXION DE MOTOR - PUESTA EN MARCHA - LLENADO DE TINA - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - CIERRE DEL SERVICIO.		
37	951160870	SAUNA - NO ENCIENDE	MANTENIMIENTO DEL HABITACULO DE MADERA - LIMPIEZA Y RECONEXION DEL CIRCUITO - LIMPIEZA DE VIDRIOS DE LA CABINA - PRUEBAS DEL CALENTADOR - PUESTA EN MARCHA FIN DEL SERVICIO.		
38		DUCHA HIDROMASAJES - EQUIPO MUY DETERIORADO EN SU ESTRUCTURA EXTERNA Y SUS COMPONENTES ELECTRICOS.	DEBIDO AL ALTO GRADO DE DETERIORO POR NO USO SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL EQUIPO - POR DETERIORO EN SUS PARTES EXTERNAS COMO EN EL CIRCUTO INTERNO DEBIDO AL NO USO DEL MISMO.		
39	951160859	LAVAMANOS PEDAL -EMPOTRADO	LIMPIEZA EXTERNA DE BASE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SALIDA DE AGUA - FIN DEL SERVICIO.		
					F
40	951160203	TV - EMPOTRADO	LIMPIEZA DE PANTALLA Y TAPAS - LIMPIEZA DE BOCINAS Y CIRCUITOS - PRUEBAS DE ENCENDIDO NORMAL Y VOLUMEN - UBICACIÓN EN BASE - FIN DEL SERVICIO.		

41	951160799	TERMOMETRO DIGITAL FLUKE - EN BUEN ESTADO - NO ENCIENDE	LIMPIEZA DEL EQUIPO - RETIRO DE BATERIA Y CAMBIO POR NUEVA - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL - Y SE RECOMIENDA SI NO ESTA EN USO CONTINUO RETIRAR LA BATERIA PARA EVITAR DAÑOS DEL CIRCUITO. FIN DEL SERVICIO.		

FIRMAS	TECNICO - OPERARIO	EMPLEADO SENA	ELEMENTOS - 41
FECHA	FEBRERO 28 DE 2026		