SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

INFORME MES DE FEBRERO

2026

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

1. OBJETIVO.

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos pertenecientes a la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez – Cundinamarca y a los centros de salud adscritos, garantizando su funcionamiento seguro, oportuno y confiable.

2. ACTIVIDADES

a. Se brinda apoyo a la E.S.E. en el seguimiento y actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos, así como de los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación.

b. Se garantiza el cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019, vigente para la dotación y gestión del equipo biomédico en la E.S.E. Hospital san Antonio de Arbeláez.

c. De acuerdo con el cronograma actualizado de mantenimiento preventivo para el año 2026, se realiza la intervención de los equipos ubicados en las áreas de **ESTERILIZACION,TERAPIA FISICA Y HOSPITALIZACION.** conforme al mes programado. Las actividades efectuadas incluyen: limpieza externa e interna, verificación del estado físico para identificar golpes o averías no reportadas, revisión de accesorios, ajuste de parámetros operativos y ejecución de pruebas funcionales (ver anexo: reportes de mantenimiento preventivo).




Tabla 1. Reportes Mantenimientos Preventivos Mes de MARZO.

Acorde con la ejecución de mantenimientos, se han realizado mantenimientos correctivos *(Ver anexo reportes correctivos)* los cuales han podido ser solucionados o se encuentran en espera de repuestos descritos en matriz necesidad de repuestos.



Tabla 2. Reportes Mantenimientos Correctivos Mes de Marzo

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimiento correctivos en el mes de Marzo.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIONES
Monitor de signos vitales	MINDRAY	IMEC 12	EV-4AD14423	SAN BERNARDO	Cambio de brazalete adulto

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

Monitor de signos vitales	MINDRAY	IMEC 12	EV-4AD14423	SAN BERNARDO	Cambio de pinza SPO2 adulto
Monitor de signos vitales	MINDRAY	**UMEC 10**	**KN-94041439**	SAN BERNARDO	Cambio de brazalete adulto
Monitor de signos vitales	MINDRAY	**UMEC 10**	**KN-94041439**	SAN BERNARDO	Cambio de pinza SPO2
UNIDAD ODONTOLOGICA	MYLLAN	ELECTRICA	1701	ODONTOLOGIA	**FUGA DE AIRE SE AJUSTA PEDAL DE SUCCION SE REALIZAN PRUEBAS SATISFACTORIAS**
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	**170511195065**	SAN BERNARDO	**CAMBIO DE BRAZALETE Y PERA**
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	**1211161650356**	SAN BERNARDO	**CAMBIO DE BRAZALETE Y PERA**

. ANEXOS

- Reportes mantenimiento preventivo y correctivo.
- Registros fotográficos.
- Capacitaciones.

Atentamente,

Alejandro Castellanos Prieto
CEL: 3188763334