SEGMAN
DETECTION TECHNOLOGIES

SEGMAN COLOMBIA S.A.S
CR 43 B 16 41 OF 801
Medellin Antioquia 050001
Colombia

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
AER EL DORADO PUERTA
Bogota Bogotá
Colombia
NIT: 800141639-2

Número de cotización S00205

Moneda:
COP

Tipo de Cambio:
N/A

Fecha de cotización:
21/01/2026

Vencimiento:
20/02/2026

Vendedor:
YAZMIN PEDROZA BARRANTES

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	[1823203] VERIFICATION STANDAR PEN,	1.00 Pieza	471,590.00	19%, -2.5%	$ 471,590.00
2	[6824768-01] SWAB PACK 200 IS600	1.00 Pieza	119,190.00	19%, -2.5%	$ 119,190.00
3	[SER-0037] MANTENIMIENTO PREVENTIVO IONSCAN 600 (incluye kit de mantenimiento)	4.00 Pieza	4,685,350.00	19%	$ 18,741,400.00

Subtotal	$ 19,332,180.00
IVA 19% de $ 19,332,180.00	$ 3,673,114.20
R REN 2.5% de $ 590,780.00	$ -14,769.50
Total	**$ 22,990,524.70**

Por medio del presente y en atención a su amable solicitud nos permitimos enviarle la información con respecto a los equipos de seguridad para inspección los cuales cuentan con la tecnología más avanzada en materia de seguridad brindando ventajas técnicas y operativas con las cuales se han ganado la supremacía en el mercado de la seguridad a nivel internacional, los equipos ofertados en la presente cotización son equipos nuevos y de linea, los cuales ponemos a sus apreciables órdenes.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS

- Los precios están expresados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio pactado en la cotización. Este tipo de cambio prevalecerá durante toda la transacción. Es necesario agregar el IVA correspondiente.

SEGMAN COLOMBIA S.A.S
CR 43 B 16 41 OF 801
Medellin Antioquia 050001
Colombia

GARANTIA

- Los equipos ofertados cuentan con un periodo de garantía contra defectos de fábrica de 12 meses a partir de la fecha de entrega.
- Garantía por servicios un (01) mes.

FORMA DE PAGO

- Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA

- Entrega en el sitio del cliente, de 12 a 16 semanas posteriores a la confirmación del pedido y comprobación del pago de anticipo. (Por favor confirmar stock al momento de la negociación, ya que los tiempos pueden variar)
- Para la ejecución y entrega de los mantenimientos preventivos se elaborará un cronograma, el cual será presentado al cliente para su previa autorización. Dicho cronograma se ejecutará cada tres (03) meses durante un periodo de un (1) año. contemplando la realización de cuatro (4) mantenimientos preventivos.

VIGENCIA DE LA COTIZACION

- 30 días calendario a partir de la fecha indicada en nuestra cotización.

Mantenimiento Preventivo (IONSCAN™ 600)

- Usar elementos de protección personal (EPP).Asegurar área limpia, seca y ventilada Asegurar área limpia. seca y ventilada.
- Tener a mano filtros nuevos, hisopos y alcohol isopropílico.
- Detener cualquier ciclo en curso desde la interfaz del equipo.
- Apagar el equipo desde el menú o interruptor.
- Esperar a que todos los Leds y pantallas se apaguen.
- Desconectar el cable de alimentación de AC.
- Retirar la cubierta y desconexión de Baraterías DC
- Retirar la cubierta/carcasa según el procedimiento del manual.
- Colocar tornillos en un contenedor para no perderlos.
- Limpieza interna básica
- Retirar polvo con aire comprimido o aspiradora de baja potencia.
- Limpiar rejillas de ventilación y ventiladores.
- Limpiar la superficie del desorbedor/calefactor instantáneo con hisopos y alcohol isopropílico.

SEGMAN COLOMBIA S.A.S
CR 43 B 16 41 OF 801
Medellin Antioquia 050001
Colombia

- Reemplazo de filtros
- Localizar los filtros de las bombas y del módulo de flujo.
- Retirar los filtros usados siguiendo el procedimiento del manual
- Insertar filtros nuevos en la posición correcta.
- Verificar que los filtros queden bien ajustados.
- Revisar que no queden herramientas o filtros usados dentro del equipo y colocar la tapa/carcasa en su sitio y asegurar con tornillos.
- Reconectar las baterías DC.
- Reconectar el cable de alimentación de AC.
- Encender el equipo desde el panel de control.
- Verificar que los ventiladores funcionen correctamente.
- Iniciar sesión con usuario y contraseña
- Verificar cuando termine de cargar los parámetros y el calentamiento del equipo el estado de operación normal.
- Realizar una prueba de verificación para garantizar la correcta detección y funcionamiento del equipo.
- Realizar 5 muestras en blanco para revisar que no se esté generando falsas alarmas
- Comprobar que el equipo queda en estado de operación normal.

Custom SEGMAN Loaded