Selficon
Soluciones efectivas siempre

BOGOTA, 1H DE EbERO DE нлнс

SEÑORES:
IC COLOMBIA SAS

ASUNTO: CERTIFICADO DE CALIBRACION EQUIPO GASOLINA

INFORMACION DEL EQUIPO	
EQUIPO	ANALIZADOR DE GASES Y CALIBRADOR DE GASES
MARCA	GASTECK
BANCO DE GASES	SENSOR AMERICANO
CALIBRACION	APROBADA


METODO DE CALIBRACION

Se realiza ingreso al menú del equipo, se selecciona función de calibración con gas, se conecta el fluido en el equipo permitiendo el ingreso de gas durante el procedimiento el equipo realiza un SPAM y toma cero electrónico, de tal manera se calibra el sensor de oxigeno automáticamente, y para finalizar el equipo solicita realizar prueba de estanquidad o fugas, lo cual se realiza manualmente bloqueado y garantizando la estanqueidad total del equipo y sonda, el mismo muestra el final y mensaje de CALIBRACION EXITOSA. Posterior a calibración los valores dentro de los rangos de calibración aprobados durante el proceso; Durante la intervención se realiza mantenimiento general, cambio de filtros, remplazo de manguera sonda y sensor de oxígeno.

GAS MEZCLA BAJA CONCENTRACIONES		
MONOXIDO DE CARBONO	CO	1%
DIOXIDO DE CARBONO	CO_2	6%
PROPANO	C3H8	300 PPM

PROXIMA CALIBRACION DE EQUIPO ENERO 11 DEL 2027

PROFESIONAL CALIFICADO
ING. AGUSTIN MORA MARTIN



ARNULFO BARRAGÁN
DIRECTOR SERVICIO TECNICO
arnulfobarragan@hotmail.com

DIRECCIÓN: Carrera 84 N° 77A-23 Bogotá, D.C
Email: servicioselficon@gmail.com
TELEFONO: 3137701039