Bogotá D.C., diciembre 21 de 2020

Señores
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
DTSC-SA-006-2020
Manizales, Caldas

Asunto: Subsanación al Observaciones presentadas.

Cordial saludo.

A través del presente comunicado, nuestra empresa **L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S** con **NIT. 860.526.809-1** ubicada en la ciudad de **Bogotá D.C.**, pone a disposición a la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**, para el proceso **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA DTSC-SA-006-2020,** con objeto de: **"SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.",** los siguientes para dar cumplimiento a la especificación técnica que el proponente **INGENIERIA HOSPITALARIA SAS**

B. FRENTE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROPONENTES UNIÓN TEMPORAL EQUIPOS MEDICOS MEXI Y ELECTROMEDICINA.

OBSERVACIÓN: Se logra evidenciar en cuanto a los proponentes mencionados, que no cumplen con lo requerido en el Pliego de Condiciones del presente proceso, para el ítem "DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS".

Esto es, por que, en el Pliego de condiciones, en la descripción del ítem, en el numeral 3.2, se requiere *"3.2 Duración de pulso de 30 a 40 milisegundos"*.

Informamos a la entidad que nuestro equipo cumple con la característica solicitada por la entidad, adjuntamos CATALOGO DEL PRODUCTO del equipo en la su página 6 donde se puede verificar que el equipo cuenta con la opción de preconfiguración de pulso de 20 ms y se puede seleccionar la opción de 40 ms. Por lo anterior certificamos que se cumple con requerimiento puntual para los Desfibriladores del Grupo 4.

Noninvasive Pacing	
Waveform:	Monophasic square wave pulse
Pulse Width:	20 ms or 40 ms, ±5%
Refractory period:	200 to 300 ms, ±3% (function of rate)
Pacing Mode:	Demand or fixed
Pacing rate:	30 ppm to 210 ppm, ±1.5%
Pacing output:	0 mA to 200 mA, ±5% or 5mA, whichever is greater
4:1 pacing:	Pacing pulse frequency reduced by factor of 4 when activated

Agradecemos a la entidad la respectiva revisión para dar cumplimiento a la evaluación técnica.

Atentamente,

Representante Legal
MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ
C.C. 52.312.600 de Bogotá D.C

Av. Cll 26 N° 96 J 66 Piso 1 Local 23 y 24
Complejo Empresarial y Hotelero Optimus
Bogotá D.C. – Colombia
PBX: 746 7278
www.laselectromedicina.com

Electromedicina S.A.S.
¡Seguimos adelante!