

CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS

Reporte de Mantenimiento No. PG-72362

FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan


DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E Hospital San Juan de Dios (Riosucio)		
DIRECCION	AVENIDA FUNDADORES CRA 5 N 18 - 17		
NIT	890801989	CODIGO (REPS)	
CIUDAD	Riosucio	SEDE (REPS)	
DEPARTAMENTO	CALDAS	TELEFONO	096-8591867
CONTACTO	No definido	E-MAIL	riosucio@calyman.com

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Autoclave		
MARCA	Sturdy	UBICACION	
MODELO	SA-450A	TIPO MANT.	CORRECTIVO
SERIE	No definido	ACTIVO FIJO	02389
SERVICIO	Central de esterilización	RIESGO	IIA

Autoclave, Correctivo	
OK	Revisión y limpieza de camara, porta-bandejas y bandejas
OK	Inspección de las condiciones físicas del cableado, mangueras, electroválvulas, resistencia, camara, puerta y empaque, manometro
OK	Inspección del sistema eléctrico
OK	Chequeo de temperatura y presión de esterilización
OK	Prueba de funcionamiento con indicador quimico
Descripción de falla encontrada y su corrección.	Sistema de llenado de agua presentaba fallas se cambió electroválvula de entrada y válvula cheque.
OK	Limpieza general

REPUESTOS INSTALADOS
1 control electrónico para nivel de agua. Koyno
1 válvula 1/4 NPT, 220 voltios propósito general
1 válvula cheque de 1/2" normal

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: Se realizan pruebas con carga y logger y queda trabajando a una temperatura de 133 grados

Mantenimiento: Programado: 2026-04-16, Inicio: 2026-04-16 09:21:00, Finalización: 2026-04-16 15:21:00	
TECNICO:  Victor Manuel Hernández G. REG INVIMA: RH 200912-1006	RECIBIDO:  Diana Salas Largo / Biomédica

Nombre Dispositivo:	HiTemp140
Descripción del dispositivo:	Registrador Temperatura
Número de Serie:	Q27142
ID Dispositivo:	logerCLINI

Fecha	Tiempo	Canal 1
		Temperatura (°C)
16/04/2026	12:14:41 p. m.	27,73
16/04/2026	12:15:41 p. m.	26,48
16/04/2026	12:16:41 p. m.	58,71
16/04/2026	12:17:41 p. m.	67,17
16/04/2026	12:18:41 p. m.	69,97
16/04/2026	12:19:41 p. m.	107,95
16/04/2026	12:20:41 p. m.	113,92
16/04/2026	12:21:41 p. m.	116,58
16/04/2026	12:22:41 p. m.	118,57
16/04/2026	12:23:41 p. m.	120,85
16/04/2026	12:24:41 p. m.	123,17
16/04/2026	12:25:41 p. m.	125,47
16/04/2026	12:26:41 p. m.	127,63
16/04/2026	12:27:41 p. m.	129,77
16/04/2026	12:28:41 p. m.	131,87
16/04/2026	12:29:41 p. m.	133,13
16/04/2026	12:30:41 p. m.	133,46
16/04/2026	12:31:41 p. m.	133,58
16/04/2026	12:32:41 p. m.	133,53
16/04/2026	12:33:41 p. m.	133,5
16/04/2026	12:34:41 p. m.	133,34
16/04/2026	12:35:41 p. m.	133,79
16/04/2026	12:36:41 p. m.	133,87
16/04/2026	12:37:41 p. m.	133,82
16/04/2026	12:38:41 p. m.	133,69
16/04/2026	12:39:41 p. m.	133,64
16/04/2026	12:40:41 p. m.	133,71
16/04/2026	12:41:41 p. m.	133,9
16/04/2026	12:42:41 p. m.	132,61
16/04/2026	12:43:41 p. m.	133,82
16/04/2026	12:44:41 p. m.	133,8
16/04/2026	12:45:41 p. m.	133,74
16/04/2026	12:46:41 p. m.	133,97
16/04/2026	12:47:41 p. m.	134,2
16/04/2026	12:48:41 p. m.	134,17
16/04/2026	12:49:41 p. m.	133,93
16/04/2026	12:50:41 p. m.	133,8
16/04/2026	12:51:41 p. m.	134,01
16/04/2026	12:52:41 p. m.	134,23
16/04/2026	12:53:41 p. m.	134,23
16/04/2026	12:54:41 p. m.	133,99
16/04/2026	12:55:41 p. m.	133,84
16/04/2026	12:56:41 p. m.	130,77

16/04/2026	12:57:41 p. m.	117,9
16/04/2026	12:58:41 p. m.	110,01
16/04/2026	12:59:41 p. m.	104,72
16/04/2026	1:00:41 p. m.	101,87
16/04/2026	1:01:41 p. m.	100,66
16/04/2026	1:02:41 p. m.	100,38
16/04/2026	1:03:41 p. m.	100,67
16/04/2026	1:04:41 p. m.	100,5
16/04/2026	1:05:41 p. m.	100,66
16/04/2026	1:06:41 p. m.	94,41
16/04/2026	1:07:41 p. m.	86,89
16/04/2026	1:08:41 p. m.	77,52
16/04/2026	1:09:41 p. m.	70,84