

LÍNEA DEL PRODUCTO	Instrumental Dimeda		
PRODUCTO	MANGO PARA BISTURI No.4, CAT: 06.104.00		
REFERENCIA	06.104.00	CÓDIGO IMCOLMEDICA	02201687
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD		
REGISTRO SANITARIO	2017DM-0000933-R1	MARCA / FABRICANTE	
PAÍS PROCEDENCIA	CHINA	DIMEDA	



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO DEL PRODUCTO	
HOSPITALES, CLÍNICAS, SALAS DE CIRUGÍA	
CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<p>ACERO INOXIDABLE</p> <p>•13,5 cm DE LONGITUD</p> <p>•ESTERILIZABLE A VAPOR</p> <p>PARA ACOPLAR LAHOJA DE BISTURÍ N°18,19,20,21,22,23, 24,25Y 3 6PARA REALIZAR CORTEY SECCIÓN DE TEJIDOS EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS</p> <p>CUENTA CON ACABADO MATE PARA EVITAR EL REFLEJO DE LA LUZ</p>	N/A
INSTRUCCIONES DE USO	ACCESORIOS
<p>VALIDAR INTEGRIDAD, FUNCIONALIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO</p> <p>•ACOPLAR/MONTARLA HOJADE BISTURÍ CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR CORTE Y SECCIÓN DE TEJIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.</p> <p>• POSTERIOR AL USO, PROCEDER A PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.</p>	N/A
RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA	DATOS TEMPERATURA
<p>• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INMEDIATA</p> <p>• LA SUCIEDAD NO DEBE SECARSE</p> <p>• DESMONTAR COMPLETAMENTE LAS PIEZAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO</p> <p>• EL INSTRUMENTAL NO UTILIZADO DEBE PROCESARSE IGUAL QUE EL INSTRUMENTAL USADO</p> <p>• TODO EL INSTRUMENTAL NUEVO DEBE PASAR POR EL CICLO DE TRATAMIENTO ANTES DE SU PRIMER USO</p> <p>• ENJUAGAR CON AGUA DESMINERALIZADA</p> <p>• NO SUMERGIR EN SOLUCION SALINA NORMAL</p> <p>• NO TIRAR EL INSTRUMENTAL</p> <p>• NO DEJAR EL INSTRUMENTAL EN SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN POR TIEMPO PROLONGADO.</p>	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO
ESPECIFICACIONES ADICIONALES	DATOS ELÉCTRICOS
N/A	N/A
	VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO
	N/A

ESPECIALISTA DEL PRODUCTO	SOPORTE COMERCIAL
<div> <div>#REF1</div> <div>(601) 745 4117</div> </div> <div> <div>#REF1</div> </div>	<div> <div></div> </div>

