


	INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN	ICC-GA-F27 VERSIÓN: 05 20-Nov-2024		
HOJA DE VIDA EQUIPOS				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO				
NOMBRE EQUIPO :	CALIBRADOR/PIE DE REY			
DESCRIPCIÓN:	EQUIPO DE MEDICION DE LONGITUD			
MARCA:	MITUTOYO			
TIPO O MODELO:	530-104BR			
SERIAL:	BE069422			
LUGAR ORIGEN :	COLOMBIA			
PROVEEDOR :	MITUTOYO			
UBICACIÓN:	SEDE ICC			
RESPONSABLE:	OFICINA GENERAL			
No. INVENTARIO:	C-020			
CONDICIONES DE CONTROL METROLÓGICO				
DESCRIPCIÓN	¿APLICA?	PERIODICIDAD	PROVEEDOR	
COMPARACIÓN METROLÓGICA	☒	CADA AÑO	ICC	
CALIBRACIÓN	☒	CADA 4 AÑOS	LABORATORIO ACREDITADO	
VERIFICACIÓN INTERMEDIA	☐	NO APLICA	NO APLICA	
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA	☒	CADA 4 AÑOS	ICC	
HISTORIAL ACTIVIDADES				
No.	FECHA	ACTIVIDAD	PROVEEDOR	ESTADO DEL EQUIPO
1	22-jul-17	CALIBRACIÓN	CELSIUS	CALIBRADO
2	31-jul-17	CONFIRMACIÓN	ICC	APTO
3	9-jul-18	CALIBRACIÓN	ICCLAB	CALIBRADO
4	11-jul-18	CONFIRMACIÓN	ICC	APTO
5	6-jun-19	CALIBRACIÓN	ICCLAB	CALIBRADO
6	17-jun-19	CONFIRMACIÓN	ICC	APTO
7	19-abr-22	CAMBIO A EQUIPO DE CAMPO C-020	ICC	APTO
8	22-abr-22	CONFIRMACIÓN	ICC	APTO
9	22-abr-22	COMPARACIÓN	ICC	APTO
10	14-jun-22	COMPARACIÓN	ICC	APTO
11	28-ene-23	COMPARACIÓN	ICC	APTO
12	24-jun-23	COMPARACIÓN	ICC	APTO
13	5-jul-23	CALIBRACIÓN	ICCLAB	CALIBRADO
14	6-jul-23	CONFIRMACIÓN	ICC	APTO
15	17-may-24	CALIBRACIÓN	CIMA SAS	CALIBRADO
16	30-may-24	CONFIRMACIÓN	ICC	APTO
17	22-jun-24	COMPARACIÓN	ICC	APTO
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				