NOMBRE DEL PRODUCTO	DREN (CATETER) RANURADO (ACANALADO) EN SILICONA TIPO BLAKE DE 3/16" (15Fr) Long. 105 cm, 1/4" (19 Fr) Long. 105 cm, 8mm, 10mm. long 45 cm		
REFERENCIA	1035: Dren (cateter) ranurado (acanalado)en silicona tipo blake 3/16" (15 Fr), long 105 cm 1036: Dren (cateter) ranurado (acanalado)en silicona tipo blake 1/4" (19 Fr), long 105 cm 1016: Dren (cateter) ranurado (acanalado) en silicona tipo blake 10mm Bariatrico, long 45 cm 1015: Dren (cateter) ranurado (acanalado) en silicona tipo blake 8 mm Bariatrico, long 45 cm		
REGISTRO INVIMA	2019 DM -0019494 Vigencia hasta 15 de Marzo de 2029		
COMPONENTES	**FUNCION**	**COMPOSICION**	**CARACTERISTICAS**
Catéter Redondo	Transportar el exudado del paciente al exterior.	Dymetil y Metil Vinil Xilosano con polímeros reforzados en Silice. Silicona 100% grado medico	Diámetros: - 3/16": 4.8mm: 15fr. - 1/4": 6.4mm: 19fr. - 8mm: 24fr. - 10mm: 30fr. Longitud Total: - Catéter Acanalados de 3/16" (15fr),1/4" (19fr):100 cm, Catéter Acanalados de 8mm,10mm: 40 cm. Longitud acanalada: - Catéter Acanalados de 3/16" (15fr), 1/4" (19fr): 20 cm - Catéter Acanalados de 8mm,10mm. De 30 cm.
FUNCION	Transportar fluidos de paciente al exterior.		
USO	Se usa en cirugías de toracotomía, bariátricas, mastectomía, cirugía de abdomen superior, entre otras.		
PRESENTACION	La unidad se entrega con doble empaque estéril. ESTERILES (ETO)		
ALMACENAJE	Máximo columnas verticales de 10 cajas por 20 unidades. Temperatura ambiente.		
INSTRUCCIONES DE USO	En el procedimiento quirúrgico el profesional es salud: 1. Colocar la parte acanalada en el paciente. 2. Cerrar la incisión, no permitiendo que las canales queden por fuera del tejido. 3. Introducir el Catéter acanalado en silicona al conector de succión del Reservorio, o dejarlo que transporte el exudado por caída libre.		
PRECAUSIONES	El paciente debe comunicarse con su profesional en salud si: - El Catéter Acanalado en Silicona deja de drenar repentinamente o cree que está bloqueado. - Tiene fiebre de más de 101.5°F (38.6°C). - Siente más dolor; hay más enrojecimiento o inflamación alrededor del área donde le colocaron el catéter. - El Catéter Acanalado se rompe o se desconecta. - El líquido que exuda el Catéter Acanalado es de color amarillo o café turbio o huele mal. - Retirar o cambiar el sistema de drenaje, si este lleva 29 días o más en el paciente.		

COPIA CONTROLADA