


G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Nombre Comercial del Producto :	BALON BAKRI
Nombre Técnico:	BALON PARA HEMORRAGIA POST PARTO (hpp)
Marca:	Cook Medical
Modelo y/o Familia:	Postparto
Referencias:	J-SOSR-100500
Pais de Origen:	EEUU
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	INVIMA 2010DM-0006652 Vence Diciembre 03 de 2020
Clasificación de Riesgo:	II a
Tipo de Dispositivo:	Invasivo de Uso Transitorio
Vida Util del Producto:	3 años
Producto Esteril o Limpio:	Esteril
Almacenamiento:	





Descripción y caracteristicas del Producto:	Balon Postparto para control o reduccion de la hemorragia uterina cuando resulte adecuado utilizar un tratamiento conservador,100% de silicona, NO CONTIENE LATEX, De fácil colocación, Simplifica el control del sangrado, evitando de manera potencial la histerectomía, Taponamiento eficaz de la cavidad uterina, Incluye una jeringa de 60 mL, UN SOLO USO, TIEMPO MÁXIMO EN CAVIDAD 24 HORAS
Composición:	Balon: silicona, Adaptador de Bloqueo: acetal adhesivo silicona (Nusil Med)
Especificaciones técnicas:	Calibre 24 Fr, 54 cm de largo, volumen del balon 500cc
Usos y Aplicaciones:	

Información Importante: N/A