CATÉTER PICC 2,3,4 FR - NUTRILINE

CATÉTER PICC PARA PACIENTES DE MÁS DE 1kg.

El Nutriline

Es un catéter fabricado en una sóla pieza, que ofrece al personal de la salud una gran seguridad.
Provee una seguridad adicional por sus aletas de fijación con un refuerzo que minimiza el riesgo de acodamientos. Al igual que otros catéteres de poliuretano de nuestra marca, Nutriline usa la tecnología que logra paredes finas permitiendo altos flujos. Con varios largos a elección, se asegura la colocación en la mayor cantidad de sitios de acceso I.V.

CATÉTER (PUR)				
Largo cm	Mandril	Tipo	Espacio Muertoml	Flujo (ml/min) (Presión: 1 bar)
30	-	estándar	0.18	5.0
30	-	estándar	0.22	2.8
30	-	estándar	0.48	18.0

TÉCNICA DE INSERCIÓN

Preparación del catéter para la inserción

Abrir la envoltura exterior usando técnica aséptica. Agregue los accesorios estériles necesarios. Use guantes estériles, prepare los contenidos de las bandejas para la inserción del catéter.

Características y beneficios

- Catéter de una sola pieza que simplifica su colocación.
- El PUR hace el catéter más resistente.
- La graduación centimétrica da más seguridad en su colocación.
- Prolongador con aletas de fijación, reduce los riesgos de flebitis y movimientos del catéter más allá del punto de punción.
- Clamps para un correcto manejo de las líneas deinfusión.
- Cinta métrica que ayuda a una colocación precisa.




CODIGO	FR	INT ∅ EXT ∅ mm	INTRODUCTOR	
1252.35	2	0.3-0.6	Aguja rompible (20G)	
1253.30	3	0.5-1.0	Aguja rompible (17G)	
1254.30	4	0.8-1.3	Aguja rompible (16G)	


1. Prepare la solución salina y heparina usando agujas con filtros para remover partículas.
2. Purgue el catéter antes de la inserción.

Técnica de inserción con cánula pelable


Para que el catéter avance sin dificultad, infunda fluidos simultáneamente al hacer avanzar el catéter dentro de la vena.




Seleccione la vena, prepare, limpie la piel, coloque campos dejando libre sólo el sitio de punción. Aplique torniquete.




Realice la punción de la vena con la cánula pelable Microflash provista, con un ángulo de 15 a 30º . Avance la cánula hasta que la punción se confirme por el reflujo de sangre.




Baje el Microflash unos grados y avance sólo la cánula plástica. Retire el torniquete.



4 Avance el catéter suavemente y poco a poco usando una pinza sin dientes.



5 Asegure el catéter aplicando con un dedo una suave presión más allá de la cánula y la misma lentamente.



6 Pele lentamente la cánula, tirando de sus aletas, con cuidado de no mover el catéter..Finalmente avance el catéter a la posición deseada.


CATÉTER PICC 2 FR - EPICUTÁNEO CAVA

EL CATÉTER PARA USO NEONATAL CLÁSICO DE VYGON

Características y beneficios

- Conector Easy-lock permite retirar la aguja introductora.
- La silicona queda colocada más tiempo y reduce las complicaciones.
- La graduación centimétrica asegura la correcta posición de la punta del catéter.
- El prolongador integrado permite fijar el catéter reduciendo los riesgos de flebitis (por movimientos de la punta del catéter) durante las manipulaciones
- La cinta métrica ayuda en la precisión durante la colocación.
- Clamp para una mejor manipulación.

Introducido con la técnica de punción con una simple mariposa. El E.C.C. está diseñado en dos piezas para permitir retirar totalmente la mari- posa introductora. El E.C.C. es el catéter P.I.C.C. neonatal mejor conocido en el mundo con más de veinte años de éxitos sin precedentes.




CÓDIGO	CATÉTER (silicona)					INTRODUCTOR		
	INT ∅ - EXT ∅ mm	FR	Largo cm	Espacio Muerto ml	Flujo (ml/min) (Presión: 1 bar)	EXT ∅ mm	G	Largo mm
2184.015	0.3-0.6	2	15	0.10	5.8	10	19	27
2184.00	0.3-0.6	2	30	0.12	5.0	10	19	27

TÉCNICA DE INSERCIÓN


N.B. :
Use sólo la aguja suministrada. Controle la permeabilidad del catéter. Desenrosque el conector azul (nunca lo separe totalmente) cuando desee retirar el introductor.




Selecciones la vena a puncionar. Coloque el bebé en posición conveniente y confortable.Prepare el sitio de punción. Coloque campos estériles y aplique torniquete.




Realice la punción venosa con la mariposa 19G suministrada.



Aplique presión ligera con un dedo más allá de la aguja y con cuidado retire el introductor de la vena.




Mantenga el catéter recto y con cuidado retire la aguja.



3

Tan pronto como se obtenga reflujo, afloje el torniquete. Introduzca el catéter a través de la aguja usando una pinza fina sin dientes. Avance lentamente y poco a poco.



6

Afloje el conector Easy-Lock para poder retirar el catéter. **No separe totalmente el conector.**
Colocar la punta próxima al del catéter hasta que la marca negra desaparezca totalmente dentro del conector azul.


CATÉTER PICC 2 FR D/L - NUTRILINE TWINFLO


1º CATÉTER PICC DOBLE LUMEN DE MENOR TAMAÑO

Nutriline Twinflo 2 FR D/L

Ha sido diseñado específicamente para bebés que requieren múltiples infusiones.
El catéter es resistente y seguro por estar fabricado en poliuretano.
El Nutriline Twinflo doble lumen mejora el manejo de las infusiones, preserva el capital venoso perifé- rico y previene el trauma de las repetidas punciones. El Nutriline Twinflo puede suministrarse con mandril para facilitar su introducción

El doble lumen permite infundir simultáneamente drogas incompatibles.
El catéter de una sola pieza facilita su introducción. Está diseñado para prevenir acodamientos.
El PUR favorece la resistencia del catéter.
La graduación centimétrica ayuda a una colocación más precisa.
Prolongadores integrados con aletas permiten una fijación segura del catéter reduciendo además el riesgo de flebitis por movimientos durante la manipulación.
Clamps para una mejor manipulación.
La cinta métrica permite mas precisión al colocar el catéter.
No se mezclan las drogas dentro del catéter. Cánula pelable Microflash 20G que permite la fácil detección del reflujo de sangre.





CÓDIGO	MANDRIL	CATÉTER (PUR)					INTRODUCTOR		
		INT ∅ - EXT ∅ mm	G	Largo cm	Espacio Muerto ml	Flujo (ml/min) (Presión: 1 bar)	EXT ∅ mm	G	Largo mm
1252.235	-	0.3 - 0.6	24	30	2 X 0.2	2 X 1.45	1.14	20	18


TÉCNICA DE INSERCIÓN

Preparación del catéter para la inserción

Abrir la envoltura exterior usando técnica aséptica. Agregue los accesorios estériles necesarios. Use guantes estériles, prepare los contenidos de las bandejas para la inserción del catéter.

3. Prepare la solución salina y heparina usando agujas con filtros para remover partículas.
4. Purgue el catéter antes de la inserción.

Técnica de inserción con cánula pelable microflash



Para que el catéter avance sin dificultad, infunda fluidos simultáneamente al hacer avanzar el catéter dentro de la vena.

Seleccione la vena, prepare, limpie la piel, coloque campos dejando libre sólo el sitio de punción. Aplique torniquete.

Realice la punción de la vena con la cánula pelable Microflash provista, con un ángulo de 15 a 30º . Avance la cánula hasta que la punción se confirme por el reflujo de sangre.

Baje el Microflash unos grados y avance sólo la cánula plástica. Retire el torniquete.

Avance el catéter suavemente y poco a poco usando una pinza sin dientes.

Asegure el catéter aplicando con un dedo una suave presión más allá de la cánula y la misma lentamente.

Pele lentamente la cánula, tirando de sus aletas, con cuidado de no mover el catéter..Finalmente avance el catéter a la posición deseada.